
Verificador Checkit para comprobar la precisión de la micropipeta

- Verificación rápida de la calibración de micropipetas y pipeteadores, sin necesidad de una balanza de precisión.
- Lectura directa de la precisión de pipeteo y cumplimiento o no de la norma ISO 8655
- Para micropipetas monocanal, multicanal y pipeteadores
- Se pueden medir 8 canales simultáneamente





Para micropipetas monocanal

Tres puntos de control para cubrir el rango de uso de cada micropipeta.

Vol. máx. de la pipeta (µl)	Volúmenes medidos (µl)			Unid./caja	Ref.	€/ caja
	100 %	50 %	10 %			
2	2	1	0,2	5	**555682B**	**NC -**
5	5	2,5	0,5	5	**555683B**	**NC -**
10	10	5	1	5	**555684B**	**NC -**
20	20	10	2	5	**555685B**	**NC -**
50	50	25	5	5	**555686B**	**NC -**
100	100	50	10	5	**555687B**	**NC -**
200	200	100	20	5	**555688B**	**NC -**

Para micropipetas multicanal y autómatas de pipeteo

Vol. máx. de la pipeta (µl)	Volúmenes medidos (µl)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
5	2 a 5,5	6	**555746**	**NC -**
10	4 a 11	6	**555747**	**NC -**
20	8 a 22	6	**555748**	**NC -**
50	20 a 55	6	**555749**	**NC -**



¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER

Group Dutscher IBERICA



teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com