

Cinta indicadora de autoclave



- Autoadhesiva
- Rollo 19 mm x 50 m
- Para esterilización vapor entre 121 °C y 134 °C
- La cinta cambia de color cuando se realiza la esterilización

Ref.	Descripción	€
490009	Cinta indicadora de autoclave	**NC -**

Cinta adhesiva para autoclave neutro






Cinta adhesiva para el cierre de recipientes o el envasado de productos destinados al autoclave. No incluye indicador de esterilización.

Ref.	Descripción	€
150262	Rollo de 18 mm x 50 m	**NC -**
150272	Rollo de 24 mm x 50 m	**NC -**
150263	Rollo de 48 mm x 50 m	**NC -**
086000	Soporte para rollo	**NC -**

Cintas indicadoras de esterilización



Las cintas adhesivas indicadoras que se colocan en los productos a esterilizar permiten certificar el paso a la esterilización. Al final del proceso de esterilización aparecen bandas de color. existen 3 modelos de cintas indicadoras: para autoclave (calor húmedo), para poupinel (calor seco) y para gas (óxido de etileno).
Se adapta a las válvulas 086000 y 140265 (véase la página 1376).

Ref.	Descripción	Dimensiones	Unid./ caja	€/ caja
150260	Cinta indicadora para autoclave	50 m x 19 mm	1	**NC -**
150261	Cinta indicadora para pupinel	55 m x 19 mm	1	**NC -**
150267	Cinta indicadora para autoclave 3M	55 m x 18 mm	1	**NC -**
150283	Cinta indicadora para autoclave 3M	55 m x 24 mm	1	**NC -**

Steripoint® indicador de esterilización



- Gran precisión en el tiempo de viraje
- Reproducibilidad constante
- Compromiso de control de calidad de los tiempos de viraje durante la producción
- El viraje del Steripoint® se inhibe bien por la presencia de una mezcla vapor/ aire o gas, o bien cuando uno de los parámetros del ciclo es insuficiente
- El viraje del violeta al verde de la tinta indica la conformidad de las condiciones de tiempo, temperatura y vapor de la esterilización durante los ciclos de esterilización

Ref.	Color	Punto de esterilización	Unid./ caja	€/ caja
950171	Azul	134 °C 3,5 min. - 121 °C 15 min.	250	**NC -**
950172	Rosa	134 °C 5,3 min. - 121 °C 15 min.	250	**NC -**
950173	Naranja	134 °C 7 min. - 121 °C 20 min.	250	**NC -**
950174	Verde	134 °C 18 min.	250	**NC -**

Indicadores de esterilización y lavado



- Integrador no secuencial
- Ciclo estándar : 121°C/25 min, 125°C/20 min ó 134°C/9 min
- Declinación en función de los ciclos de autoclave :
  - TST SKC ciclo corto : 121 °C/15 min
  - TST 3702 ciclo estándar : 125 °C/20 min

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
972446	Indicador de esterilización y de limpieza TST SKC ciclo corto	200	**NC -**
972440	Indicador de esterilización y de limpieza 3702 SKC ciclo estándar	200	**NC -**