



2 Allée Alan TURING  
CS40033  
63178 AUBIERE Cedex  
Tél : 04 73 28 99 99

## Rapport de Qualification n°CHA240209PIP019

Rapport délivré à : **DUTSCHER SAS**  
**2C, RUE DE BRUXELLES**  
**67170 BERNOLSHEIM**

Équipement qualifié : **PIPETTE MONOCANAL MÉCANIQUE À DÉPLACEMENT D'AIR**  
Marque de la pipette : **Gilson Pipetman G P200**  
N° de série : **UM53602** N° Identification : **-**  
Volume de la pipette : **20 - 200 µl**

**Type de qualification :** **Qualification réalisée en l'état**

**But de la qualification :** Le but de la qualification est de déterminer les volumes délivrés pour des valeurs de volume affichées sur l'appareil volumétrique à piston.

**Méthode de mesure :** Décontamination : Externe ☒ Bactinyl

La méthode de qualification correspond à la méthode gravimétrique selon la norme NF EN ISO 8655-6.

Cette méthode est appliquée conformément à l'instruction interne MC2 n° I40\_PC11.

**Conditions de la qualification :** Avant qualification, l'équipement séjourne au moins 2 h à 20°C ± 2°C.

L'environnement du laboratoire d'étalonnage est contrôlé en température, humidité et pression.

La conversion de la masse en volume est réalisée selon la formule de la norme ISO/TR 20461.

Conditions prises en compte	Conditions de manipulation
Température Eau : 20,27°C	20°C ± 2°C
Pression : 947 hPa	
Humidité : 61,85 %HR	> 50%HR

<b>Z=</b>	1,00284
<b>Nombre de pesées effectuées</b>	
<b>5 pesées</b>	

### Résultats de l'étalonnage :

Date de l'étalonnage : **09/02/24** Opérateur de l'étalonnage : **Cécile HAON**

Balance utilisée pour l'étalonnage : Mettler Tolédo WXTS205DU de résolution 0,01 mg n°ET436

Référence de la pointe utilisée pour l'étalonnage : **Clearline 200µL Filter (Réf : 713264)**

Indication de la pipette (µl)	Volume délivré (µl)	Erreur systématique (E <sub>j</sub> en µl)	Conformité Justesse	Ecart type (s en µl)	Conformité Fidélité
20	19,84	E <sub>j</sub> -0,16	CONFORME	s 0,09	CONFORME
		EMT <sub>systématique</sub> 1,60		EMT <sub>Aléatoire</sub> 0,6	
200	198,66	E <sub>systématique</sub> -1,34	CONFORME	s 0,06	CONFORME
		EMT <sub>systématique</sub> 1,60		EMT <sub>Aléatoire</sub> 0,6	
-	-	E <sub>systématique</sub> -	-	s -	-
		EMT <sub>systématique</sub> -		EMT <sub>Aléatoire</sub> -	

L'équipement est déclaré conforme si son erreur de justesse est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée (EMT) définie dans le tableau de résultat :  $|E_j| \leq EMT_{\text{systématique}}$

ET si l'écart type expérimental (s) est inférieur ou égale à l'erreur maximale tolérée (EMT) définie dans le tableau de résultat :  $s \leq EMT_{\text{aléatoire}}$

Date d'émission : 09/02/2024

L'Assistant(e) Métrologue, ANTHONY ESCARNOT

Ce certificat comprend 1 page.

**FIN DU RAPPORT DE QUALIFICATION**

CHA240209PIP019  
escarnot  
09/02/2024 16:34

page 1/1