Indicateurs de stérilisation aux rayons gamma

- Etiquettes adhésives de diamètre 12,5 mm
- A conserver à l'abri de la lumière et au frais (entre 2 °C et 22 °C)
- Exposition › 10 kGy : changement de couleur de jaune à rouge
- Durée de vie de 24 mois

Réf.	Désignation	Etiquettes/ rouleau	€ rouleau
071500	Etiquettes rondes indicateur stérilisation gamma	5000	NC -

Indicateurs chaleur sèche Excelsior

Pour contrôle de la stérilisation par chaleur sèche.



Format bandelette ou pastille

- Sous forme de bandelette ou de pastille
- Changement de couleur après 40 minutes à 160 °C (ou 55 minutes à 155 °C pour les bandelettes)
- Virage d'orange à brun pour les bandelettes
- Virage de bleu à gris foncé pour les étiquettes

Réf.	Forme	Dimensions	Unités/ carton	€/ carton
633311	Bandelette	19 x 114 mm	250	NC -
633312	Etiquette ronde	12,7 mm	5000	NC -

Indicateur Type 5 (Vapeur) stericlin® pour le contrôle de charge – conforme norme DIN EN ISO 11140-1

- Contrôle de l'action suffisante de la vapeur pendant vos procédés de stérilisation (vapeur saturée, température et temps) à l'intérieur des emballages ou dans d'autres endroits sélectionnés
- Leurs caractéristiques sont celles des indicateurs biologiques
- Différents systèmes de barrière stérile peuvent être contrôlés indépendamment au sein d'une charge
- Efficace pour la stérilisation de dispositifs médicaux à 121 °C comme à 134 °C
- Les intégrateurs sont simples à manipuler :

- Placer les intégrateurs aux endroits voulus dans la charge (dans les emballages transparents, les feuilles de stérilisation, les conteneurs, etc.)
- Lancer le programme de stérilisation
- Enlever les intégrateurs
- Vérifier les résultats

- En cas d'action suffisante de la vapeur, l'indicateur vire du bleu au rose



Réf.	Température d'utilisation	Unités/ carton	€/ carton
019720	134°C et 121°C	500	NC -

Tests de contrôle des charges lors d'une stérilisation à la vapeur – conforme DIN 867-5

Tests spécialement conçus pour le contrôle des charges lors d'une stérilisation à la vapeur. Le corps du test (Dispositif d'Épreuve de Procédé - DEP) en aluminium simule des dispositifs médicaux creux difficiles à stériliser. Il comporte un tube, appelé hélix, à une de ses extrémités se trouve un indicateur chimique sous la forme d'une bandelette-test qui sera positionnée dans une capsule en plastique. Le corps du DEP est réutilisable. La manipulation du Batch Monitoring Systems Stericlin® est simple et permet de gagner du temps et de la place :

- Insérer la bandelette-test dans la capsule
- Visser la capsule sur le corps du DEP
- Lancer le programme de stérilisation
- Enlever la bandelette-test
- Vérifier le résultat



Réf.	Unité d'utilisation	Kit/ carton	€/ carton
019773	Kit starter : 1 DEP en aluminium + 2 capsules à vis + 250 bandelettes-test	1	NC -
019775	250 bandelettes-test avec indicateur 76,5 x 5,5mm + 1 capsule à vis	1	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W