Nunc™ LabteK II™ Kulturkammern

Auf der Klinge, trennbar mit Klebstoff



- Kultur behandelten Klinge Oberfläche
- 2 Versionen: Kalk-Natron-Kulturglas oder CC²-Glas,das chemisch so modifiziert wurde, dass es positiv geladen ist und die Eigenschaften einer Poly-D-Lysin-Beschichtung nachbildet
- Maße L x B: 75 x 25 mm
- Superfrost™-Markierungsbereich auf dem Objektträger aus Kalk-Natron-Glas und hellblauer Markierungsbereich auf dem Objektträger aus CC²-Glas
- Minimale Fluoreszenz
- Wird mit einem Werkzeug geliefert, das die Kammer von der Klinge trennt
- Der biokompatible Klebstoff wirkt als Barriere zwischen der Kammer und dem Objektträger, wenn die beiden zusammengesetzt sind; sobald die Kammer entfernt wird, hat der Objektträger einen hydrophoben Rand, der das Well isoliert

Art. Nr.	Anzahl Fächer	Material der Klinge	VE	CHF/ VE
055076	1	Kalknatronglas	16	AA -
055077	2	Kalknatronglas	16	AA -
055078	4	Kalknatronglas	16	AA -
055079	8	Kalknatronglas	16	AA -
055596	1	Glas CC²	16	AA -
055597	2	Glas CC²	16	AA -
055598	4	Glas CC²	16	AA -
055599	8	Glas CC²	16	AA -

- Polystyrolkammer auf Objektträger oder Deckglas geklebt
- Biokompatibler Klebstoff, hydrophobe Kanten für jedes Fach
- Deckel mit Griff an der Oberseite

Empfohlenes Volumen abhängig von der Oberfläche

Anzahl Fächer	Kulturfläche (cm²)	Arbeitsvolumen (ml)/ Kammer
1	8,6	2 - 4,5
2	4	4386 - 2
4	1,7	0,5 - 1
8	0,7	0,2 - 0,5

Auf Klinge, nicht trennbar mit Kleber



- Aus 1,5-Borosilikatglas
- Maße L x B: 55 x 24 mm, épaisseur : Nr. 1,5 (0,016 - 0,019 mm)
- Die Kammer kann nicht von der Lamelle getrennt werden
- Optimal für invertierte Mikroskopie mit hoher Leistung
- Lieferung auf Tabletts, die für die Verwendung im Inkubator geeignet und stapelbar sind

Art. Nr.	Anzahl Fächer	Material der Klinge	VE	CHF/ VE
055084	1	Borosilikatglas	16	AA -
055085	2	Borosilikatglas	16	AA -
055086	4	Borosilikatglas	16	AA -
055087	8	Borosilikatglas	16	AA -

Millicell EZ Slide Merck Millipore®



- Polystyrolkammer, die auf einen Objektträger aus Glas geklebt ist
- Die Kammer kann leicht und ohne Werkzeug von der Klinge getrennt werden
- Nummerierte Wells
- Empfohlenes Volumen abhängig von der Oberfläche

Anzahl Fächer	Kulturfläche (cm²)	Arbeitsvolumen (ml)/ Kammer
4	1,7	0,5 - 1,7
8	0,7	0,2 - 0,7

Art. Nr.	Anzahl Fächer	Material der Klinge	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
051988	4	Glas	4	16	AA -
051989	4	Glas	16	96	AA -
051990	8	Glas	4	16	AA -
051991	8	Glas	16	96	AA -