
Küvetten für Spektralphotometrie Hellma (Fort.)








Modell Hellma	Schicht-dicke	Volumen (ml)	$H_{ext.}$ x $B_{ext.}$ x $B_{int.}$ Fenster (mm)	Anzahl Fenster	Anmerkung / Bodendicke (mm)	Glas OS Art. Nr.	Glas OS CHF	Quarz QS Art. Nr.	Quarz QS CHF
Fluoreszenz-Küvetten hochpräzise - Volumen 1 bis 3,5 ml - Qualität Quarz QS Große Präzision - Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm. Modelle 101 und 104F: Makro- u. Halb-Mikro-Küvetten mit PTFE-Deckel, 4 Fenster - Modell 114F: Halb-Mikro-Küvetten mit PTFE-Verschluss, 4 Fenster.									
101	10 x 10 mm	3,5	45 x 12,5 x 10	4	-	139023	AA -	139024	AA -
104F	10 x 4 mm	1,4	45 x 12,5 x 4	4	1,25	-	-	139027	AA -
114F	10 x 4 mm	1,4	46 x 12,5 x 4	4	1,25	-	-	139030	AA -
108.002F	10 x 2 mm	0,5	45 x 12,5 x 2	4	9	-	-	139032	AA -

Modell Hellma	Schicht-dicke	Probevolumen/ Gesamtvolumen (µl)	$H_{ext.}$ (mm)	Fenster (mm)	Z = 8,5 Art. Nr.	Z = 8,5 CHF	Z = 15 Art. Nr.	Z = 15 CHF
Hochpräzise Ultra-Mikro-Küvetten QS - Qualität Quarz QS große Präzision - Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm.								
105.200QS	10 mm	160 / 180	45	8 x 2	139038	AA -	-	-
105.201QS	10 mm	100 / 120	45	5 x 2	139055	AA -	139037	AA -
105.202QS	10 mm	50 / 70	45	2,5 x 2	139041	AA -	139036	AA -
105.210QS10	10 mm	5 / 10	40	ø 8	139040	AA -	139064	AA -

Ultra Mikro Küvette TrayCell





- **Kompatibel mit Eppendorf Biophotometer, Genova Spektralphotometer und Jenway 67 Serie**
- **DO Ablesen für micro vol. Proben: 0,7 bis 10 µl**
- **Nukleinsäuren (6 bis 8,5 ng/µl dsDNA)**
- **Fluoreszenz**
- **Proteine (0,1 bis 100 mg/ml)**
- **UV / sichtbares Lesen von 190 bis 1100 nm**
- **Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit**
- **Eingebettete optische Faser**
- **Geliefert in einer Box mit : - 2 Kappen: optischer Weg 1 mm und 0,2 mm ; - 2 Adapter: Strahlhöhen 15 mm und 20 mm ; - Schraubendreher, um die Adapter zu positionieren**

Maße L x T x H (mm)	12,5 x 12,5 x 68,5
Fenster	Quarz Suprasil
H. Strahl (mm)	8,5
Versiegelung	Epoxid-Klebstoff
T° maximal (°C)	50
Art. Nr.	**139071**
CHF	**AA -**

Gebrauchsanweisung :
1) Legen Sie das TrayCell in den Küvettenhalter
2) Legen Sie die Probe auf das Fenster
3) Positionieren Sie die Kappe
4) Führen Sie das Lesen durch
5) Reinigen Sie das Fenster und die Kappe: Das TrayCell ist bereit für eine neues Ablesen !

Reinigungslösung Hellmanex

Reinigungslösung Helma für die Reinigung von Spektroskopie-Küvetten.
10 % verdünnt zu gebrauchen.



Art. Nr.	Für Photometer	CHF
139057	Reinigungslösung Hellmanex - 1 Liter	AA -

Einweg-Küvetten für Spektralphotometer hohe Präzision

Hochwertige Küvetten für alle Spektralphotometer, aus Polystyrol oder Acryl. Polystyrol (PS) ermöglicht die Transmission von 75 % bis 80 % der Lichtenergie bei 780 nm bis 380 nm, 70 % bei 340 nm Acryl (AC) überträgt UV und erlaubt die Transmission von 50 % der Lichtenergie bis 280 nm.

Art. Nr.	Material	Volumen (ml)	Seiten transparent	Steh-rand	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
064005	PS	1	4	Ok	100	500	AA -
064006	AC	1	4	Ok	100	500	AA -
064007	PS	4	2	–	100	500	AA -
064008	PS	4	4	–	100	500	AA -
064009	AC	4	2	–	100	500	AA -
064010	AC	4	4	–	100	500	AA -



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
064011	Verschluss aus Polyethylen für Küvette	500	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com