
Pipetten Movette

- **Aus Polyethylen**
- **3 Größen: 1,5 , 4 und 5 ml**
- **Für semiquantitative Dosierungen**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Steril	VE	CHF/ VE
391474*	1,5	-	100	AA -
391475*	5	-	100	AA -

* Kostengünstiges Modell



Transferpipetten mit breiter Öffnung

Erleichtert den Umgang mit zerbrechlichen Produkten oder hoher Viskosität.

- **LDPE**
- **große Öffnung**
- **Gesamtlänge: 125 mm**
- **Innendurchmesser der Spitze: 5,5 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
380514	Transferpipette mit breiter Öffnung	500	AA -





Zählkammern aus Kunststoff Fast-Read 102®

Polystyrol-Objektträger mit 10 Gittern zum Zählen der Zellen pro µl

Zellvolumen (µl)	7
Maße des Gitters (mm)	5 x 2
Tiefe (mm)	0,1
Volumen des Gitters (µl)	1
Maße eines Quadrats (mm)	1 x 1
Volumen eines Quadrats (µl)	0,1
Kammervolumen (µl)	37

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
390497	Fast-read®-Objektträger 10 Kammern x 100	AA -
390501	Transporttablett für 10 Objektträger	AA -
390498	Kit mit 100 Fast-Read®-Objektträgern,10 Kammern + 1000 Transferpipetten	AA -
390499	Kit mit 100 Fast-Read®-Objektträgern,10 Kammern + 1000 Transferpipetten + 1 Farbstoffflasche 35 ml	AA -



M-T® System für Fast-Read 102®

Die Verwendung des M-T®-Systems in Kombination mit dem Fast-Read 102®-Objektträger verringert erheblich die Verwechslungsgefahr mit anderen Zellen und steigert somit die Genauigkeit des Ergebnisses.

- **Einsatz bei Urinproben-Untersuchungen, verhindert die Überlagerung von Epithelzellen nach dem Sedimentieren**
- **Transferpipetten M-T®: spezielle Kalibrierung erlaubt das Zurückhalten von 1 ml Probe im unteren Röhrchenbereich**
- **Röhrchen für M-T®-System: 16 x 103 mm, transparentes PS, Graduierung 1/2,5/5/10 ml**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
390508	1000 Transferpipetten M-T® + 1000 Röhrchen 10 ml	AA -
391536	Gestell für 10 Röhrchen	AA -
390503	Kit mit 100 Fast-read®-Objektträgern, 10 Kammern + 1000 Transferpipetten M-T®	AA -
390506	Kit mit 100 Fast-read®-Objektträgern, 10 Kammern + 1000 Transferpipetten M-T® + 1000 Röhrchen 10 ml + 1000 Verschlüsse	AA -
390522	Konische Röhrchen 16 x 103 mm graduiert, PS (2000 Stck.)	AA -
390523	Konische Röhrchen 16 x 103 mm graduiert, PS (2000 Stck.)	AA -
390517	Pipetten dreifacher Saugball für M-T®-System (3000 Stck.)	AA -


Anwendungshinweise auf www.milian.com

WEB



Prinzip

1. Das Röhrchen 390522 oder 390523 mit dem zu analysierenden Urin in das Express-Gestell 391536 stellen und zentrifugieren
2. Die Transferpipette M-T mit drei Bulben einsetzen
3. Das Gestell umstülpen
4. Sie erhalten 1 ml erneut suspendiertes Sediment bereit zur Analyse auf dem Fast-Read 102®-Objektträger



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com