
Kühlschrank-Thermometer



- Thermometer mit roter Flüssigkeit
- ABS beschichtet
- Mit Kühlschrankhaken
- Temperatur: -50 °C bis +50 °C
- Ø x H: 26 x 275 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045625	Kühlschrank-Thermometer	AA -

Kunststoffthermometer



Art. Nr.	Modell	Amplitude (°C)	Div.	CHF
022549	Für Gefrierschrank	-50 / +50	1	AA -
022550	Thermostift	-20 / +50	1	AA -
022551	Wandthermometer 188x	-30 / +50	1	AA -

Mess-Streifen, -Punkte u. Mini-Indikatoren selbsklebend



- Band- und Tabletten-Thermometer sind selbstklebende, temperaturbeständige Etiketten
- Enthält ein wärmeempfindliches Element
- Um die Temperatur eines sich bewegenden Objekts zu ermitteln oder um kleine Teile zu prüfen
- Für maximale Temperaturkontrolle: Verwendung von Selbstklebeetiketten mit temperatursensitivem Element





Band-Thermometer

Temperatur Bereich	Art. Nr.	VE/ Box	CHF/ Box
+ 60 + 82 °C	057519	10	AA -
+ 88 + 110 °C	057520	10	AA -
+ 116 + 138 °C	057521	10	AA -
+ 143 + 166 °C	057522	10	AA -
+ 171 + 193 °C	057523	10	AA -
+ 199 + 224 °C	057524	10	AA -

Thermometer-Tabletten

Temperatur Bereich	Art. Nr.	VE/ Box	CHF/ Box
+ 37 + 65 °C	057525	10	AA -
+ 71 + 110 °C	057526	10	AA -
+ 116 + 154 °C	057533	10	AA -
+ 161 + 204° C	057534	10	AA -
+ 204 + 260 °C	057535	10	AA -
-	-	-	-

Thermometer-Tabletten

Temperatur Bereich	Art. Nr.	VE/ Box	CHF/ Box
+ 65 °C	057527	50	AA -
+ 71 °C	057528	50	AA -
+ 77 °C	057529	50	AA -
+ 82 °C	057530	50	AA -
+ 110 °C	057531	50	AA -
+ 121 °C	057532	50	AA -

Präzisionsthermometer Frio-Temp

- Erhältlich in zertifizierten und nicht zertifizierten Versionen
- Rückführbarkeit auf NIST-, DAkkS- und die meisten ILAC-Standards
- Quecksilberfrei, Füllung des Thermometers mit organischer Flüssigkeit
- Enviro-Safe: Flasche mit umweltfreundlicher Konservierungsflüssigkeit (außer 086728 und 086729, Glaskugelfüllung)
- PFA-Sicherheitsbeschichtung für erhöhte chemische Beständigkeit
- Graduierung : 0,1 °C
- Zertifizierte Versionen werden mit Kalibrierungsbericht geliefert

Art. Nr.	Einfach zu bedienen	Länge (mm)	Temperatur Bereich	Genauigkeit	Kalibrierungs-punkte	CHF
086720	Gefrierschrank	210	-25 bis -5 °C	0,2 °C	Nicht zertifiziert	AA -
086721	Gefrierschrank	210	-25 bis -5 °C	0,2 °C	-20 °C, -10 °C	AA -
086722	Gekühlt	180	-2 bis 10 °C	0,2 °C	Nicht zertifiziert	AA -
086723	Gekühlt	180	-2 bis 10 °C	0,2 °C	0 °C, 5 °C	AA -
086724	Inkubator	180	15 bis 30 °C	0,2 °C	Nicht zertifiziert	AA -
086725	Inkubator	180	15 bis 30 °C	0,2 °C	20 °C, 25 °C	AA -
086726	Inkubator	190	25 bis 45 °C	0,2 °C	Nicht zertifiziert	AA -
086727	Inkubator	190	25 bis 45 °C	0,2 °C	30 °C, 40 °C	AA -
086728	Ofen	200	95 bis 115 °C	0,4 °C	Nicht zertifiziert	AA -
086729	Ofen	200	95 bis 115 °C	0,4 °C	100 °C, 110 °C	AA -



Zertifizierte Version - 2/10°C

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com