Tragbare digitale Spezial-Refraktometer



- 1 Punkt-Kalibrierung mit destilliertem Wasser
- Interferenz mit Tageslicht
- Automatische Temperaturkompensation
- Digitalanzeige
- Batteriebetrieb
- Speziell Meerwasser beim Modell PR-100SA
- Messung in 3 Sekunden
- Volumen der Proben: 0,1 ml
- Wasserfest (IP64)
- Maße: 170 x 90 x 40 mm / Gewicht: 300 g

Modell	PR-100SA	PR-40DMF	PET-109
Messskala	Konzentration Salz: 0 bis 100 %	Konzentration Dimethylforamid: 0 bis 40 %	Konzentration EtOH: 0 bis 45 %
Skala mind.	1 ‰	0,1 %	1 %
Präzision der Messung	+/- 2 ‰	+/- 0,3 %	+/- 0,5 % (0 bis 30 %)*
Messtemperatur	5 bis 40 °C	5 bis 40 °C	10 bis 35 °C
Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C	5 bis 40 °C	10 bis 35 °C
Art. Nr.	011038	011041	011042
CHF	AA -	AA -	AA -

* Konzentration rund 40 % , +/- 0,8 %, Konzentration rund 45 %, +/- 1,2 %

Modell	PR-60PA	PR-50HO
Messskala	Konzentration° Alk. iproOH: 0 bis 60 %	Konzentration° Lösung Wasserstoffperoxid: 0 bis 50 %
Bereich mind.	0,1 %	0,1 %
Präzision der Messung	+/- 0,5 %*	+/- 0,5 %
Messtemperatur	10 bis 35 °C	5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur	10 bis 35 °C	5 bis 40 °C
Art. Nr.	011043	011044
CHF	AA -	AA -

* Konzentration rund 40 % , +/- 0,8 % , Konzentration rund 60% , +/- 1,6 %

Tragbares digitales Wein-Refraktometer



- Interferenz Tageslicht
- Automatische Temperaturkompensation
- Digitalanzeige
- Batteriebetrieb
- Speziell für den Weinbau
- 1 Punkt-Kalibrierung mit destilliertem Wasser
- Messtemperatur: 5 bis 40 °C
- Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
- Messung in 3 Sekunden
- Für 7 Messskalen

(für 7 Skalen)	Brix-Skala (vorgegeben von der 'ICUMSA): von 0 bis 45 %
	T.A. 1990 (Alkoholgehalt 1990): von 0 bis 26 %
	T.A. 1971 (Alkoholgehalt 1971): von 0 bis 25 %
	OE (Deutschland) (Oechsle in Deutschland üblich: 0 bis 240 °
	OE (Oechsle): von 0 bis 240 °
	KMW (Babo): von 0 bis 40 °
	Baumé: von 0 bis 21 °
Skala mind.	Brix (vorgegeben von ICUMSA): 0,1 %
	T.A. 1990 (Alkoholgehalt 1990): 0,1 %
	T.A. 1971 (Alkoholgehalt 1971): 0,1 %
	OE (Deutschland) (Oechsle in Deutschland üblich): 1°
	OE (Oechsle): 1°
	KMW (Babo): 0.1°
	Baumé: 0.1°
Präzision der Messung	Brix (vorgegeben vom ICUMSA): ± 0.1 %
	T.A. 1990 (Alkoholgehalt 1990): ± 0.2 %
	T.A. 1971 (Alkoholgehalt 1971): ± 0.2 %
	OE (Deutschland) (Oechsle in Deutschland üblich): ± 1 °
	OE (Oechsle): ± 1 °C
	KMW (Babo): ± 0,2 %
	Baumé: ± 0,2 %
Art. Nr.	011039
CHF	AA -

Refraktometer Master Serie T



- Automatische Temperaturkompensation
- 1 Punkt-Kalibrierung mit Standardlösung wie auch mit destilliertem Wasser
- Skala mind.: Brix 0,1 %
- Messung der Konzentration von wässrigen Lösungen mit geringe Dichte wie Tomatensaft, Fruchtsaft, Cola

Modell aus Kunststoff

Art. Nr.	Bezeichnung	Breite der Skala (in Brix)	CHF
011057	Refraktometer Master-20PT	0 bis 20%	AA -

Modell aus Metall

Art. Nr.	Bezeichnung	Breite der Skala (in Brix)	CHF
011049	Refraktometer Master-20T	0 bis 20%	AA -