
# KRYORÖHRCHEN CLEARLINE®

**Achtung** Kein Kryoröhrchen ist dazu bestimmt, direkt in die Flüssigphase von Flüssigstickstoff getaucht zu werden, sondern nur zur Lagerung in der Gasphase von Stickstoff.
Wenn flüssiger Stickstoff in das Röhrchen eindringen würde, bestünde aufgrund des entstehenden Drucks Explosionsgefahr durch den Übergang von Stickstoff aus der Flüssigphase in die Gasphase während der Entnahme und/oder des Auftauens der Röhrchen.

## ClearLine® 1D-Barcode-Kryoröhrchen



### ClearLine® Qualität

- ›› Steriles Polypropylen medical grade
- ›› Einsetzbar bis zu - 196 °C
- ›› ATP-frei
- ›› USP Klasse VI (nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch)
- ›› Sterilisiert mit Beta-Strahlen, SAL $10^{-6}$

Pyrogen · PCR Inhibitor · Human DNA · DNase RNase · Endo-toxin · CE · IVD

- **Verschluss Zweifach eingespritztes Gewinde aus Kunststoff und Silikon: kein Risiko von Leckagen und Verunreinigungen - hervorragende Griffigkeit beim Auf- und Abschrauben des Kryoröhrchens**
- **Mit Sternchen versehener Teil auf der Oberseite der Kappe; geeignet für die Verwendung mit Capper / Decapper**
- **Graduiert, Beschriftungsfläche**
- **Geliefert mit vorgedrucktem Barcode in zufälliger Reihenfolge**
- **Boden zum Einrasten in Polycarbonatgestelle (nur Röhrchen mit Boden mit Rand)**
- **Autoklavierbar (offen) mit Dampf bei 121°C für 20 Minuten.**

### Kryoröhrchen mit Außengewinde und Stopfen



390700 390701 390702 390703 390704 390705

| Volumen (ml) | Rand | Kryoröhrchen mit natürlichem Stopfen | CHF zu 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja | **390700** | **AA -** |
| 2 | Ja | **390701** | **AA -** |
| 2 | Nein | **390702** | **AA -** |
| 3 | Ja | **390703** | **AA -** |
| 4 | Ja | **390704** | **AA -** |
| 5 | Ja | **390705** | **AA -** |

***Vorsicht! :*** *clearLine®-Kryoröhrchen sind nicht für das Eintauchen in die Flüssigphase von Flüssigstickstoff, sondern für die Lagerung in der Gasphase vorgesehen. Es besteht die Gefahr, dass das Kryoröhrchen explodiert, wenn beim Eintauchen flüssiger Stickstoff in das Röhrchen gelangt.*

### Kryoröhrchen mit Außengewinde und Stopfen



390706 390707 390708 390709 390710 390711 390712


| Volumen (ml) | Rand | Kryoröhrchen mit natürlichem Stopfen | CHF zu 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja | **390706** | **AA -** |
| 2 | Ja | **390708** | **AA -** |
| 2 | Nein | **390707** | **AA -** |
| 4 | Ja | **390710** | **AA -** |
| 4 | Nein | **390709** | **AA -** |
| 5 | Ja | **390712** | **AA -** |
| 5 | Nein | **390711** | **AA -** |

### Farbige Einsätze für Kappe

| Blau | Weiß | Gelb | Violett | Rot | Grün | CHF zu 100 | Assortiert | CHF zu 6 x 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **390741A** | **390742A** | **390743A** | **390789A** | **390745A** | **390746A** | **AA -** | **390802A** | **AA -** |

### Rack aus Polykarbonat für 40 Kryoröhrchen


- **Autoklavierbar**
- **L x B x H : 215 x 100 x 25 mm**
- **Boden, der die Befestigung des Röhrchens im Rack ermöglicht**



| Blau | Rot | Grün | CHF |
|---|---|---|---|
| **390494** | **390495** | **390496** | **AA -** |

### Rückgewinnungsstäbe

| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| **390784** | Kryo-Picker-Stab | 100 | **AA -** |
| **390784AA** | Kryo-Picker-Stab | 1 | **AA -** |
| **390784A** | Kryo-Picker-Stab | 10 | **AA -** |






Finden Sie ClearLine® Kryoröhrchen mit 2D-Strichcode auf Seite 491
Finden Sie ClearLine® Kryoboxen auf Seite 798

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com