## Messkolben MBL® Klasse A




- Zertifiziert nach der Norm ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- Hals mit dickem Wulst zum Anbringen eines Gummistopfens
- Zertifizierte "H"-Marke
- Gravierter Messstrich
- Blau emaillierte Inschrift
- Geliefert mit Konformitätszertifikat
- Gravierte Chargennummer auf jedem Messkolben

DWK LIFE SCIENCES

Fläschchen mit PE-Stopfen (B)

| Volumen (ml) | Toleranz (+/-ml) | Körper-ø x H (mm) | Innen-Ø Hals (mm) | Art. Nr. | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,025 | 27 x 72 | 9,5 | 090462 | 5 | AA - |
| 10 | 0,025 | 32 x 92 | 9,5 | 090463 | 5 | AA - |
| 20 | 0,040 | 37 x 107 | 9,5 | 090475 | 5 | AA - |
| 25 | 0,040 | 39 x 112 | 10,2 | 090476 | 5 | AA - |
| 50 | 0,060 | 48 x 145 | 11 | 090233 | 5 | AA - |
| 100 | 0,100 | 61 x 175 | 13 | 090234 | 5 | AA - |
| 200 | 0,150 | 76 x 215 | 15,4 | 090235 | 5 | AA - |
| 250 | 0,150 | 80 x 225 | 15,4 | 090236 | 2 | AA - |
| 500 | 0,250 | 101 x 261 | 18,4 | 090237 | 2 | AA - |
| 1000 | 0,400 | 127 x 305 | 22 | 090238 | 2 | AA - |
| 2000 | 0,600 | 161 x 375 | 25 | 090239 | 1 | AA - |
| 5000 | 1,200 | 215 x 475 | 35 | 090241 | 1 | AA - |

## BLAUBRAND® Messkolben Klasse A




- Gleichbleibende Qualität BLAUBRAND®
- Klasse A
- Konform zertifiziert
- DURAN®, DIN EN ISO 1042
- Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
- Glatter Hals ohne Stopfen, oder mit quadratischem Polypropylen-Stopfen mit Tropfspitze (dieser Stopfen verringert die Bruchgefahr beim Umkippen deutlich und verhindert, dass der Kolben auf den Labortisch rollt), oder mit Glasstopfen

BLAU BRAND

NEU NEU

| | | | | Kolben mit PP-Stopfen | | Kolben mit Glasstopfen (B) | | Bernsteinkolben mit PP-Verschluss | | Bernsteinkolben mit Glasstopfen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. (ml) | Toleranz (+/-ml) | VE | Verschluss | Art. Nr. | CHF/ VE | Art. Nr. | CHF/ VE | Art. Nr. | CHF/ VE | Art. Nr. | CHF/ VE |
| 5 | 0,04 | 2 | 10/19 | 090648 | AA - | 781664 | AA - | 781698 | AA - | 781708 | AA - |
| 10 | 0,04 | 2 | 10/19 | 090649 | AA - | 092403 | AA - | 781699 | AA - | 674359B | AA - |
| 20 | 0,04 | 2 | 10/19 | 090650 | AA - | 781665 | AA - | 781700 | AA - | 781709 | AA - |
| 20 | 0,06 | 2 | - | - | - | 781666 | AA - | - | - | - | - |
| 25 | 0,04 | 2 | 10/19 | 090102 | AA - | 781667 | AA - | 674399 | AA - | 781710 | AA - |
| 25 | 0,06 | 2 | - | - | - | 781668 | AA - | - | - | - | - |
| 50 | 0,06 | 2 | 12/21 | 090652 | AA - | 781669 | AA - | 781702 | AA - | 781712 | AA - |
| 50 | 0,1 | 2 | 14/23 | 090653 | AA - | 673390 | AA - | 781701 | AA - | 781711 | AA - |
| 100 | 0,1 | 2 | 12/21 | 090654 | AA - | 781670 | AA - | - | - | - | - |
| 100 | 0,1 | 2 | 14/23 | 090655 | AA - | 781671 | AA - | 781703 | AA - | 781713 | AA - |
| 200 | 0,15 | 2 | 14/23 | 090656 | AA - | 781672 | AA - | 781704 | AA - | 781714 | AA - |
| 250 | 0,15 | 2 | 14/23 | 090657 | AA - | 781673 | AA - | 781705 | AA - | 781715 | AA - |
| 500 | 0,25 | 2 | 19/26 | 090658 | AA - | 781674 | AA - | 781706 | AA - | 781716 | AA - |
| 1000 | 0,4 | 1 | 24/29 | 090659 | AA - | 781675 | AA - | 781707 | AA - | 674073 | AA - |
| 2000 | 0,6 | 1 | 29/32 | 090660 | AA - | 781676 | AA - | - | - | - | - |
| 5000 | 1,2 | 1 | 34/35 | 090661 | AA - | 781677 | AA - | - | - | - | - |

## Messkolben mit PTFE-Stopfen



- Aus Borosilikatglas Klasse A
- Konische Dichtung und PTFE-Stopfen
- ISO-Standard DIN 1042
- Referenztemperatur bei 20 °C
- Blaue Markierung

| Art. Nr. | Volumen (ml) | CN-Schliff | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 360001 | 5 | 10/19 | 1 | AA - |
| 360002 | 10 | 10/19 | 1 | AA - |
| 360003 | 20 | 10/19 | 2 | AA - |
| 360004 | 25 | 10/19 | 2 | AA - |
| 360005 | 50 | 14/23 | 2 | AA - |
| 360006 | 100 | 14/23 | 2 | AA - |
| 360007 | 200 | 14/23 | 2 | AA - |
| 360008 | 250 | 14/23 | 2 | AA - |
| 360009 | 500 | 19/26 | 2 | AA - |
| 360010 | 1000 | 24/29 | 2 | AA - |