INDIKATOREN FÜR STERILISATION


Autoklaven-Indikatorband



- **Selbstklebend**
- **Rolle 19 mm x 50 m**
- **Für Dampfsterilisation zwischen 121 °C und 134 °C**
- **Das Band ändert seine Farbe, wenn die Sterilisation durchgeführt wird**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490009	Autoklaven-Indikatorband	AA -

Klebeband für neutrale Autoklaven





Klebeband zum Verschließen von Behältern oder zum Verpacken von Produkten, die für den Autoklav bestimmt sind. Enthält keine Sterilisationsanzeige.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150262	Rolle mit 18 mm x 50 m	AA -
150272	Rolle 24 mm x 50 m	AA -
150263	Rolle 48 mm x 50 m	AA -
086000	Ständer für Rollen	AA -

Indikatorbänder für die Sterilisation



Mithilfe von selbstklebenden Indikatorbändern, die an den zu sterilisierenden Produkten angebracht werden, kann der Durchgang durch die Sterilisation bescheinigt werden. Am Ende des Sterilisationsprozesses erscheinen farbige Streifen. 3 Modelle von Indikatorbändern : für Autoklaven (feuchte Hitze), für Poupinel (trockene Hitze) und für Gas (Ethylenoxid). Passend für die Spender 086000 und 140265 (siehe Seite 1311).

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße	VE	CHF/ VE
150260	Indikatorband für Autoklaven	50 m x 19 mm	1	AA -
150261	Indikatorband für Poupinel	55 m x 19 mm	1	AA -
095038	Ethylenoxid-Indikatorband	50 m x 19 mm	1	AA -
150267	Indikatorband für Autoklaven 3M	55 m x 18 mm	1	AA -
150283	Indikatorband für Autoklaven 3M	55 m x 24 mm	1	AA -

Steripoint® Sterilisationsindikator



- **Sehr hohe Genauigkeit bei den Wendezeiten**
- **Konstante Reproduzierbarkeit**
- **Qualitative Verpflichtung aufgrund der zahlreichen Kontrollen der Wendezeiten während der Produktion**
- **Die Steripoint® -Wendung wird durch das Vorhandensein eines Dampf/Luft- oder Gasgemisches gehemmt oder wenn einer der Zyklusparameter unzureichend ist**
- **Der Farbumschlag der Tinte von violett nach grün zeigt die Einhaltung der Zeit-, Temperatur- und Dampfbedingungen bei den Sterilisationszyklen an**

Art. Nr.	Farben	Sterilisationspunkt	VE	CHF/ VE
950171	Blau	134 °C 3,5 min. - 121 °C 15 min.	250	AA -
950172	Rosa	134 °C 5,3 min. - 121 °C 15 min.	250	AA -
950173	Orange	134 °C 7 min. - 121 °C 20 min.	250	AA -
950174	Grün	134 °C 18 min.	250	AA -

Sterilisations- und Reinigungsindikatoren



- **Nicht-sequentieller Integrator**
- **Variation nach Autoklavenzyklen :**
  - TST SKC Kurzzyklus : 121 °C/15 min
  - TST 3702 Standardzyklus : 125 °C/20 min

Art. Nr.	Bezeichnung	VE/ Box	CHF/ Box
972446	Sterilisations- und Reinigungsindikator TST SKC Kurzzeitzyklus	200	AA -
972440	Sterilisations- und Reinigungsindikator3702 SKC Standardzyklus	200	AA -