Solutions tampons Reagecon

Solutions tampons Reagecon colorées, ou non colorées transparentes. Certifiées ISO 17025.





	Non colorées transparentes								Colorées								
	pH à 20 °C				pH à 25 °C					pH à 20 °C				pH à 25 °C			
Niveau de pH	500 ml	CHF	1000 ml	CHF	500 ml	CHF	1000 ml	CHF	Coloris	500 ml	CHF	1000 ml	CHF	500 ml	CHF	1000 ml	CHF
pH 1.00 ± 0.02	**440400**	**NC -**	**440401**	**NC -**	**440430**	**NC -**	**440431**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 2.00 ± 0.02	**440402**	**NC -**	**440403**	**NC -**	**440432**	**NC -**	**440433**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 3.00 ± 0.02	**440404**	**NC -**	**440405**	**NC -**	**440434**	**NC -**	**440435**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 3.00 ±0.01	**440406**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 4.00 ± 0.01	**440407**	**NC -**	**440408**	**NC -**	**440436**	**NC -**	**440437**	**NC -**	Rouge	**440460**	**NC -**	**440461**	**NC -**	**440466**	**NC -**	**440467**	**NC -**
pH 4.00 ±0.01 sans Phtalate	-	-	-	-	**440438**	**NC -**	**440439**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 5.00 ± 0.01	**440409**	**NC -**	**440410**	**NC -**	**440440**	**NC -**	**440441**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 6.00 ± 0.01	**440411**	**NC -**	**440412**	**NC -**	**440442**	**NC -**	**440443**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 6.80 ± 0.01	**440413**	**NC -**	**440414**	**NC -**	**440444**	**NC -**	**440445**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 7.00 ± 0.01	**440415**	**NC -**	**440416**	**NC -**	**440446**	**NC -**	**440447**	**NC -**	Jaune	**440462**	**NC -**	**440463**	**NC -**	**440468**	**NC -**	**440469**	**NC -**
pH 8.00 ± 0.01	**440417**	**NC -**	**440418**	**NC -**	**440448**	**NC -**	**440449**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 9.00 ± 0.01	**440419**	**NC -**	**440420**	**NC -**	**440450**	**NC -**	**440451**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 9.20	-	-	**440421**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 10.00 ± 0.01	**440422**	**NC -**	**440423**	**NC -**	**440452**	**NC -**	**440453**	**NC -**	Bleu	**440464**	**NC -**	**440465**	**NC -**	**440470**	**NC -**	**440471**	**NC -**
pH 11.00 ± 0.05	**440424**	**NC -**	**440425**	**NC -**	**440454**	**NC -**	**440455**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 12.00 ± 0.05	**440426**	**NC -**	**440427**	**NC -**	**440456**	**NC -**	**440457**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH 13.00 ± 0.05	**440428**	**NC -**	**440429**	**NC -**	**440458**	**NC -**	**440459**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Colorées en bouteille Twin neck

- **Forme pratique : pour la mesure dans un réservoir situé dans la bouteille - sans contamination avec le reste du flacon**
- **Facile à transporter**
- **Pour usage sur le terrain**



		pH à 20 °C						pH à 25 °C					
Niveau de pH	**Coloris**	250 ml	CHF	500 ml	CHF	1000 ml	CHF	250 ml	CHF	500 ml	CHF	1000 ml	CHF
pH 4.00 ± 0.01	Rouge	**440472**	**NC -**	**440473**	**NC -**	**440474**	**NC -**	**440481**	**NC -**	**440482**	**NC -**	**440483**	**NC -**
pH 7.00 ± 0.01	Jaune	**440475**	**NC -**	**440476**	**NC -**	**440477**	**NC -**	**440484**	**NC -**	**440485**	**NC -**	**440486**	**NC -**
pH 10.00 ± 0.01	Bleu	**440478**	**NC -**	**440479**	**NC -**	**440480**	**NC -**	**440487**	**NC -**	**440488**	**NC -**	**440489**	**NC -**

Colorées en capsules

- **Testées à 25 °C**
- **Traçabilité NIST**
- **Code couleur**
- **Faciles à dissoudre : 1 capsule se dissout dans 100 ml d'eau**
- **Faciles à transporter**

Réf.	Désignation	Coloris	Unités/ boîte	CHF/ boîte
440490	Tampon en capsule pH 4.01 ±0.02 à 25 °C	Orange	50	**NC -**
440491	Tampon en capsule pH 7.00 ±0.02 à 25 °C	Vert	50	**NC -**
440492	Tampon en capsule pH 9.00 ±0.02 à 25 °C	Violet	50	**NC -**
440493	Tampon en capsule pH 10.00 ±0.02 à 25 °C	Bleu	50	**NC -**
440494	Tampon en capsule pack : 10 x pH 4.01 / 20 x pH 7.00 / 10 x pH 9.00 / 10 x pH 10.00 ± 0.02 à 25 °C	-	50	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com