INDICATEURS POUR STÉRILISATION


Ruban indicateur d'autoclave



- Auto-adhésif
- Rouleau 19 mm x 50 m
- Pour stérilisation vapeur entre 121 °C et 134 °C
- Le ruban change de couleur lorsque la stérilisation est effectuée

Référence	Désignation	CHF
490009	Ruban indicateur d'autoclave	NC -

Ruban adhésif pour autoclave neutre





Ruban adhésif pour la fermeture des récipients ou l'emballage des produits destinés à l'autoclave. Ne comporte pas de témoin de stérilisation.

Référence	Désignation	CHF
150262	Rouleau de 18 mm x 50 m	NC -
150272	Rouleau de 24 mm x 50 m	NC -
150263	Rouleau de 48 mm x 50 m	NC -
086000	Portoir pour rouleau	NC -

Rubans indicateurs de stérilisation



Les rubans indicateurs adhésifs à poser sur les produits à stériliser permettent d'attester du passage en stérilisation. Des bandes de couleurs apparaissent en fin de stérilisation. 3 modèles de rubans indicateurs sont proposés : pour autoclave (chaleur humide), pour poupinel (chaleur sèche) et pour gaz (oxyde d'éthylène).
S'adaptent sur les distributeurs 086000 et 140265 (voir page 1311).

Réf.	Désignation	Dimensions	Unités/ carton	CHF/ carton
150260	Ruban indicateur pour autoclave	50 m x 19 mm	1	NC -
150261	Ruban indicateur pour poupinel	55 m x 19 mm	1	NC -
095038	Ruban indicateur oxyde d'éthylène	50 m x 19 mm	1	NC -
150267	Ruban indicateur pour autoclave 3M	55 m x 18 mm	1	NC -
150283	Ruban indicateur pour autoclave 3M	55 m x 24 mm	1	NC -

Steripoint® indicateur de stérilisation



- Très grande précision dans les temps de virage
- Reproductibilité constante
- Engagement qualitatif dû aux nombreux contrôles des temps de virage pendant la production
- Le virage du Steripoint® est inhibé par la présence d'un mélange vapeur/air ou gaz, ou lorsque l'un des paramètres du cycle est insuffisant
- Le virage du violet au vert de l'encre indique la conformité des conditions de temps, température et vapeur de la stérilisation lors des cycles de stérilisation

Référence	Coloris	Point de stérilisation	Unités/ carton	CHF/ carton
950171	Bleu	134 °C 3,5 min. - 121 °C 15 min.	250	NC -
950172	Rose	134 °C 5,3 min. - 121 °C 15 min.	250	NC -
950173	Orange	134 °C 7 min. - 121 °C 20 min.	250	NC -
950174	Vert	134 °C 18 min.	250	NC -

Indicateurs de stérilisation et de lavage



- Intégrateur non séquentiel
- Déclinaison selon les cycles d'autoclave :
  - TST SKC cycle court : 121 °C/15 min
  - TST 3702 cycle standard : 125 °C/20 min

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
972446	Indicateur de stérilisation et de lavage TST SKC cycle court	200	NC -
972440	Indicateur de stérilisation et de lavage 3702 SKC cycle standard	200	NC -