FICHE TECHNIQUE

Désignation

- PLAQUE PCR ET QPCR 96 PUITS DEMI-JUPE APPLIED BIOSYSTEMS x500



Référence

- 017987

Unité de vente

500

Caractéristiques techniques

- Certifications/Conformité : Certifié exempt d'ADN/RNase
- À utiliser avec (équipement) : Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d'ADN
- Conditionnement : 500 plaques
- Type de produit : Microplaque
- Quantité : 500 plaques
- Vitesse de réaction : Étalon
- Type de jupe : Semi
- Volume (métrique) des puits : 0,3 ml
- Volume (métrique) de travail : 0,2 ml
- Code-barres : Aucun code-barres
- Couleur : Optique
- Matériau : PP
- Nbre de puits : 96
- Gamme de produits : MicroAmp



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com