Des solutions étonnantes
Pour l'étalonnage et l'entretien

L'exactitude d'une mesure de pH dépend de la précision de la solution tampon utilisée pour l'étalonnage. Les solutions tampons de METTLER TOLEDO sont traçables selon les normes principales et sont accompagnées d'un certificat de contrôle qualité qui garantit les valeurs établies et la traçabilité.



Pour plus d'informations, consultez
www.mt.com/buffer

	Référence de commande 250 mL	Référence de commande 6 x 250 mL	Référence de commande 30 sachets de 20 mL
Solutions techniques de tampon pH			
2,00	51350002	51350016	30111134
4,01	51350004	51350018	51302069
7,00	51350006	51350020	51302047
9,21	51350008	51350022	51302070
10,00	51350010	51350024	51302079
11,00	51350012	51350026	30111135
Bouteilles Arc en Ciel I (4,01/7,00/9,21)		30095312	
Bouteilles Arc en Ciel II (4,01/7,00/10,00)		30095313	
Sachets Arc en Ciel I (4,01/7,00/9,21)			51302068
Sachets Arc en Ciel II (4,01/7,00/10,01)			51302080
Solutions tampons pH NIST/DIN			
4,006	51350052		30111136
6,865	51350054		30111137
9,180	51350056		30111138
10,012	51350058		30111139
Solutions tampons pH certifiées			
4,01	51350032	51350042	
7,00	51350034	51350044	
9,21	51350036	51350046	
10,00	51350038	51350048	
Solutions tampon Redox (E (Ag/AgCl) à 25 °C)			
220 mV, pH 7 (U_H = 427 mV)	51350060	51350062	
468 mV, pH 0,1 (U_H = 675 mV)			51350064 (6 x 30 mL)

	Référence de commande 25 mL	Référence de commande 250 mL	Référence de commande 6 x 250 mL
Électrolytes pour électrodes de référence			
Solution KCl 3 mol/L	51343180	51350072	51350080
Solution KCl 3 mol/L, saturé en AgCl	51343184	51350074	51350082
FRISCOLYT-B®, pour les milieux avec composés organiques	51343185	51350076	51350084
Solution LiCl 1 mol/L dans l'éthanol pour les milieux non aqueux	51350088 (6 x 30 mL)		
Solutions de maintenance			
Solution de stockage InLab		30111142	
Pepsine-HCl pour nettoyage des jonctions contaminées par des protéines		51350100	
Solution Thiourée pour nettoyage des jonctions contaminées par du sulfure d'argent		51350102	
Solution de réactivation pour la régénération des électrodes en verre			51350104

Étalons de conductivité	Référence de commande 250 mL	Référence de commande 6 x 250 mL	Référence de commande 30 sachets de 20 mL
1,3 µS/cm (solution de contrôle à usage unique)	30090847		
5 µS/cm	30094617		
10 µS/cm	51300169		30111141
84 µS/cm	51302153		30111140
500 µS/cm	51300170		
1 413 µS/cm	51350092	51350096	51302049
12,88 mS/cm	51350094	51350098	51302050

DOMINIQUE DUTSCHER SAS