Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- JEU DE FILTRES DE REFERENCE POUR BIOSPECTROMETER



Référence

- 035741

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Filtre traçable NIST®
- **Recertification de filtre via Eppendorf (contact :** Eppendorf Service)
- Protocole d'inspection pré-programmé dans l'appareil
- Vérification de l'exactitude et de la précision de la longueur d'onde à 260 nm, 280 nm et 800 nm
- Vérification de l'exactitude et de la précision photométriques dans la plage de 260 nm à 800 nm
- Le coefficient de variation est répertorié avec la valeur moyenne de 15 mesures.
- Contient 7 filtres (1 filtre vierge, 3 filtres pour la vérification des erreurs systématiques de longueur d'onde UV/Vis et de la précision, 3 filtres pour la vérification photométrique)



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com