FICHE TECHNIQUE

Désignation

- COMBITIPS ADVANCED 50,0 ml EPPENDORF CODE COULEUR GRIS PCR CLEAN x100



Référence

- 035754

Unité de vente

100

Caractéristiques techniques

- PCR clean
- 50 mL, gris clair, pointes incolores
- 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab
- **Label ACT :** oui
- **Type de produit :** Consommables
- **Type de pipetage :** Système à déplacement positif
- **Taille de la pointe :** 50 mL
- **Color code :** gris clair
- **Pipetage de couleur :** pointes incolores
- **Niveau de pureté :** PCR clean
- **Emballage :** 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** non
- **Niveau de pureté :** PCR clean
- **Données de performance avec Multipette E3 & E3x / Repeater E3 & E3x :**
  Erreur de mesure aléatoire : 500 µL: ± 3%; ± 15 µL 5000 µL: ± 0,5%; ± 25 µL 25000 µL: ± 0,2%; ± 50 µL 50000 µL: ± 0,15%; ± 75 µL
  Erreur de mesure systématique : 500 µL: ± 2%; ± 10 µL 5000 µL: ± 0,3%; ± 15 µL 25000 µL: ± 0,3%; ± 75 µL 50000 µL: ± 0,3%; ± 150 µL
  Plage de volume : 500 – 50 000 µL
- **Données de performance avec Multipette M4 / Repeater M4 :**
  Erreur de mesure aléatoire : 500 µL: ± 10%; ± 50 µL 1000 µL: ± 0,5%; ± 5 µL 5000 µL: ± 0,5%; ± 25 µL 10000 µL: ± 0,25%; ± 25 µL
  Erreur de mesure systématique : 500 µL: ± 6%; ± 30 µL 1000 µL: ± 0,3%; ± 3 µL 5000 µL: ± 0,3%; ± 15 µL



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

10000 µL: ± 0,3%; ± 30 µL

Plage de volume : 500 – 10 000 µL

- Les pointes Combitips® advanced sont le consommable adapté à toutes les pipettes multi-distributrices Multipette® d'Eppendorf
- Les 9 tailles de volume (0,1 mL – 50 mL) offrent une gamme maximale de volumes de distribution avec des incréments aussi faibles que 100 nanolitres en fonction des Combitips® advanced utilisées
- Les Combitips® advanced avec le degré de pureté « PCR clean » sont certifiées comme étant exemptes d'ADN humain, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR qui pourraient avoir une influence sur les réactions de polymérisation en chaîne
- Les certificats spécifiques par lot des consommables Eppendorf en qualité « PCR clean » sont disponibles sur www.eppendorf.com/certificates
- Les Combitips® advanced 2,5 mL, 5,0 mL, 10 mL allongées permettent d'accéder au fond de la plupart des récipients utilisés en laboratoire
- Un code couleur sur chaque pointe facilite l'identification rapide de la pointe distributrice Combitips® advanced dont vous avez besoin
- La géométrie en entonnoir, unique, permet une manipulation confortable et sûre avec des gants
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com