

Erklärung zur EG- Konformität Declaration of EC Conformity

Das untenstehend bezeichnete Gerät entspricht den einschlägigen grundlegenden Anforderungen
der aufgeführten

EG - Richtlinien und Normen.

Bei einer nicht von uns autorisierten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

The device named below fulfils the relevant fundamental requirements of the EC directives and
standards listed.

In case of unauthorized modifications to the device this declaration becomes invalid.

Gerätetyp, Device type:

Thermocycler zur DNA- Vervielfältigung, Thermocycler for DNA amplification

Gerätebezeichnung / device name	Bestellnummer / order no.
Labcycler Gradient	011-101
Labcycler Basic	011-103
Labcycler Gradient IVD	011-105
Labcycler Basic IVD	011-106
Labcycler 48	013-101
Labcycler 48 Gradient	013-102
Labcycler 48s	013-103
Labcycler 48s Gradient	013-104
Labcycler 48, 110 V	013-105
Labcycler 48 Gradient, 110 V	013-106
Labcycler 48s, 110 V	013-107
Labcycler 48s Gradient, 110 V	013-108

Einschlägige EG- Richtlinien / Normen, Relevant EC directives / standards:

2004/108/EC, EN 55011 Klasse B, EN 55022 Klasse B,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8,
73 / 23 / EWG, EN 61010-1, EN 61010-2-010

SensoQuest GmbH
Hannah-Vogt-Str. 1
37085 Göttingen
Germany

Göttingen, 04.11.2022

Geschäftsführer, Managing Director

SENSOQUEST

SensoQuest GmbH, Hannah- Vogt- Str. 1, D - 37085 Göttingen

www.sensoquest.de, info@sensoquest.de

Tel. +49 / (0) 551 / 389195-23, Fax -24, Geschäftsführer: Jörg Schrader, Amtsgericht Göttingen HR B 4298