MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi réf 1150MI – Pied à coulisse digital 150 mm

CARACTERISTIQUES
- Capacité : 0 à 150 mm
- Résolution : 0,01 mm
- Précision : ± 0,03 mm
- Température d'utilisation : 0 à 40°C
- Température de stockage : -20° à +70°C
- Pile : SR44/357

REMPLACEMENT DE LA PILE
Quand la lecture sur écran devient difficile ou brille anormalement, procéder au changement de la pile

ENTRETIEN
- Maintenir l'extérieur du pied à coulisse en bon état de propreté.
- Eviter les contacts avec l'eau et les chocs violents.
- Nettoyer les becs avec un produit gras (pétrole), lubrifier de temps en temps le corps avec de l'huile ordinaire de quincaillerie.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, ni d'alcool

Note : veillez à déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS