We measure it. testo

# Medidor de humedad/temperatura/presión

## testo 622 – Fácil y precisa monitorización de las condiciones ambiente




- Medición precisa de temperatura, humedad y presión
- Todos los valores importantes en pantalla
- Visualizador grande y de fácil lectura
- Función recordatorio de calibración (opcional)

hPa %HR °C

El testo 622 mide al mismo tiempo temperatura, humedad y presión, ideal para la determinación de las condiciones ambiente. En el visualizador de gran tamaño se muestran los valores de medición actuales así como la fecha y la hora; de un vistazo, el usuario puede ver todos los datos más importantes. Cabe destacar que el testo 622 es de especial utilidad en laboratorios cuando se efectúan calibraciones o se preparan experimentos.

El testo 622 está equipado con el sensor de humedad testo de gran estabilidad a largo plazo, por lo que la exactitud en la medición queda garantizada durante años.
La pestaña en la parte posterior del instrumento posibilita usarlo como instrumento de sobremesa o colgarlo en la pared.
Muy fácil de usar, este instrumento se puede mantener ajustado y calibrado en todo momento y en sus propias instalaciones con el software de ajuste y calibración (disponible opcionalmente).

www.testo.es

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Datos técnicos / Accesorios

## testo 622

testo 622, higrómetro con visualización de la presión, incl. protocolo de calibración, pilas, y tornillo y taco para colgar en la pared

Modelo 0560 6220



### Datos técnicos generales

| | |
|---|---|
| Cíclo de medición | 10 s |
| Temp. Almac. | -20 ... +60 °C |
| Temp. Func. | -10 ... +60 °C |
| Vida de la pila | 12 meses |
| Peso | 240 g (sin pilas) |
| Medidas | 185 x 105 x 36 mm |

### Tipos de sensor

| | NTC | Sensor humedad Testo, capacitivo | Sensor de presión piezoresistivo |
|---|---|---|---|
| Rango | -10 ... +60 °C | 0 ... 100 %HR | 300 ... 1200 hPa |
| Exactitud ±1 dígito | ±0.4 °C | ±2 %HR a +25 °C (10 ... 90 %HR)<br>±3 %HR (rango restante) | ±3 hPa |
| Resolución | 0.1 °C | 0.1 %HR | 0.1 hPa |

### Accesorios

| | Modelo | |
|---|---|---|
| Certificado de calibración ISO de humedad, puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C/+77 °F; por canal/instrumento | 0520 0076 | |
| Certificado de calibración DAkkS de humedad | 0520 0206 | |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Sujeto a cambios sin previo aviso

Instrumentos Testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxa, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es