NOTE TECHNIQUE

Référence	068646X
Désignation	DISTRIBUTEUR DE PARAFFINE

Anomalie :

- ✓ Suite défaut de fabrication au niveau de la cuve, appareil réparé par le fabricant, en état comme neuf.








CONTROL DE CALIDAD
OK
J.P. SELECTA
QUALITY CONTROL
GARANTIA DE REPARACION
Nº Rep.: 52204
Fecha: 28 JUL. 2025
La empres J.P. SELECTA, s.a. no se hace responsable de posteriores averias en elementos que no hayan sido sustituidos en esta reparación.
J.P. SELECTA, s.a.u.
Made in Spain
00-G
50/60 Hz
139460
430 W


J.P. SELECTA
QUALITY CONTROL
J.P. SELECTA, s.a.u.
Made in Spain
4000490
230 VAC
690270 S/N
Fuse
F3A 250V
00-G
50/60 Hz
139460
430 W
4000490690270
Autovia A-2, Km 585,1 - Abrera (BARCELONA) SPAIN