

# Test en cuve pour le fluorure 0,1-2,5 mg/L F, 25 tests

**Réf. produit:** **LCK323** Dangereux



## Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Prêt à l'emploi, offrant une sécurité maximale, facile à manipuler, intégrant un système d'évaluation photométrique et respectueux de l'environnement

**Mesures précises et fiables**

**Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées**

**Dosage aisé et précis des réactifs**

**Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre**

**Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur**

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Conditions de stockage: | 15 à 25 °C |
| EPA compliant: | NA |
| Exigences d’échantillon: | Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 1 - 11.<br>La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être 20 °C (68 °F). |
| Instrument: | DR3900, DR4900, DR6000, DR1900 |
| Nom de la méthode: | SPADNS |
| Nombre de tests: | 25 |
| Paramètres: | Fluorure |
| Plage de mesure: | 0,1 - 2,5 mg/L F |
| Plateforme: | LCK |

## Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS