

Test en cuve pour chrome (III et VI) 0,03-1,0 mg/L Cr, 25 tests

Réf. produit: **LCK313**

Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Manipulation facile et sans danger
Les tests en cuve LCK utilisent des Dosicaps innovants plus faciles à utiliser que les sachets de poudre ou les réactifs liquides. Il n'y a aucun risque de déversement, de contamination, de sécurité avec les Dosicaps, car les réactifs sont entièrement contenus dans le bouchon de cuve. La verrerie utilisée garantit la plus grande précision et les cuves sont dotées d'un fond plat afin qu'elles puissent tenir debout.

Les sachets des tests en cuve LCK présentent un code couleur pour permettre de reconnaître facilement et rapidement les paramètres et les plages. Les méthodes de test illustrées et détaillées sont imprimées sur la boîte pour référence rapide.

Réduire les erreurs
Le spectrophotomètre lit automatiquement l'étiquette de code-barres unique présente sur chaque test en cuve LCK Hach lorsqu'il est utilisé avec le spectrophotomètre UV-VIS DR6000 ou le spectrophotomètre de table DR3900 de Hach, afin d'identifier la méthode appropriée et d'effectuer la mesure. L'instrument atteint en moyenne 10 lectures et rejette les valeurs extrêmes, ce qui réduit considérablement les erreurs et règle les problèmes de verrerie rayée, abîmée ou sale.

Durée d'utilisation documentée et certificats d'analyse
Le code-barres précise le numéro de lot et la date d'expiration des réactifs, qui sont documentés en même temps que le résultat de la mesure. Un avertissement automatique est émis si la date d'expiration est passée. Les informations précises sur le lot (certificats d'analyse) se trouvent sur l'étiquette RFID de la boîte, qui peut se lire à l'aide du spectrophotomètre DR6000 ou DR3900.

Pas de banc réactif nécessaire
La grande qualité des cuves LCK, les contrôles de la production de réactifs rigoureux, la vérification de l'étalonnage de l'instrument et la stabilité élevée de l'instrument s'associent pour éliminer la nécessité d'exécuter des bancs réactifs, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent !

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Caractéristiques

Conditions de stockage:	2 à 8 °C (à conserver au froid)
Conformément à la norme:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Description:	Chrome VI et total
Digestion nécessaire:	Oui, pour le chrome total
EPA compliant:	NA
Exigences d’échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 3 - 9. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15 - 25 °C (59 - 77 °F).

Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Diphénylcarbazide
Nombre de tests:	25
Notes spéciales:	Le test inclut la digestion pour le chrome total
Paramètres:	Chrome
Plage de mesure:	0,03 - 1,0 mg/L Cr total
Plateforme:	LCK

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS