

Kit de réactifs pour le manganèse 0,005 - 0,5 mg/L Mn

Réf. produit: **LCW532**

Dangereux



Pour la détermination du manganèse avec la méthode PAN.

Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 °C à 25 °C
Description:	Kit de réactifs pour le manganèse
Exigences d’échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 3 - 10. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15 - 25 °C (59 - 77 °F).
Nom de la méthode:	1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN)
Nombre de tests:	50
Notes spéciales:	cuve rectangulaire de 50 mm LZP341 requise
Paramètres:	Manganèse
Plage de mesure:	0,005 - 0,5 mg/L Mn

Accessoires obligatoires

- Cellule d'échantillon, 50 mm, rectangulaire, en PMMA, 10 pièces (Item LZP341)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS