

# Test en cuve pour chlore libre, 0,05 à 2 mg/L $Cl_2$, 24 tests

**Réf. produit:** **LCK410** Dangereux



## Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Test en cuve pour la détermination de chlore libre, 0,05 à 2 mg/l $Cl_2$ et dioxyde de chlore, 0,09 à 3,8 mg/l $ClO_2$.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

**Mesures précises et fiables**

**Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées**

**Dosage aisé et précis des réactifs**

**Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre**

**Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur**

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Conformément à la norme: | DIN EN ISO 7393-2:2019-03 |
| Exigences d’échantillon: | Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 3 - 10.<br>La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15 - 25 °C (59 - 77 °F). |
| Instrument: | DR3900, DR4900, DR6000, DR1900 |
| Nom de la méthode: | DPD |
| Nombre de tests: | 24 (Le test inclut une solution à zéro.) |
| Paramètres: | Chlore, libre |
| Plage de mesure: | 0.05 - 2.0 mg/L $Cl_2$ libre/$ClO_2$ |

## Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS