

Test en cuve COT (méthode différentielle) 2-65 mg/L C, 25 tests

Réf. produit: **LCK380**

Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Reconnu conforme aux limites autorisées. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Mesures précises et fiables

Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées

Dosage aisé et précis des réactifs

Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre

Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur

Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 à 25 °C
Conformément à la norme:	DIN 38409-H3
Description:	Carbone organique total
Digestion nécessaire:	oui
EPA compliant:	NA
Exigences d’échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 4 - 10. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15 - 25 °C (59 - 77 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Méthode différentielle (COT déterminé comme la différence entre les valeurs CT et CIT), digestion au persulfate
Nombre de tests:	25
Paramètres:	COT
Plage de mesure:	CIT 10 - 73 mg/L C
Plateforme:	LCK

Accessoires obligatoires

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS