

Test en cuve COT (méthode différentielle) 60-735 mg/L C, 25 tests

Réf. produit: **LCK381**

Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Mesures précises et fiables

Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées

Dosage aisé et précis des réactifs

Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre

Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur

Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 à 25 °C
Conformément à la norme:	DIN 38409-H3
Description:	Carbone organique total
Digestion nécessaire:	Yes
EPA compliant:	NA
Exigences d’échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 4 - 10. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15 - 25 °C (59 - 77 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Méthode différentielle (COT déterminé comme la différence entre les valeurs CT et CIT), digestion au persulfate
Nombre de tests:	25
Paramètres:	COT
Plage de mesure:	TC 75 - 750 mg/L C
Plateforme:	LCK

Accessoires obligatoires

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS