FICHE TECHNIQUE

Désignation

- EPROUVETTES GRADUEES A 1000 ML CC DURAN x1



Référence

- 090550

Unité de vente

1

Description

Tube gradué, cl. A, graduation bleue

Verre borosilicaté 3.3, graduation bleue, certificat de conformité, avec numéro de lot daté, subdivisions principales annulaires, avec bec verseur, base hexagonale verre, ajustage sur IN, DIN EN ISO 4788.

D'autres certificats de lots peuvent être générés et imprimés gratuitement sous www.hirschmannlab.de à n'importe quel moment.

Caractéristiques techniques

- **Désignation :** Tube gradué, A, CC, 1000:10 ml
- **Contenu ml :** 1000
- **Division ml :** 10
- **Tolérance :** 5
- **Hauteur max :** 470



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com