

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**  
**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

En relación a los artículos: **PIPETAS CLASE AS, CON BULBO 50mL / 0.10mL**  
In relation to the articles: **VOLUMETRIC PIPETTE, CLASS AS, WITH BULB 50mL / 0.10mL**  
En rapport avec les articles: **PIPETTE CLASSE AS, À BOULE 50mL / 0.10mL**

Por el presente documento declaramos que las características, medidas y precisión de los productos abajo indicados están en conformidad con la norma ISO 835:2007. El error máximo permitido en la capacidad cumple con los valores especificados en la norma ISO 835:2007. La temperatura estándar de referencia es 20°C.

We hereby declare that the features, measurements and accuracy of the products listed below are in accordance with ISO 835:2007. The maximum permissible error in capacity complies with the values specified in ISO 835 :2007. The standard reference temperature is 20°C.

Nous certifions par la présente que les caractéristiques, les mesures et la précision des produits indiqués ci-dessous sont conformes à la norme ISO 835:2007. L'erreur maximale tolérée en matière de capacité est conforme aux valeurs spécifiées dans la norme ISO 835:2007.

**Balanza / Balance / Balance**  
KERNT ABT -4M: id. Num.: 34/07


**Termómetro / Thermomètre / Thermometer**  
Enclosed-Scale, (0-50)°C: id. Num.: 1/02

<b>Referencia</b>	<b>Volumen nominal</b>	<b>Error máx. permitido</b>
Code	Nominal volumen	Max. Permissible error
Reference	Volume nominal	Erreur max. autorisée
DGB007	50 mL	+/- 0.200mL

Beriain, 28<sup>th</sup> Avril 2022

**AUXILAB S.L.**  
Material de laboratorio  
Laboratory supplies



 **AUXILAB, S. L.**  
N.º F. ESB 31072218  
MATERIAL PARA LABORATORIO  
Políg. Morea Norte, Calle D N 6 · Tel. 34-948 310513  
31191 BERIÁIN-NAVARRA (ESPAÑA)

Berta Aguirrebalzategui  
Technician