

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :**027110CL**


La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

Référence	027110CL
Conditionnement	En rack à couvercle coiffant
Volume	1000 µl
Graduation	non
Longueur	72,9 mm
Couleur	bleue
Filtre	non
Low Retention	non
Stérilité	non
Autoclavable	Oui

**Unités :**

1000 pointes