

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : 030570ACL



Photo non-contractuelle



La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.



Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD).

| | |
|-------------------------|--|
| Référence | 030570ACL |
| Description | Pointes fine ClearLine 10 µl |
| Conditionnement | 10 x 96 pointes, sur rack à couvercle coiffant |
| Matériau | Pointes en polypropylène vierge naturel |
| Filtre | Non |
| Low Retention | Non |
| Stérilité | Oui |
| Compatibilité | Universelle |
| Autoclavabilité | Oui |
| Stockage | Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante. |
| Contrôle Qualité | Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR |
| Traçabilité | Un numéro de lot à 5 chiffres, la référence et la volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration. |

