

# EC - DECLARATION OF CONFORMITY

EG-Konformitätserklärung

KD-Nr.: -- A

Doku-Nr.: 20080015

The undersigned, representing the following manufacturer  
Die Unterzeichnenden vertreten das folgende Unternehmen

**Mettler-Toledo AG (MTANA)**  
**Sonnenbergstrasse 74**  
**CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland**



herewith declares that the product  
hiermit deklarieren wir, dass das Produkt

**Dual and single channel portable meter**  
**SG68 (SGx8-, SG2x and SGx - Series)**  
**For additional types, see page type code**

certified model: --  
Modell für Eichprüfung


is in conformity with the provisions of the following EC directives (incl. all applicable amendments)  
mit den folgenden EG-Richtlinien (Inkl. Änderungen) übereinstimmt


**2006/95/EC** Low voltage (LVD)  
**2004/108/EC** Electromagnetic compatibility (EMC)

and that the standards have been applied.  
und die Normen zur Anwendung gelangten.

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: **08**  
Die letzten zwei Zahlen des Jahres der Erst-CE Kennzeichnung des Produkts mit dem CE Zeichen.

CH-8603 Schwerzenbach  
27.10.2010

  
.....  
Chris Radloff  
General Manager

  
.....  
Rolf Truttmann  
Head SBU pH Lab

References of standards for this declaration of conformity, or parts thereof:  
Harmonized standards of Europe and Switzerland:

Safety standards:

**IEC/EN61010-1:2001**

EMC standards:

**EN61326-1:2006 (class B)**  
**EN61326-1:2006 (Basic requirements)**

Metrological standards:

--

IP standards:

--

Standards for Canada, USA and Australia:

**CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04**  
**UL Std. No. 61010-1 (2nd Edition)**

**FCC, Part 15, class A (Declaration)**  
**AS/NZS CISPR 11, AS/NZS 61000.4.3**