

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

EG-Konformitätserklärung

KD-Nr.:

Doku-Nr.: 20120023

The undersigned, representing the following manufacturer
Die Unterzeichnenden vertreten das folgende Unternehmen

Mettler-Toledo AG (MTANA)
Sonnenbergstrasse 74
CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland



herewith declares that the product
hiermit deklarieren wir, dass das Produkt

Electrochemical analytical meter
SevenExcellence

For optional equipment, see page accessories

certified model: --
Modell für Eichprüfung


is in conformity with the provisions of the following EC directives (incl. all applicable amendments)
mit den folgenden EG-Richtlinien (inkl. Änderungen) übereinstimmt


2006/95/EC Low voltage (LVD)
2004/108/EC Electromagnetic compatibility (EMC)

and that the standards have been applied.
und die Normen zur Anwendung gelangten.

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 01
Die letzten zwei Zahlen des Jahres der Erst-CE-Kennzeichnung des Produkts mit dem CE Zeichen.

CH-8603 Schwerzenbach
27.08.2012


.....
Chris Radloff
General Manager


.....
Rolf Truttmann
Head SBU pH Lab

References of standards for this declaration of conformity, or parts thereof:
Harmonized standards of Europe and Switzerland:

Safety standards:

IEC/EN61010-1:2010

EMC standards (* Emission; ** Immunity):

IEC61326-1:2005 / EN61326-1:2006 (class B *)
IEC61326-1:2005 / EN61326-1:2006 (Basic requirements **)

Metrological standards:

--

IP standards:

--

Standards for Canada, USA and Australia:

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12
UL Std. No. 61010-1 (3rd Edition)

FCC, Part 15, class A (Declaration) *
AS/NZS CISPR 11 *, AS/NZS 61000.4.3 **

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

EG-Konformitätserklärung

KD-Nr.:

Doku-Nr.: 20120023

Accessories

Zubehör und Optionen



pH/mV module
pH/Ion module
Conductivity module

Power supply:

For use with certified power supply, which must have a SELV and limited energy circuit output.