

Declaración de conformidad CE

El fabricante: The manufacturer:

J.P. SELECTA, s.a.

Ctra. NII Km 585.1
08760 ABRERA (BARCELONA)
ESPAÑA

Declara que el equipo: Declares that the laboratory equipment:

Agitador rotativo. Rotary shaker Code: **7001723**

Cumple las siguientes directivas europeas: Meet the following European Directives:

73/23/CEE Directiva de seguridad eléctrica.
Directive for electrical safety.
89/336/CEE Directiva de compatibilidad electromagnética.
Directive for electromagnetic compatibility.(EMC)

Cumple las siguientes Normas: Meet the following Standarts:

EN 61326:2002

Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC Requirements.

EN 61010-1:2002

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales.
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 1: General requirements.

EN 61010-2-81:2004

Requisitos particulares para equipos de laboratorio para mezcla, golpeteo y agitación.
Particular requirements for laboratory equipment for mechanical mixing and stirring.

Abrera, Enero 2007

Ramón Ramón
Dtor. Técnico.

David Pecanins
Rble. Calidad