# FICHE TECHNIQUE

## Désignation

- Pluristrainer 30µm stérile emballage unitaire



## Référence

- 149026B

## Unité de vente

25 Pluristrainers

## Description

- PluriStrainer Tamis cellulaire 30 µm de maille
- Stérile (irradiation gamma)
- Matériau du filtre : tissu à mailles, PET
- Taille des pores : 30 µm
- Type de maille : tissé
- Surface de filtration : 3,142 cm²
- Matériau du boîtier : PE
- Couleur : pourpre
- Convient à tube à centrifuger de 50 ml
- Volume de l'échantillon : 0.25 - 4 ml (20 ml avec entonnoir)
- Contrôle du débit : oui, en combinaison avec le connecteur pluriSelect
- Dissociation des tissus :oui, en combinaison avec le connecteur pluriSelect
- Centrifugation : 2.000 x g (max)
- Non autoclavable
- Désinfectable oui, avec 70% ethanol
- Stabilité chimique : Tampon RLT, TRIZOL, Isopropanol, solvants organiques
- Fabricant : PluriSelect
- Condition de stockage : température ambiante, à l'abri de la lumière
- Déclaration réglementaire : Uniquement pour la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.

