Conductivité étalon (KCl),84 æmhos/cm



Article: 250-160-720
UM: 500ml
Description: Étalon de conductivité *Accu***SPEC** retracabile à NIST. Fourni avec un certificat d'analyse avec la conductivité réelle, le numéro de lot, et la date d'expiration. Deux dates d'expiration:jusqu'à 21 mois non-ouvert et 12 mois ouvert. Les étalons de conductivité de 10mS et moins ont une durée de vie jusqu'à 12 mois non-ouverts et 3 mois ouverts.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS