

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade

Part Number

5020T-100

Teilnummer / Référence / Codice Prodotto /
Número de pieza / Número da peça

Description

Sampling Tube PTFE - 100m

Bezeichnung / Description / Descrizione /
Descripción / Descrição

Material

PTFE Polytetrafluoroethylene

Werkstoff / Matériau / Materiale / Material /
Material:

Polytetrafluoräthylen / Polytetrafluoroéthylène / Politetrafluoroetilene /
Politetrafluoroetileno / Politetrafluoretileno

Date

17 July 2019

Datum / Date / Data / Fecha / Data:

English

- We confirm that the tube is manufactured from PTFE which conforms to FDA 21 CFR 177.1550
- The nominal length of the tube is 100m, the Inner Diameter is 6mm and the Outer Diameter is 8mm
- The information detailed above has been given to us by our suppliers, it is passed on in good faith and is to the best of our knowledge correct.

Deutsch

- Wir bestätigen, dass die Artikel aus PTFE, das FDA 21 CFR 177.1550 entspricht, hergestellt sind.
- Die nominale Länge des Rohres ist 100 m, der Innendurchmesser 6 mm und der Außendurchmesser 8 mm.
- Die obenstehenden Informationen wurden uns von unseren Zulieferern mitgeteilt und werden in Treu und Glauben nach unserem jüngsten Wissensstand weitergeleitet.

Français

- Nous certifions que les articles sont fabriqués à partir de PTFE conforme à la norme FDA 21 CFR 177.1550.
- La longueur nominale du tube est 100 mm, le diamètre intérieur est 6 mm et le diamètre extérieur est 8 mm.
- Les informations mentionnées ci-dessus ont été données par nos fournisseurs, elles sont transmises en bonne foi et, au meilleur de notre connaissance, sont exactes..

Italiano

- Si conferma che la merce è prodotta in PTFE certificata da FDA 21 CFR 177.1550
- La lunghezza nominale del tubo è di 100m, il diametro interno è di 6mm e il diametro esterno di 8mm.
- Le informazioni sopra ci sono state fornite da i nostri fornitori, vengono trasmesse in buona fede e in base alle nostre conoscenze.

Español

- Confirmamos que las mercancías están fabricadas con PTFE que se ajusta a la FDA 21 CFR 177.1550
- La longitud nominal del tubo mide 100 metros, el diámetro inferior 6 mm y el diámetro exterior 8 mm.
- La información detallada más arriba nos ha sido facilitada por nuestros proveedores, la transmitimos de buena fe y la consideramos correcta a nuestro mejor saber y entender.

Português

- Confirmamos que os produtos são fabricados a partir de PTFE que está em conformidade com FDA 21 CFR 177.1550
- O comprimento nominal do tubo é de 100 m, o diâmetro interior é de 6 mm e o diâmetro exterior de 8 mm.
- A informação acima foi fornecida a nós pelos nossos fornecedores, a informação transmitida é boa fé e é o melhor do nosso correcto conhecimento.

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 2 of 2

For and on behalf of Sampling Systems Ltd.

*Für und im Namen von Sampling Systems Ltd.
Pour et au nom de Sampling Systems Ltd.
Da e per conto di Sampling Systems Ltd.
En nombre y por cuenta de Sampling Systems Ltd.
Por e em nome de Sampling Systems Ltd.*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kuldeep Flora'.

Kuldeep Flora
Quality Manager

This certificate is valid for 3 years from the date given above. Download the most recent certificate at: www.sampling.com/certificates
Diese Bescheinigung gilt für 3 Jahre ab dem obenstehenden Datum. Laden Sie die jüngste Bescheinigung herunter von: www.sampling.com/certificates
Ce certificat est valable 3 ans à compter de la date indiquée ci-dessus. Téléchargez le certificat le plus récent à l'adresse: www.sampling.com/certificates
Questo certificato è valido per 3 anni dalla data indicata sopra. Scarica il certificato più recente da: www.sampling.com/certificates
Este certificado es válido durante 3 años a partir de la fecha especificada más arriba. Descargue el certificado más reciente en: www.sampling.com/certificates
Este certificado é válido por 3 anos a partir da data indicada acima. Faça o download do certificado mais recente em: www.sampling.com/certificates
