
MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi / Instruction / Anweisung / Instructie / Instrucción / Instrução / Istruzioni

Réf 1514MI

-Hauteur : 235 mm / Réglage fin
-Colonne verticale : 175 mm M8x1.25 mm / Ø 12 mm
-Bras orientable : 160 mm / Ø 10 mm
-Fixations : Alésage Ø12/Ø10 mm et Ø10/double Ø8-Ø4 mm
-Force attraction : 60 kg / 600 N
-Aimant désactivable
-Rainure en V
-Poids 1,850 kg



FR – Base magnétique
1. Bouton d'activation de l'aimant
2. Bouton de réglage des tiges
3. Bouton de fixation pour comparateur

EN – Magnetic base
1. Button of magnet activation
2. Button of stem setting
3. Button of Indicator fastening

DE – Magnetfuß
1. Taste der Magnet-Aktivierung
2. Taste Stängel festlegen
3. Taste Indikator Befestigung

NL – Magnetische base
1. Knop van de magneet activering
2. Knop van stengels instellen
3. Knop van Indicator bevestigingsschroeven

ES – Base magnética
1. Botón de activación del imán
2. Botón de ajuste de los tallos
3. Botón de fijación del indicador

PT – Base magnética
1. Botão de ativação do imã
2. Botão de configuração de hastes
3. Botão de fixação do indicador

IT – Base magnetica
1. Pulsante di attivazione magnete
2. Pulsante di impostazione di steli
3. Pulsante di fissaggio indicatore

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE