FICHE TECHNIQUE

Désignation

- CONTROLE DE L'O2 1-21%

Référence

- 262241

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Description : Contrôle de l’O2 allant de 1 à 21 %
- À utiliser avec (équipement) : Incubateurs Heracell™ VIOS 160i et Forma™ Steri-Cycle™ i160
- Éclairage : LED
- Contrôle de l’oxygène : 1 à 21 %
- Type : Accessoire, contrôle de l’O2



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com