COUPES DE VISCOSITÉ AFNOR

VF2195, VF2196, VF2197, VF2198

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les coupes de viscosité AFNOR sont une gamme de coupes de viscosité en aluminium anodisé en titane. Type de laboratoire, à utiliser avec support, pour mesurer la viscosité des laques, peintures et autres liquides.

APPLICATION

Laboratoires de revêtement, production de peinture

CARACTÉRISTIQUES

- Un puits relativement profond entourant le haut de la coupe sert à attraper tout débordement.
- La conception de la coupe et de l'orifice élimine les renfoncements difficiles à nettoyer.
- Les dimensions extérieures ont été choisies pour soutenir les supports.
- Les coupes de viscosité sont fabriquées selon des procédures de contrôle de qualité continues.
- Chaque coupe est munie d'un numéro de série unique gravé.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Coupe de viscosité AFNOR
- Étui de rangement en plastique dur

ARTICLES

VF2195	Coupe de viscosité AFNOR 2,5 mm
VF2196	Coupe de viscosité AFNOR 4 mm
VF2197	Coupe de viscosité AFNOR 6 mm
VF2198	Coupe de viscosité AFNOR 8 mm

ACCESSOIRES

VF2053	Disque de conversion
VF2062	Support de coupe type S 10
VF2063	Plaque en verre GP20
VF2061	Support de coupe trois pieds avec niveau à bulle, type S40B, acier inoxydable
DI0076	Chronomètre digital, type C510, écran LCD digital, 9h. 59 min. 59,99 sec.
VF2068	Support de coupe double enveloppe TM 2, pour les coupes ISO et AFNOR

SPÉCIFICATIONS

Matériau :	Aluminium anodisé titane
Poids :	271 gr
Largeur maxi :	85 mm
Hauteur :	75 mm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

6 IMM B RESIDENCE IBN BATOUA - PLACE PRINCE SIDI MOHAMMED - BELVEDERE - MA-20300 CASABLANCA -
TEL +212 52 22 41 714 - FAX +212 52 22 42 751 - YOUNESBAOU@MENARA.MA - WWW.LABOMAT.EU

37 BD ANATOLE FRANCE 93287 SAINT DENIS CEDEX - TEL : 01 48 09 66 11 - FAX : 01 48 09 98 65 - INFO@LABOMAT.COM - WWW.LABOMAT.EU

SOINS PARTICULIERS

- Cet équipement est un instrument de précision. Ne jamais le laisser tomber et ne tapez pas dessus.
- Nettoyez l'instrument après chaque usage.
- Nettoyez l'instrument avec un tissu doux et sec. Ne nettoyez jamais l'instrument par des moyens mécaniques tels qu'une brosse métallique ou du papier abrasif. Cela peut causer, comme l'utilisation d'agents de nettoyage agressifs, des dommages permanents.
- N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer l'instrument.
- Conservez toujours l'appareil dans la malette lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nous recommandons un étalonnage annuel.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Le droit de modifications techniques est réservé.

Les informations fournies dans cette fiche ne sont pas exhaustives et toute personne utilisant le produit à d'autres fins que celles recommandées dans la présente fiche doit obtenir une autorisation écrite préalable du fabricant compte-tenu des risques potentiels. Les informations contenues dans cette fiche sont correctes mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du produit ou les facteurs affectant l'utilisation du produit. Par conséquent, sauf accord écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité relative à l'utilisation de ce produit dans tout autre cadre que celui défini ou toute perte ou dommage résultant de son utilisation autre que celle résultant d'un défaut de fabrication. Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d'être modifiées selon l'expérience et la politique de développement continu des produits du fabricant.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS