

Déclaration de conformité

Fabricant : Thermo Fisher Scientific Inc

Adresse : Ayer Rajah Crescent

Blk 55 #04-16/24

Singapore 139949

Singapour

Déclare par la présente que les produits suivants :

Les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific Orion Star série A210 ont une puissance nominale de 100 à 240 V ca, 50 / 60 Hz, 0,5 A

Modèles d'instruments de mesure portables :

pH-mètre Orion Star A211

Conductimètre Orion Star A212

Instrument de mesure d'OD / RDO Orion Star A213

Instrument de mesure de pH / ISE Orion Star A214

pH-mètre / conductimètre Orion Star A215

Instrument de mesure d'OD / RDO / pH Orion Star A216

Classe d'équipement :

Mesurage, régulation et laboratoire

Les instruments de mesure Orion Star série A appartiennent à la classe A de la CEM

Sont conformes aux directives et aux normes suivantes :

EN61326-1:2013

Compatibilité électromagnétique (directive CEM)

Appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire – Normes de compatibilité électromagnétique

EN61010-1:2010

Normes de sécurité

UL61010-1:2012

règles de sécurité pour les équipements électriques de mesurage,

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012

de régulation et de laboratoire – exigences générales.



Cheow Kwang Chan

Responsable QA / réglementaire

Lieu et date d'émission :

16 février 2015

Singapour