

Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi+ et Multidrop Combi SMART+

Manuel utilisateur

Rev. A, Cat. no. 100110374



Copyright

Copyright © 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. La reproduction, en tout ou partie, de la documentation utilisateur jointe est interdite.

Marques commerciales

"FILLit", "Multidrop" et "Nunc" sont des marques commerciales déposées de Thermo Fisher Scientific Inc. et de ses filiales.

"Decon" est une marque commerciale déposée de Decon Laboratories Limited.

"Excel" et "Microsoft" sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

"Fluka" et "Tween" sont des marques commerciales de Sigma-Aldrich GmbH, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

"Virkon" est une marque commerciale déposée d'E.I. du Pont de Nemours and Company ou de ses affiliés.

Toutes les autres marques commerciales, déposées ou non, sont la seule propriété de leurs détenteurs respectifs.

Exonération

Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de modifier ses produits et services à tout moment pour intégrer des développements technologiques. Ce manuel est sujet à modification sans préavis dans le cadre du développement continu des produits. Bien que la préparation de ce manuel ait bénéficié de toutes les précautions afin d'assurer son exactitude, Thermo Fisher Scientific décline toute responsabilité envers les erreurs ou omissions et à l'égard de tout dommage émanant de l'application ou de l'usage de ces informations. Ce manuel s'impose à toutes les éditions précédentes.

Remarques sur les captures d'écran

Le numéro de version affiché dans les captures d'écran peut ne pas être systématiquement celui de la version actuellement publiée. Les captures d'écran sont remplacées uniquement si le contenu associé à l'application a changé.

Non-responsabilité en cas de dommages indirects

Thermo Fisher Scientific décline toute responsabilité en cas de dommages indirects ou conséquents, de quelque nature que ce soit, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation de ce produit.

Panne de courant

Le système nécessite une alimentation électrique ininterrompue pour fonctionner correctement. Thermo Fisher Scientific décline toute responsabilité en cas de défaillance du système du fait des coupures de courant.

Fabricant

Life Technologies Holdings Pte. Ltd.
(a part of Thermo Fisher Scientific Inc.)
33, Marsiling Industrial Estate Road 3, #7-06,
Singapore 739256

À propos de ce Manuel utilisateur

À propos de ce guide

Ce Manuel utilisateur concerne les instruments suivants :

- Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi+ (N° cat. 5840330)
- Thermo Scientific Multidrop Combi SMART+ (N° cat. 5840340)

Utilisateurs prévus

Ce Manuel utilisateur a été rédigé pour l'utilisateur final (par exemple un technicien de laboratoire) et offre des informations sur les instruments Multidrop Combi+ et Multidrop Combi SMART+, notamment les instructions d'installation et d'utilisation.

Mode d'emploi de ce Manuel utilisateur

Ce Manuel utilisateur est pensé pour vous offrir des informations afin de :

- Passer en revue les précautions de sécurité
- Installer l'instrument et ses accessoires
- Parcourir l'interface utilisateur
- Utiliser l'instrument
- Programmer les protocoles de distribution
- Effectuer les procédures basiques de nettoyage et de maintenance
- Dépanner l'instrument

Ce Manuel utilisateur décrit aussi toutes les fonctionnalités et spécifications de l'instrument mais aussi les informations de commande.

Lisez intégralement le manuel avant de commencer à utiliser l'instrument.

Conservez le Manuel utilisateur pour référence ultérieure. Le Manuel utilisateur constitue une partie importante de l'instrument et est à conserver à proximité de l'instrument.

Documentation connexe

- Pour les questions relatives au logiciel PC, voir le *Thermo Scientific FILLit Software for Multidrop Combi User Manual* (N° cat. N017561).
- *Guide de référence rapide Thermo Scientific Multidrop Combi+ et Multidrop Combi SMART+* (N° cat 100110380).

Contact

Pour en savoir plus sur les produits et services, visitez notre site web à :

<http://www.thermoscientific.com>

<http://www.thermoscientific.com/multidrop>

Afin de vous offrir la documentation la plus utile et adaptée, nous apprécions tous vos commentaires relatifs à ce Manuel utilisateur que vous pouvez communiquer à votre représentant Thermo Fisher Scientific local.

Déclaration de garantie

Pour la déclaration de garantie et l'enregistrement de la garantie, veuillez visiter :








www.thermofisher.com/alhwarranty

Symboles de sécurité et marquages

Ces symboles sont censés attirer votre attention sur des informations particulièrement importantes et vous alerter sur la présence de dangers comme indiqué.

Symboles de sécurité et marquages utilisés sur l'instrument

Les symboles de sécurité et marquages suivants sont indiqués sur la plaque d'identification et l'instrument lui-même.

	Mettre sous tension
	Mettre hors tension
	Numéro de série
	Numéro de catalogue
	Date de fabrication
	Fabricant
	Consultez les instructions d'usage

Notes de sécurité et spéciales

Les symboles de sécurité et marquages sont indiqués dans ce Manuel utilisateur. Assurez-vous de respecter les mises en garde présentées dans ce Manuel ou sur l'instrument. Les notes de sécurité et autres notes spéciales sont présentées dans des boîtes.



Avertissement Risque de décharge électrique.



Avertissement Risque biologique.



Avertissement Risque de blessures des utilisateurs.



Précaution Souligne les risques pour les utilisateurs, les biens ou l'environnement. Chaque note de **Précaution** s'accompagne d'un symbole de **Précaution**.



Note Souligne des informations d'intérêt général.

Avis de danger

Cet instrument est conçu pour assurer une protection utilisateur intégrale. S'il est correctement installé, utilisé et entretenu, l'instrument ne présente aucun danger pour l'utilisateur.

Les recommandations suivantes sont données afin d'assurer un surcroît de sécurité pour l'utilisateur.

Électrique

Assurez-vous que le câble d'alimentation secteur fourni avec l'unité est systématiquement utilisé.

La fiche secteur devrait être insérée uniquement dans une prise électrique disposant d'un contact de terre de protection.



Avertissement Cet instrument ne renferme aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur. L'utilisateur ne doit pas retirer le cache de l'instrument.

L'utilisation de cet instrument doit respecter les mêmes précautions que celles applicables à l'usage d'un équipement électrique quelconque. Ne touchez pas les interrupteurs et les prises électriques avec les mains mouillées. Mettez l'instrument hors tension avant de le déconnecter de l'alimentation secteur.

Mécanique

La cassette de distribution est un dispositif mécanique à mouvement libre, commandée par l'instrument et non pas directement par l'opérateur. Elle est conçue pour un fonctionnement "sans contact" et devrait être utilisée ainsi. Ne vous immiscez jamais dans l'espace de travail alors que l'instrument exécute une opération.



S'il s'avère nécessaire d'interrompre le fonctionnement de l'équipement, appuyez sur le bouton **STOP** sur le panneau de commande.

Environnement

Les échantillons infectieux et les fluides corrosifs sont communément utilisés avec cet équipement. Grâce à la nature "sans contact" du système, l'utilisateur peut assurer la distribution dans les puits de réaction sans entrer en contact direct avec ces fluides. Cependant, les puits ayant été en contact avec des fluides potentiellement dangereux doivent être manipulés avec la prudence la plus extrême. Portez systématiquement des protections pour les mains et les yeux mais aussi des blouses de laboratoire résistantes aux produits corrosifs.



Avertissement Respectez les procédures de laboratoire normales pour la manipulation des échantillons potentiellement dangereux.

Défauts et contraintes anormales

Dès lors qu'il est probable que la protection contre les dangers impactant la sécurité a été affectée, mettez l'instrument hors service et verrouillez-le contre tout fonctionnement inopiné.

La protection devrait être probablement affectée si, par exemple, l'instrument :

- Affiche des dommages visibles.
- N'assure pas les fonctions prévues.
- A été soumis à un stockage prolongé sous des conditions défavorables.
- A été soumis à des contraintes de transport graves.

Sécurité de l'instrument et consignes d'usage

- Respectez systématiquement les précautions de sécurité basiques pour utiliser l'instrument afin de minimiser le risque de blessure, de contamination biologique, d'incendie ou de décharge électrique.
- Lisez intégralement ce Manuel utilisateur avant de commencer à utiliser l'instrument. Si vous n'avez pas lu, compris et respecté les instructions du manuel, vous risquez d'endommager l'instrument et le laboratoire, de blesser le personnel d'exploitation ou d'obtenir des performances insatisfaisantes de l'instrument.
- Respectez toutes les indications **Avertissement**, **Précaution**, et **Note** mais aussi les symboles de sécurité et marquages sur l'instrument et dans la documentation.
- Respectez les précautions adaptées pour la sécurité en laboratoire : portez des vêtements de protection et appliquez les procédures approuvées de sécurité en laboratoire.
- L'usage de l'instrument d'une autre manière que celles décrites dans la documentation fournie avec l'instrument peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. Évitez tout usage non-prévu de l'instrument, par exemple l'emploi de matériaux incompatibles, l'exécution de modifications sans autorisation, l'usage de pièces endommagées ou incompatibles, l'emploi d'accessoires ou d'équipements auxiliaires non-agrétés ou l'utilisation de l'équipement au-delà de ses valeurs nominales maximum.
- Les instructions de maintenance préventive devraient être respectées scrupuleusement pour préserver l'instrument dans le meilleur état afin de maximiser sa fiabilité. Un instrument mal entretenu n'offre pas les meilleurs résultats.
- Ne touchez pas les parties mobiles si l'instrument est en marche.
- Ne mettez pas vos doigts sous le cache de rotor si l'instrument est en marche.
- L'instrument fonctionne en toute sécurité avec les caches en place et ceux-ci ne doivent pas être retirés pendant le fonctionnement. Les caches protègent l'utilisateur des pièces sous tension et devraient être retirés uniquement après la mise hors tension de l'instrument et la déconnexion du câble d'alimentation secteur, seulement par un personnel de maintenance et de réparation qualifié.



Avertissement L'instrument emploie des tensions dangereuses pour l'être humain. Avant de retirer un quelconque cache, déconnectez l'instrument de l'alimentation électrique.

Table des matières

	À propos de ce guide	3
	Utilisateurs prévus	3
	Mode d'emploi de ce Manuel utilisateur	3
	Documentation connexe	4
	Contact.....	4
	Déclaration de garantie	4
	Symboles de sécurité et marquages	5
	Symboles de sécurité et marquages utilisés sur l'instrument	5
	Notes de sécurité et spéciales.....	6
	Avis de danger	6
	Électrique	6
	Mécanique.....	7
	Environnement	7
	Défauts et contraintes anormales.....	7
	Sécurité de l'instrument et consignes d'usage	8
Chapitre 1	Présentation de l'instrument	12
	Usage prévu.....	12
	Principe de fonctionnement.....	12
	Avantages de l'utilisation de l'instrument.....	14
Chapitre 2	Description fonctionnelle.....	15
	Agencement de l'instrument.....	15
	Vue avant	15
	Vue arrière.....	16
Chapitre 3	Installation.....	17
	Vérification à la livraison	17
	Vérification de la livraison.....	17
	Déballage	17
	Exigences	18
	Précautions et limitations	18
	Configurations d'installation	19
	Libération du verrou de transport	19
	Serrage du verrou de transport	21
	Vérification opérationnelle de l'instrument.....	21
	Récipient d'amorçage.....	21
	Levier de verrouillage de plaque	23
Chapitre 4	Fonctionnement de routine.....	24
	Récipient d'amorçage	24
	Cassettes de distribution.....	24

Installation de la cassette.....	26
Panneau de commande.....	31
Clavier.....	31
Touches	31
Affichage	32
Navigation	33
Distribution.....	36
Sélections de touches pour débiter la distribution.....	37
Paramètres de distribution	38
Type de plaque	39
Volume et cassette de distribution	40
Sélection de colonne.....	42
Explications de la sélection des colonnes	42
Sélectionner des colonnes	43
Réglages de protocole.....	47
Vitesse de distribution	48
Décalage de la distribution.....	49
Hauteur de distribution	50
Volume de pré-distribution	51
Sens de distribution.....	52
Plaque à 6 – 48 puits	54
Opérations de protocole	55
Enregistrer un protocole.....	55
Ouvrir un protocole.....	58
Supprimer un protocole.....	59
Démarrage d'un protocole	60
Options de l'instrument	62
Interface d'ordinateur	62
Démarrage de protocole	63
Avertisseur	63
Étalonnage de cassette.....	64
Usage du logiciel externe	67
Arrêt.....	67
Situations d'urgence	68
Chapitre 5....	
Maintenance.....	69
Liste des contrôles de maintenance	69
Maintenance d'instrument.....	70
Maintenance préventive et régulière	70
Procédure de décontamination de l'instrument	71
Emballage de l'instrument pour l'entretien	72
Contrats d'entretien.....	73
Maintenance de cassette de distribution.....	73
Lavage de la cassette de distribution	73
Nettoyage des aiguilles	74
Nettoyage des aiguilles métalliques	75
Autoclavage de la cassette de distribution	76
Changement de kit de tubulure	76
Changement de bande d'aiguilles	76

	Ajustement du nouveau kit de tubulure pas à pas	77
Chapitre 6	Étalonnage de la cassette de distribution	85
	Vérification et nouvel étalonnage de la cassette de distribution.....	85
	Vérification d'exactitude (gravimétrique).....	85
	Matériel et équipement nécessaires pour la vérification d'exactitude.....	85
	Procédure de vérification d'exactitude	86
	Fiche de vérification d'exactitude.....	88
	Vérification de précision (photométrique)	89
	Matériel et équipement nécessaires pour la vérification de précision	89
	Procédure de vérification de précision.....	90
	Étalonnage	92
	Matériel et équipement nécessaires pour l'étalonnage ..	92
	Procédure d'étalonnage.....	92
Chapitre 7	Mise au rebut.....	97
	Mise au rebut des matériaux.....	97
	Mise au rebut de la cassette de distribution	97
	Mise au rebut de l'instrument	97
Chapitre 8	Spécifications techniques	99
	Spécifications générales	99
	Télécommande de l'instrument	101
Chapitre 9	Guide de dépannage	102
	Codes d'erreur et d'avertissement	102
Chapitre 10..	Informations de commande	105
	Instrument.....	105
	Cassettes de distribution.....	105
	Liste des accessoires.....	106
	Liste de plaques de bande pour étalonnage	106
Chapitre 11..	Questions fréquentes	107
	Q&R.....	107
Annexe A.....	Instructions de distribution de plaque à 6–48 puits	110
	Distribution dans une plaque à 6, 12, 24 ou 48 puits	110
	Réglages de plaque à 6 puits.....	112
	Réglages de plaque à 12 puits.....	113
	Réglages de plaque à 24 puits.....	114
	Réglages de plaque à 48 puits.....	115
Annexe B.....	Certificat de décontamination	116

Chapitre 1

Présentation de l'instrument

Les modèles d'instruments suivants sont disponibles :

- 5840330 Multidrop Combi+, 100–240 V 50/60 Hz
- 5840340 Multidrop Combi SMART+, 100-240 V 50/60 Hz

Chaque instrument s'accompagne d'une cassette à tube standard d'échantillon.

L'instrument peut être utilisé avec les types suivants de cassette de distribution :

- Cassette de distribution à tube standard couvrant des volumes de 5 µl à 2500 µl par incréments de 5 µl
- Cassette de distribution à petit tube couvrant des volumes de 0,5 µl à 50 µl par incréments de 0,5 µl

Voir "Informations de commande" en page 105.

Usage prévu Les distributeurs à microplaque Multidrop Combi+ et Multidrop Combi SMART+ sont destinés à un usage général en laboratoire par un personnel formé. Les instruments sont conçus pour la distribution automatisée de jusqu'à huit réactifs différents simultanément dans une diversité de microplaques et de bandes pour des formats de plaque à 6, 12, 24, 48, 96, 384 ou 1536 puits.

Principe de fonctionnement L'instrument est un distributeur de réactif en vrac à microplaque huit canaux, programmable et automatique pour la distribution de microvolume. Il dispose d'une pompe péristaltique pour la distribution rapide et continue de liquides dans diverses microplaques. Il peut distribuer de 1 à 8 réactifs différents de réservoirs de liquide externes dans différentes lignes et servir dans plusieurs applications, par exemple la découverte de substances /criblage haut débit, les essais cellulaires, génomiques et protéomiques et ELISA.

Avec une plage de volumes de 0,5 à 2500 µl pour des plaques à 6, 12, 24, 48, 96, 384 et 1536 puits pour des hauteurs de plaque allant de 5 à 50 mm, l'instrument offre une flexibilité exceptionnelle pour une ample palette d'applications. Il est aussi possible d'utiliser des tubes dans une étagère à 96 canaux. L'instrument est léger, transportable et compact sur un banc de laboratoire. Il peut distribuer 1 µl dans l'ensemble de la microplaque à 384 puits en 6 secondes ou 1 µl dans

l'ensemble de la microplaque à 1536 puits en 15 secondes. Fonctionnalité additionnelle, chaque colonne peut être programmée pour des volumes individuels. Notez que l'ensemble de la microplaque ne doit pas nécessairement être remplie. Voir "Sélection de colonne" en page 42.

L'instrument utilise des cassettes de distribution amovibles et autoclavables. La cassette de distribution contient huit tubes individuels. Chaque réactif peut avoir une cassette de distribution distincte pour éviter de mélanger les réactifs entre eux. Il est aussi possible d'utiliser une même cassette de distribution avec plusieurs réactifs si elle est nettoyée entre les usages. Voir "Cassettes de distribution" en page 24. Les huit lignes de réactif peuvent être rétro-rincées vidangées dans la bouteille de réactif afin de minimiser les pertes de réactifs coûteux.

Outre les fonctionnalités du Multidrop Combi+, le Multidrop Combi SMART+ intègre un système de suivi qui compte le cycle de vie exact de la cassette de distribution SMART+.



Figure 1–1. Distributeurs à microplaque Multidrop Combi+

Avec la sélection de la plaque à 96 puits, les colonnes à 8 puits sont remplies en débutant par la colonne 1 selon les colonnes sélectionnées. Ensuite, le support de plaques revient en position initiale et le mécanisme de levage de pompe en position haute. La distribution en fonction de la ligne et de la colonne ne présente aucune différence pour la distribution de plaque à 96 puits.

Avec la sélection de la plaque à 384 puits, les colonnes à 16 puits sont remplies en deux phases : d'abord une ligne sur deux (A, C, E, G, ... O) en débutant par la ou les premières colonnes sélectionnées puis le support de plaques se décale latéralement de sorte que les lignes restantes (B, D, F, H, ... P) soient remplies dans l'ordre inverse. Si la distribution par colonne est utilisée, elle décale d'abord le support de plaques

latéralement pour remplir 16 puits et le support de plaques déplace alors la distribution sur la colonne suivante.

Avec la sélection de la plaque à 1536 puits, les colonnes avec 32 puits sont remplies en quatre phases : d'abord une ligne sur quatre (A, E, I, M ... AC) puis le support de plaques se décale latéralement au-dessus des lignes (B, F, J, N ... AD) qui sont alors remplies dans l'ordre inverse. Les lignes restantes (D, H, L, P ... AF) sont remplies au cours des trois décalages. Si la distribution par colonne est utilisée, elle décale d'abord le support de plaques latéralement pour remplir 32 puits et le support de plaques déplace alors la tête de distribution sur la colonne suivante.

En mode de plaque à 384 et 1536 puits, la distribution par ligne et par colonne peut être utilisée avec efficacité. Voir Sens de distribution en page 52.

L'instrument peut être utilisé de manière autonome ou commandé avec un PC via un port série RS-232 ou USB dans le cadre d'un système robotique.

Avantages de l'utilisation de l'instrument

L'instrument offre plusieurs avantages, surtout relatifs à son principe de fonctionnement :

- Plage de volume flexible de 0,5–2500 µl
- Hauteur de plaque flexible de 5–50 mm
- Couverture haute précision de toute la plage de volume
- Interface utilisateur visuelle conviviale
- Distribution de volumes spécifiques par colonne
- Fonctionnalité de vidange des tubulures vers le contenant initial
- Distribution de microvolumes haute vitesse
- Compatibilité robotique et télécommandes polyvalentes
- Récipient d'amorçage et cassette de distribution autoclavables et amovibles
- Suivi de cycle de vie de cassette de distribution SMART+ avec le Multidrop Combi SMART+

Chapitre 2

Description fonctionnelle

Agencement de l'instrument

Cette section offre des vues de l'avant et de l'arrière de l'instrument.

Vue avant

La vue avant de l'instrument est présentée en Figure 2–2.




Figure 2–2. Vue avant d'instrument

Le zoom sur le clavier et l'affichage des Multidrop Combi+ et Multidrop Combi SMART+ est illustré en Figure 2–3.



Figure 2–3. Zoom sur le clavier et l'affichage des Multidrop Combi+ et Multidrop Combi SMART+

Vue arrière La vue arrière de l'instrument est présentée en Figure 2–4.



Figure 2–4. Vue arrière de l'instrument

Chapitre 3

Installation

Vérification à la livraison

Cette section couvre les procédures pertinentes à effectuer à la réception de l'instrument.

Vérification de la livraison

Vérifiez la liste de conditionnement jointe par rapport à la commande. En cas de différence, contactez votre représentant Thermo Fisher Scientific local.

Inspectez visuellement l'emballage de transport, l'instrument et les accessoires afin de détecter tout dégât possible lié au transport.

Si le carton a été endommagé durant le transit, il s'avère particulièrement important de le conserver à des fins d'inspection par le transporteur au cas où l'instrument est aussi endommagé.

Le fabricant et ses agents déclinent toute responsabilité pour tout dommage subi durant le transit. Cependant, le fabricant met tout en œuvre pour faciliter une indemnisation de la part du transporteur. À la réception du rapport d'inspection du transporteur, une réparation ou un remplacement sera organisé.

Si une pièce quelconque est endommagée, contactez votre représentant Thermo Fisher Scientific local.

Déballage

Amenez l'instrument emballé sur son site d'utilisation. Déballez l'instrument et les accessoires prudemment, les flèches sur l'emballage de transport pointées vers le haut. Les notes et instructions suivantes sont expédiées avec l'instrument et immédiatement disponibles à l'ouverture de l'emballage :

- Instructions d'emballage /Liste de conditionnement
- Rapport d'écart de transport
- 100110380 Guide de référence rapide
- Note de 100110381 Logiciel FillIt et Manuel utilisateur

Conservez l'emballage et le matériau d'emballage d'origine pour tout transport ultérieur. L'emballage est pensé pour assurer un transport en toute sécurité et minimiser les dommages durant le transit. L'usage de matériaux d'emballage différents risque d'invalider la garantie. De même, conservez toute la documentation connexe à l'instrument fournie par le fabricant pour usage ultérieur.

Exigences

Pour la mise en place de l'instrument, évitez les sites d'utilisation présentant un excès de poussière, de vibrations, de champs magnétiques puissants, de lumière solaire directe, de courants d'air et de fluctuations excessives de l'humidité et de la température.

- Assurez-vous que la zone de travail est plane, sèche, propre et protégée des vibrations et prévoyez un espace additionnel pour les accessoires, câbles, bouteilles de réactif et autres.
- Assurez-vous que l'air ambiant est propre et dépourvu de vapeurs corrosives, de fumées et de poussière.
- Assurez une plage de température ambiante entre +10°C (50°F) et +40°C (104°F).
- Assurez une humidité relative entre 10% et 80% (sans condensation).

Laissez un dégagement suffisant (au moins 10 cm, 3,9 in.) des deux côtés et à l'arrière de l'unité pour assurer une circulation d'air adéquate.

L'instrument ne produit aucun bruit en fonctionnement à un niveau qui pourrait être nuisible. Aucune mesure du niveau acoustique n'est obligatoire après l'installation.

Placez l'instrument sur un banc de laboratoire normal. L'ensemble de l'équipement affiche un poids net d'environ 9,1 kg (20,1 lbs.) avec une cassette de distribution de 128 g (0,3 lb.).

L'instrument fonctionne à une tension de 100–240 Vca pour une plage de fréquence de 50/60 Hz.

Précautions et limitations

- Assurez-vous systématiquement que la tension d'alimentation locale dans le laboratoire respecte celle spécifiée sur l'étiquette signalétique à l'arrière de l'instrument (Figure 2–4).
- Ne fumez, mangez et buvez pas en utilisant l'instrument.
- Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé des fluides.
- Respectez les procédures de laboratoire normales pour la manipulation des échantillons potentiellement dangereux.
- Portez des vêtements de protection appropriés comme des gants jetables, des blouses de laboratoire et autres conformément aux bonnes pratiques en laboratoire.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée.
- Ne déversez jamais de fluides dans ou sur l'équipement.
- Ne touchez pas les parties mobiles si l'instrument est en marche.

- Ne mettez pas vos doigts sous le cache de rotor si l'instrument est en marche.
- Assurez-vous que vous utilisez la bonne plaque selon votre protocole.

Configurations d'installation

Cette section décrit les configurations d'installation à effectuer avant d'utiliser ou de déménager l'instrument.



Avertissement Assurez-vous que l'interrupteur secteur (Figure 2–4) à gauche sur le panneau arrière est sur la position OFF. Assurez-vous aussi que le câble d'alimentation secteur est déconnecté.

Libération du verrou de transport

L'instrument comporte un verrou de transport (Figure 3–5).

Assurez-vous que le verrou de transport rouge est libéré avant d'utiliser l'instrument.



Figure 3–5. Verrou de transport et étiquette de verrou de transport présents

1. Desserrez les deux vis marquées 1 et 2 du verrou de transport avec le tournevis hex fourni (Figure 3–6) de sorte à desserrer le mécanisme de rail.




Figure 3–6. Verrou de transport serré

2. Retirez les vis, la pièce de verrou de transport et l'étiquette de verrou de transport de la vis marquée 1 (Figure 3–6). Conservez l'étiquette pour un déménagement ou un transport ultérieur de l'instrument. Le verrou de transport est maintenant libéré.
3. Ensuite, serrez la pièce de verrou de transport rouge sur le panneau arrière du distributeur avec les mêmes vis que pour le stockage (Figure 3–7). Conservez le verrou de transport là pour un déménagement ou un transport ultérieur de l'instrument.



Figure 3–7. Verrou de transport rangé

Serrage du verrou de transport

1. Retirez le verrou de transport du panneau arrière de l'instrument (Figure 3–7).
2. Serrez d'abord la pièce de verrou de transport avec la vis 1 sur le corps de la pompe. Ajustez ensuite la hauteur du mécanisme de pompe et la position du support de plaques pour serrer la vis 2 (Figure 3–6).

Vérification opérationnelle de l'instrument

Réceptacle d'amorçage



Exécutez la procédure suivante sans la cassette de distribution afin de confirmer le fonctionnement correct de l'instrument avant son usage normal.

Note L'instrument émet un son et le support de plaques ainsi que le mécanisme de levage de pompe se déplacent lorsque vous mettez sous tension l'instrument.

1. Connectez le câble d'alimentation secteur et mettez sous tension l'instrument avec l'interrupteur secteur (Figure 2–4).
 - Si l'instrument démarre correctement :
 - L'affichage s'allume.
 - Le support de plaques se déplace sur la position initiale et le mécanisme de levage de pompe sur la position haute.
2. Installez la tubulure de déchet sur le réceptacle d'amorçage puis le réceptacle d'amorçage en le pressant sur un verrou d'accrochage (Figure 3–8).

Installation

Vérification opérationnelle de l'instrument



Figure 3–8. Insertion du récipient d'amorçage

3. Tirez le cache de rotor sur le rotor (Figure 3–9).



Figure 3–9. Traction du cache de rotor sur le rotor

Prime

4. Appuyez sur **PRIME**.

- Le mécanisme de levage s'abaisse et la pompe tourne tant que vous appuyez sur **PRIME**.

Start

5. Appuyez sur **START**.

- Le protocole de distribution sélectionné avec l'interface utilisateur démarre.

Si le protocole ou la pré-distribution ne démarre pas, procédez selon les instructions de l'affichage ou référez-vous à Guide de dépannage en page 102.

Levier de verrouillage de plaque

Assurez-vous que le levier de verrouillage de plaque fonctionne correctement.



Figure 3–10. Vérification du levier de verrouillage de plaque
Pour vérifier le fonctionnement :

1. Mettez l'instrument hors tension.
2. Placez, par exemple, une plaque à 96 puits sur le support de plaques.
3. Déplacez le support de plaques d'au moins 5 cm à gauche et assurez-vous que le levier de verrouillage de plaque bouge librement et verrouille la plaque en toute sécurité.

Chapitre 4

Fonctionnement de routine

Récepteur d'amorçage

Assurez-vous que le récepteur d'amorçage est correctement inséré dans son logement sur la gauche du support de plaques. Le serrage est correct lorsque vous le poussez par-dessus un verrou d'accrochage. Assurez-vous de disposer d'un assemblage de tube avec une bouteille de déchet ou un capuchon inséré dans la purge du récepteur d'amorçage (Figure 4–11) ou un récepteur sous la purge.



Figure 4–11. Récepteur d'amorçage inséré en place

Cassettes de distribution

L'instrument peut être utilisé avec des cassettes de distribution présentant des tailles de tubulure différentes.

Les différentes cassettes de distribution de l'instrument sont présentées à la suite. Voir Tableau 4–1, Figure 4–12 et Tableau 10–17.



Précaution Avec les cassettes à petit tube, assurez-vous que le liquide ou le réactif ne contient aucune particule > 50 µm et que le conteneur de liquide est couvert. Évitez la poussière et les particules > 50 µm lorsque vous travaillez avec une cassette de distribution.



Note Ne touchez pas les aiguilles de la cassette de distribution ou l'entrée de la tubulure pour assurer une distribution sans encombre.



Note Thermo Fisher Scientific décline toute responsabilité en cas d'usage de cassettes de distribution de tiers.



Note Ne touchez pas les pièces en mouvement si l'instrument est en marche.

Tableau 4–1. Principaux types de cassette de distribution

Image	Code	Élément	Plage de distribution	Prétraitement de réactif	Matériau de tubulure et Ø	Matériau d'aiguille et intérieur Ø	Auto-clavabilité
	24073290 * ** N22700	Cassette de distribution à aiguille plastique de petit tube, bleu Cassette de distribution SMART+	0,5–50 µl	de préférence filtré, particules < 50 µm	silicone 0,4 mm	PP 0,22 mm	10 fois
	24073295 * ** N22702	Cassette de distribution à aiguille métallique de petit tube, gris Cassette de distribution SMART+	0,5–50 µl	de préférence filtré, particules < 50 µm	silicone 0,4 mm	acier inox, rubis 0,22 mm	10 fois
	24072670 * N22704	Cassette de distribution à tube standard, noir Cassette de distribution SMART+	5-2500 µl	–	silicone 1,3 mm	PP 0,5 mm	50 fois

Toutes les cassettes de distribution SMART+ sont étiquetées :



(Voir Tableau 10–17 pour des cassettes de distribution additionnelles et des informations de commande.)

* Ces cassettes de distribution sont aussi disponibles avec des versions à tube long (voir Tableau 10–17).

** Il est aussi possible de fixer les filtres N12928 et N12929 sur les cassettes de distribution à petit tube : N12928 Filtre à réactif pour cassette à 8 tubes petits et N12929 Filtre à réactif pour cassette à tube long.




Figure 4–12. Pièces d'une cassette de distribution

Installation de la cassette

1. Prenez la partie inférieure de la cassette avec la protection d'aiguille dans votre main droite et les aiguilles de la cassette de distribution dirigées vers le bas et la partie supérieure dans votre main gauche (Figure 4–13).



Note Assurez-vous que vous utilisez la bonne cassette selon votre protocole.



Figure 4–13. Insertion de la cassette de distribution

2. Placez soigneusement les huit tubes sous le rotor de pompe et insérez la partie inférieure de la cassette de distribution dans les logements de la partie inférieure du

corps de pompe (Figure 4–14). Assurez-vous que les tubes sont placés librement sous le rotor de pompe et les fils de limitation de tension sous l'arbre de rotor.




Figure 4–14. Insertion de la partie inférieure de la cassette de distribution dans ses logements

3. Saisissez fermement la partie supérieure de la cassette de distribution de votre main droite et tirez prudemment les tubes autour du rotor de pompe jusqu'à ce que la partie supérieure atteigne et rentre dans les logements de la partie supérieure du corps de pompe (Figure 4–15). Insérez dans les logements. Maintenez l'instrument fermement de l'autre main.



Note Assurez-vous que la tubulure sur le rotor est correctement placée avant de la serrer.



Note Assurez-vous que la tubulure centrale ne se trouve pas au-dessus du disque de rotor noir.




Figure 4–15. Insertion de la partie supérieure de la cassette de distribution



Note Les fils de limitation de tension sont conçus pour éviter que l'utilisateur ne tire sur les tubes trop fort car une tension excessive risque d'endommager les tubes ou de modifier l'étalonnage de la cassette de distribution.

4. Revérifiez que les parties inférieure et supérieure de la cassette de distribution sont correctement placées dans les logements correspondants (Figure 4–15 et Figure 4–16).




Figure 4–16. Parties supérieure et inférieure de la cassette de distribution insérées uniformément dans leurs logements

5. Assurez-vous que tous les tubes sont uniformément placés sur les aiguilles de rotor (Figure 4–17), quatre tubes sur chaque moitié du rotor de pompe.




Figure 4–17. Placement correct de tous les tubes de cassette de distribution

6. Assurez-vous que les fils de limitation de tension sont ajustés sans serrer autour de l'arbre de rotor.
7. Tirez la protection d'aiguille hors de la cassette de distribution dès que la cassette de distribution est installée (Figure 4–18).



Figure 4–18. Retrait de la protection d'aiguille hors de la cassette de distribution

8. Retirez la protection de poids de tubulure en enlevant le support en caoutchouc et en tirant le poids de tubulure hors du tube de protection de tubulure (Figure 4–19).



Figure 4–19. Retrait de la protection de poids de tubulure et du support en caoutchouc

9. Placez le poids de tubulure dans le récipient de réactif et assurez-vous systématiquement qu'il reste suffisamment de liquide pour exécuter le protocole (Figure 4–20).



Figure 4–20. Casette avec les protections de poids de tubulure et d'aiguille retirées et le poids de tubulure dans le récipient de réactif

Durant une veille prolongée, conservez la cassette en position de repos (Figure 4–21).



Figure 4–21. Position de repos de la cassette de distribution

10. Tirez le cache de rotor sur le rotor (Figure 4–22).
Un capteur vérifie que le cache est correctement placé sur le rotor de pompe.



Figure 4–22. Traction du cache de rotor sur le rotor



Note Ne mettez pas vos doigts sous le cache de rotor si l'instrument est en marche.

L'instrument est maintenant prêt à l'amorçage.

Si des cassettes de distribution SMART+ sont utilisées avec le Multidrop Combi SMART+, la fenêtre de données d'étalonnage s'affiche et les données peuvent être consultées. La vue des données d'étalonnage reste visible un moment.

Panneau de commande

Cette section décrit le panneau de commande et le logiciel interne de l'instrument.

Clavier

Le clavier de l'instrument est présenté en Figure 4–23.




Figure 4–23. Clavier de l'instrument

Touches

Les touches et boutons de commande pertinents sont décrits en détails à la suite.



Les touches fléchées servent à sélectionner, modifier et changer les paramètres et à parcourir les menus.



Le bouton **OK** sert à accepter la sélection.



Le bouton **START** sert à démarrer le protocole de distribution.



Le bouton **STOP** sert à interrompre le protocole à tout moment. La plaque et le corps de pompe reviennent en position initiale. Lors de la modification des valeurs, les changements peuvent être ignorés en appuyant sur le bouton **STOP**.

Le bouton **STOP** sert aussi à arrêter l'action d'agitation ou à revenir au menu précédent.



Note En outre, le bouton **STOP** sert de bouton "Éch" (Échap) et "Annuler".



Le bouton **PRIME** sert à remplir les tubulures de la cassette et de pré-distribution.

La pré-distribution se poursuit tant que vous appuyez sur le bouton.



Le bouton **EMPTY** sert à vider le liquide de la cassette de distribution dans le réservoir de liquide (option de rétro rinçage). La vidange se poursuit tant que vous appuyez sur le bouton.



Le bouton **SHAKE** sert à agiter la plaque linéairement. L'agitation est démarrée en appuyant sur le bouton **SHAKE** et arrêtée en appuyant sur le bouton **STOP**.

Affichage

Les principales parties de l'affichage sont présentées en Figure 4–24.




Figure 4–24. Principales parties de l'interface utilisateur de l'instrument



L'interface utilisateur comporte trois *menus principaux* : **Principal**, **Réglages** et **Options**. Durant un usage de routine, vous parcourez principalement le menu **Principal**. Pour les options de niveau avancé, deux niveaux additionnels sont prévus : **Réglages** et **Options**.



Vous pouvez parcourir les trois menus principaux et les éléments de menu avec les touches fléchées **HAUT**, **BAS**, **GAUCHE** et **DROITE**.

Toutes les *icônes* de description utilisées dans les menus sont présentées dans le Tableau 4–2.


La *barre de texte d'infos* affiche des informations explicatives sur la marche à suivre et les touches à utiliser.

Navigation

Cette section visualise la navigation dans l'interface utilisateur de l'instrument.



La vue change selon les sélections que vous effectuez avec les touches fléchées **HAUT**, **BAS**, **GAUCHE** et **DROITE** ou avec le bouton **OK**. Les boutons disponibles sont présentés dans la barre de texte d'infos.




Le cadre des éléments de menu change lorsque l'élément de menu est sélectionné (actif/inactif). Le cadre de l'élément actif est bleu.




Pour descendre d'un élément de menu à un autre, utilisez les touches fléchées **HAUT**, **BAS**, **GAUCHE** et **DROITE**.


Les vues des menus **Principal**, **Réglages** et **Options** sont présentées à la suite.



Menu Principal



Menu Réglages, écran 1



Menu Réglages, écran 2



Menu Options



Note La petite flèche blanche sur le côté des écrans Réglages 1 et 2 indique la position de l'autre écran (Figure 4–25).





















Figure 4–25. Flèche de navigation d'écran Réglages











Tableau 4–2. Icônes dans les menus

Affichage	Icône	Fonction
Principal		"Type de plaque" en page 39
		
		"Volume et cassette de distribution" en page 40
		"Sélection de colonne" en page 42
Réglages		"Enregistrer un protocole" en page 55, ou "Ouvrir un protocole" en page 58
		
		"Vitesse de distribution" en page 48
		"Décalage de la distribution" en page 49
		"Hauteur de distribution" en page 50
		"Volume de pré-distribution" en page 51
		"Sens de distribution" en page 52
		"Plaque à 6 – 48 puits" en page 54 (disponible uniquement si le type de plaque à 96 puits est sélectionné)
		
	Options	
		"Démarrage de protocole " en page 63
		"Avertisseur" en page 63
		"Étalonnage de cassette" en page 64

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Distribution


Vous pouvez débiter la distribution immédiatement en suivant les consignes de démarrage rapide à la suite. La distribution de routine nécessite uniquement d'appuyer sur quelques boutons.

1.  Mettez l'instrument sous tension.
2.  Insérez la cassette de distribution et le récipient d'amorçage corrects puis fermez le cache de rotor.
3.  Assurez-vous d'être dans le menu **Principal**.
4.  Sélectionnez la plaque souhaitée dans le menu **Principal** et insérez la plaque.
5.  Sélectionnez la cassette appropriée puis sélectionnez le volume de distribution.
6.  Placez le poids de tubulure dans le récipient de réactif et appuyez sur le bouton **PRIME** jusqu'à ce que les tubes soient complètement remplis.
7.  Appuyez sur le bouton **START**. L'instrument commence alors la distribution du réactif dans la plaque.
8.  Lorsque la distribution est terminée, appuyez sur le bouton **EMPTY** pour vider les tubes de distribution. Assurez-vous de nettoyer la cassette correctement.
9.  Durant les périodes prolongées en mode veille, conservez la cassette en position de repos.
Retirez la cassette lorsque vous distribuez le nombre maximum de fois recommandé pour le type de plaque spécifique ou quand vous voulez utiliser une cassette différente.
10.  Mettez l'instrument hors tension.

Sélections de touches pour débuter la distribution

Après avoir mis sous tension l'instrument, allez au menu **Principal** pour sélectionner le type de plaque, la cassette et le volume de distribution souhaités ainsi que les colonnes de distribution. Pour en savoir plus, référez-vous à "Paramètres de distribution" en page 38.

1 – Sélection du **Plate type**, voir l'étape 3 en page 36.



Pour changer de type de plaque, appuyez sur OK.




Allez au menu **Plate type** en appuyant sur les touches fléchées haut et bas.




Pour accepter votre sélection, appuyez sur OK.



Allez à l'étape 2 pour sélectionner la cassette et le volume souhaités en appuyant sur la touche fléchée droite.



2 – Sélection de **Cassette and Volume**, voir étape 4 en page 36.



Pour changer de cassette et de volume, appuyez sur OK. Le volume de distribution et le type de cassette par défaut pour la plaque sélectionnée s'affichent.



Sélectionnez la cassette appropriée avec la touche fléchée gauche ou droite.




Réglez le volume requis en appuyant sur la touche fléchée haut ou bas.




Pour accepter, appuyez sur OK.



Si le volume et la cassette sont corrects, appuyez sur les touches fléchées bas et gauche pour aller à l'étape 3 de sélection de colonne.



3 – Sélection de **Colonnes**, voir l'étape 5 en page 36.



Pour remplir la plaque complète, vous pouvez débuter la distribution après l'amorçage de l'instrument.

Pour remplir uniquement une partie des colonnes, appuyez sur OK.



Naviguez avec les touches fléchées pour sélectionner ou désélectionner les colonnes.




Pour confirmer chaque sélection, appuyez sur OK. La ou les colonnes sélectionnées sont mises en surbrillance en bleu.



Acceptez votre sélection de colonnes en appuyant sur la touche fléchée bas. Si le bouton **Accept** est en surbrillance, appuyez sur OK.



Vous êtes maintenant prêt pour amorcer les tubes et débuter la distribution. Voir étape 6 en page 36.



Pour les instructions de distribution avec une plaque à 6 – 48 puits, voir "Instructions de distribution de plaque à 6–48 puits" en page 110.

Paramètres de distribution

Cette section décrit les paramètres de distribution pertinents, nécessaires pour créer et modifier un protocole. Tous ces paramètres sont définis dans le menu **Principal**.





Note Effectuez d'abord la sélection de type de plaque car tous les autres paramètres dépendent du type de plaque.





Précaution Assurez-vous que le couvercle de plaque (le cas échéant) est retiré avant la distribution.

Type de plaque Allez au menu **Plate type** dans le menu **Principal**.



 Appuyez sur **OK**.



 Sélectionnez le type de plaque avec les touches fléchées **HAUT** et **BAS**.

 Appuyez sur **OK** pour accepter la sélection.

Les types de plaque disponibles et les valeurs de paramètre par défaut sont indiqués dans le Tableau 4–3. Chaque type de plaque a un type de cassette de distribution sélectionné par défaut qui est automatiquement défini par l'instrument.



Note Les plaques utilisées ont une hauteur maximum de 50 mm.

Tableau 4–3. Valeurs de paramètre par défaut pour les différents types de plaque

Type de plaque	Type de cassette	Volume de distribution maxi. * (µl)	Hauteur de distribution (mm) **
96 puits standard (15 mm)	Standard	500	16
96 puits bas DW (puits profond) (22 mm)	Standard	600	23
96 puits DW (44 mm)	Standard	2500	45
384 puits volume faible (7,5 mm)	Petit	25	8,5
384 puits profil bas (10 mm)	Petit	70	11
384 puits standard (15 mm)	Petit	130	16
384 puits DW (22 mm)	Standard	200	23
384 puits DW (44 mm)	Standard	300	45
1536 puits volume faible (5 mm)	Petit	2	6
1536 puits standard (10,5 mm)	Petit	13	11,5



Note Assurez-vous que le volume à distribuer tient dans le puits.



* Vous pouvez distribuer sans avertissement jusqu'au volume de distribution maximum. Cependant, dès que le volume de distribution maximum est dépassé, un avertissement s'affiche et vous devez appuyer sur **OK** pour continuer la distribution.

** La hauteur de distribution par défaut est de 1 mm au-dessus de la plaque sélectionnée.



Note Si les valeurs de plaque par défaut ne correspondent pas aux vôtres, changez les valeurs de hauteur et de décalage de distribution dans le menu **Réglages**. Vous pouvez enregistrer le protocole, notamment les valeurs de plaque, pour usage ultérieur.



Note Vous pouvez aussi obtenir de nouvelles plaques à utiliser en les transférant depuis le logiciel FILLit™. Référez-vous au *Thermo Scientific FILLit Software for Multidrop Combi+ User Manual* (N° cat. N17561).

Volume et cassette de distribution




Deux types de cassette de distribution sont disponibles : *Cassette à petit tube* (avec aiguille métallique ou aiguille plastique) et *Cassette à tube standard*. Référez-vous à "Cassettes de distribution" en page 24 et au Tableau 10–17. Chaque type de cassette de distribution couvre une plage de volume spécifique.




Note Assurez-vous que le volume à distribuer tient dans le puits.

Allez au menu **Principal**. Sélectionnez **Cassette and Volume**.



Appuyez sur **OK**. Le volume de distribution et le type de cassette par défaut pour la plaque sélectionnée s'affichent.



Sélectionnez d'abord le *type de cassette* avec les touches fléchées **GAUCHE** et **DROITE**.



Sélectionnez ensuite le *volume de distribution* avec les touches fléchées **HAUT** et **BAS**. Vous pouvez accélérer la sélection en maintenant la touche fléchée en continu.

Les volumes de distribution minimum et maximum sont affichés dans la fenêtre **Cassette and volume**.

Voir le Tableau 4–4 à la suite.

Tableau 4–4. Volumes de distribution des cassettes

Cassette	Plage de volume (µl)	Incrément (µl)
Cassette à petit tube	0,5...50	0,5
Cassette à tube standard	5...2500	5

Les volumes de distribution et types de cassette par défaut pour les différents types de plaque sont indiqués dans le Tableau 4–3.



Acceptez les sélections avec le bouton **OK**.

Assurez-vous que la sélection de cassette correspond à la cassette installée.

Sélection de colonne



Vous pouvez distribuer dans la plaque complète ou uniquement dans des colonnes sélectionnées. Avant la sélection des colonnes, assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne cassette de distribution et le volume à utiliser.

Explications de la sélection des colonnes

Une colonne sélectionnée est marquée en bleu.




Figure 4–26. Toutes les colonnes sélectionnées

Le curseur sur une colonne sélectionnée est encadré en noir.



Figure 4–27. Curseur sur une colonne sélectionnée

Le curseur sur une colonne désélectionnée est encadré en bleu.





Figure 4–28. Curseur sur une colonne désélectionnée

Sélectionner des colonnes


Allez au menu **Principal**. Sélectionnez **Select Columns**.



Appuyez sur **OK**. La sélection de colonne s'ouvre.



Note Le nombre de colonnes dans la vue dépend de la plaque sélectionnée.




Numéros de colonnes


Par défaut, la plaque entière est sélectionnée.



Pour désélectionner toutes les colonnes, sélectionnez **Unselect all** avec les touches fléchées **HAUT** et **DROITE**.




Acceptez avec le bouton **OK**.




Toutes les colonnes sont maintenant désélectionnées.



Si les colonnes ne sont pas toutes sélectionnées et vous voulez distribuer dans tous les puits de la plaque, utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Select All**.



Acceptez avec le bouton **OK**.




Toutes les colonnes sont maintenant sélectionnées.



Si vous voulez distribuer uniquement dans certains puits, sélectionnez /désélectionnez les colonnes avec les touches fléchées pour passer d'une colonne à la suivante.




Appuyez sur **OK** après la sélection de chaque colonne. Les colonnes sélectionnées sont indiquées en bleu.



Par défaut, le champ de volume de chaque colonne sélectionnée affiche le volume de distribution sélectionné dans le menu **Cassette and Volume** (voir "Volume et cassette de distribution" en page 40). Vous pouvez ajuster le volume de distribution séparément pour chaque colonne individuelle.




Pour changer le volume de distribution d'une colonne spécifique, sélectionnez cette colonne avec les touches fléchées.



Case Volume value



Appuyez sur le bouton **OK** pendant 0,5 seconde. La case **Volume value** est maintenant activée.




Ajustez le volume de distribution de la colonne où le curseur se trouve avec les touches fléchées **HAUT** et **BAS**.



Appuyez sur **OK** après la sélection du volume souhaité.



Lorsque vous avez sélectionné toutes les colonnes souhaitées, utilisez la touche fléchée **BAS** pour sélectionner **Accept**.



Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.



Vous pouvez appuyer sur le bouton **STOP** pour sortir de la sélection de colonne sans effectuer de changement.

Réglages de protocole

Cette section décrit les paramètres additionnels qui complètent le type de plaque que vous avez sélectionné. Ces paramètres additionnels sont définis dans le menu **Réglages**. Les valeurs affichées dans le menu **Réglages** sont celles définies pour le type de plaque sélectionné dans le menu **Principal**.




Note Les réglages de protocole n'ont pas normalement besoin d'être modifiés pour un usage de routine.



Note Un point d'exclamation s'affiche dans l'élément de menu et un point jaune à côté de l'icône des réglages lorsque le réglage est différent de celui du paramètre par défaut.



Note Le point jaune à côté de l'icône des réglages est aussi visible lorsque la vue change.





Les changements apportés aux réglages de protocole restent dans la mémoire de l'instrument uniquement si le protocole est enregistré avec un nom (voir "Enregistrer un protocole" en page 55). Si le protocole n'est pas enregistré, les changements restent en vigueur uniquement tant que le type de plaque n'est pas changé ou l'instrument mis hors tension.


Vitesse de distribution

Par défaut, la vitesse de distribution est *High* mais vous pouvez la changer, par exemple pour réduire le moussage.

Allez au menu **Réglages**. Sélectionnez **Dispensing Speed**.



Appuyez sur **OK**.



Utilisez les touches fléchées **HAUT** et **BAS** pour sélectionner la vitesse de la pompe. Les réglages *High*, *Medium* et *Low* sont disponibles. La vitesse par défaut est *High*.



Appuyez sur **OK**.

Tableau 4–5. Vitesses de distribution

Vitesse	Cassette à petit tube (tr/mn)	Cassette à tube standard (tr/mn)
Elevée (High)	900	285
Moyenne (Medium)	733	255
Faible (Low)	567	225

Décalage de la distribution



Par défaut, le décalage de la distribution est de 0,0/0,0 mm. Vous pouvez changer les valeurs de décalage des axes X et Y si la plaque utilisée n'est pas la plaque standard spécifiée dans la liste des types de plaque (voir Tableau 4–3).

Lorsque vous modifiez le décalage de la distribution, la première colonne de la plaque est déplacée sous les aiguilles. Lorsque vous modifiez la valeur de décalage, le support de plaques se déplace.




Note Lorsque vous sélectionnez le décalage de la distribution, le rotor de pompe et le support de plaques se déplacent.



Note Installez la cassette et la plaque avant de changer les valeurs de décalage de sorte à voir la position relative de l'aiguille par rapport à la plaque.

Allez au menu **Réglages**. Sélectionnez **Dispensing Offset**.



Appuyez sur **OK**.

Le mécanisme de rail et le corps de pompe se déplacent sur la position de réglage.



Utilisez les touches fléchées **GAUCHE** et **DROITE** pour régler le décalage de la distribution de l'axe X et les touches fléchées **HAUT** et **BAS** pour régler l'axe Y. Lorsque vous changez les valeurs de décalage, le rotor de pompe et le support de plaques se déplacent en conséquence - voir Tableau 4–6.

Suivez la position de l'aiguille sur la position de puits pendant la modification des valeurs de décalage de la distribution. Le décalage est réglé par incréments de 0,05 mm dans les sens + et -. La valeur de décalage maximum dépend du type de plaque sélectionné.



Appuyez sur **OK**. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **OK** dans les 60 secondes, les ajustements sont ignorés et la vue revient au menu **Réglages**.

Tableau 4–6. Mouvement du rotor de pompe et du support de plaques avec les valeurs de décalage de la distribution

Axe	Mouvement
Axe Y	Le rotor de pompe se déplace.
Axe X	Le support de plaques se déplace.

Hauteur de distribution



La hauteur de distribution par défaut dépend du type de plaque (voir Tableau 4–3). Vous pouvez changer les valeurs de hauteur de distribution si la plaque utilisée n'est pas celle standard spécifiée dans la liste des types de plaque. Lorsque vous modifiez les valeurs, le rotor de pompe se déplace.




Note Lorsque vous sélectionnez la hauteur de la distribution, le rotor de pompe et le support de plaques se déplacent.




Note Installez la cassette et la plaque avant de changer la hauteur de distribution de sorte à voir la position relative de l'aiguille par rapport à la plaque.

Allez au menu **Réglages**. Sélectionnez **Dispensing Height**.



Appuyez sur **OK**.

Le mécanisme de rail et le corps de pompe se déplacent sur la position de réglage.



Utilisez les touches fléchées **HAUT** et **BAS** pour définir la hauteur de distribution. Lorsque vous modifiez la hauteur, le corps de pompe se déplace en conséquence. Suivez la position de l'aiguille sur la position de puits pendant la modification de la hauteur de distribution. La hauteur est réglée par incréments de 0,05 mm dans les sens Haut et Bas. La valeur de hauteur minimum dépend du type de plaque sélectionné (voir Tableau 4–3). La hauteur de distribution par défaut est de 1 mm au-dessus de la plaque sélectionnée.

Notez que vous pouvez utiliser des plaques d'une hauteur maximum de 50 mm.




Appuyez sur **OK**. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **OK** dans les 60 secondes, les ajustements sont ignorés et la vue revient au menu **Réglages**.

Volume de pré-distribution



Vous pouvez changer le volume de pré-distribution – le volume automatiquement distribué avant le début du remplissage de plaque, si nécessaire.

Allez au menu **Réglages**. Sélectionnez **Pre-Dispense (Prime)**.





Appuyez sur **OK**.




Utilisez les touches fléchées **HAUT** et **BAS** pour définir le volume de pré-distribution. Les plages de volume sont de 1 à 10000 µl avec des cassettes à petit tube et de 10 à 10000 µl avec des cassettes à tube standard. La valeur de pré-distribution par défaut pour une cassette de distribution à petit tube est de 2 µl et de 20 µl pour un tube standard.




Appuyez sur **OK**.

Sens de distribution




Le sens de distribution est réglé par défaut sur la ligne pour chaque type de plaque. Cependant, vous pouvez changer le sens de distribution, si nécessaire. Le sens de distribution peut être modifié pour les plaques à 384 et 1536 puits.

Allez au menu **Réglages** - écran 2. Sélectionnez **Dispensing Direction**.



Appuyez sur **OK**.



Utilisez les touches fléchées **GAUCHE** et **DROITE** pour régler le sens de distribution selon la *ligne* ou la *colonne*. Notez que l'ensemble de l'action est efficace uniquement lorsque des types de plaque à 384 ou 1536 puits sont sélectionnés.



Appuyez sur **OK**.

Avec la sélection de la plaque à 96 puits, les colonnes à 8 puits sont remplies en débutant par la colonne 1 selon les colonnes sélectionnées. Ensuite, le support de plaques revient en position initiale et le mécanisme de levage de pompe en position haute. La distribution en fonction de la ligne et de la colonne ne présente aucune différence pour la distribution de plaque à 96 puits.

Avec la sélection de la plaque à 384 puits, les colonnes à 16 puits sont remplies en deux phases : d'abord une ligne sur deux (A, C, E, G, ... O) en débutant par la ou les premières colonnes sélectionnées puis le support de plaques se décale latéralement de sorte que les lignes restantes (B, D, F, H, ... P) soient remplies dans l'ordre inverse. Si la distribution par colonne est utilisée, elle décale d'abord le support de plaques latéralement pour remplir 16 puits et le support de plaques déplace alors la distribution sur la colonne suivante.

Avec la sélection de la plaque à 1536 puits, les colonnes avec 32 puits sont remplies en quatre phases : d'abord une ligne sur quatre (A, E, I, M ... AC) puis le support de plaques se décale latéralement au-dessus des lignes (B, F, J, N ... AD) qui sont alors remplies dans l'ordre inverse. Les lignes restantes (D, H, L, P ... AF) sont remplies au cours des trois décalages. Si la distribution par colonne est utilisée, elle décale d'abord le support de plaques latéralement pour remplir 32 puits et le support de plaques déplace alors la tête de distribution sur la colonne suivante.

En mode de plaque à 384 et 1536 puits, la distribution par ligne et par colonne peut être utilisée avec efficacité.

Plaque à 6 – 48 puits




Ce réglage est désactivé par défaut. Si vous sélectionnez le type de plaque à **96** puits, vous pouvez l'activer. Avec la sélection ON, le mouvement du chariot de plaque est optimisé pour les plaques à 6 - 48 puits afin d'éviter les déversements des puits préremplis.




Note Cette option est disponible uniquement si la plaque à 96 puits est sélectionnée comme type de plaque dans le menu **Plate type** (voir "Type de plaque" en page 39).

Allez au menu **Réglages** - écran 2. Sélectionnez **6 – 48 Well Plate**.



Appuyez sur **OK**.



Utilisez les touches fléchées **GAUCHE** et **DROITE** pour activer /désactiver la distribution **6 – 48 Well Plate**.



Note Changez aussi la hauteur de distribution pour correspondre à celle de la plaque 6 – 48 puits utilisée (voir "Hauteur de distribution" en page 50).



Appuyez sur **OK**.

Opérations de protocole

Vous pouvez exécuter le protocole sans l'enregistrer.




Note Lorsque vous mettez hors tension l'instrument ou changez le type de plaque, le protocole qui n'est pas enregistré disparaît.

Enregistrer un protocole


Le nom de protocole peut comporter un maximum de 20 caractères. Un nom de protocole est affiché sur deux lignes dans le menu **Save or Open Protocol**.




Allez au menu **Principal**. Sélectionnez **Save or Open Protocol**.



Appuyez sur **OK**.



Appuyez sur la touche fléchée **DROITE** pour enregistrer votre protocole.



Saisissez le nom de votre protocole en naviguant et sélectionnant les lettres ou chiffres.



Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le caractère souhaité.



Appuyez sur **OK** pour valider ce caractère.




Les caractères disponibles sont les suivants : **a** à **z**, **0** à **9**, tiret (-), tiret bas (_) et espace.




Note Utilisez un maximum de 20 caractères, espace inclus. Certains caractères sont plus larges que d'autres. Dès lors, certains noms que vous modifiez vont afficher moins de 20 caractères dans la liste de protocoles, trois petits points suivant le nom affiché. Le nom de protocole est automatiquement en majuscules.

Retour arrière



Pour éliminer des caractères, utilisez la touche fléchée **BAS** (et si nécessaire les touches fléchées **GAUCHE** et **DROITE**) pour sélectionner le **RETOUR ARRIERE** puis appuyez sur le bouton **OK** pour supprimer le ou les caractères.






Utilisez la touche fléchée **BAS** pour sélectionner **SAVE** puis appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le nom de protocole modifié.


La fenêtre de chargement s'affiche pendant que l'action **Save** est en cours.



Le nom de protocole est maintenant affiché dans le menu **Save Or Open Protocol**.



Le nom de protocole est aussi affiché dans la liste **Save Or Open Protocol**.



Vous pouvez créer un maximum de 100 protocoles, incluant les protocoles définis en usine.

Lorsque vous enregistrez le protocole, tous les paramètres suivants sont enregistrés :

Principal




Réglages




Note Les paramètres de plaque à 6 – 48 puits sont disponibles uniquement si une plaque à 96 puits est sélectionnée comme type de plaque.


Ouvrir un protocole




Pour sélectionner un protocole existant pour un type de plaque spécifique, sélectionnez d'abord le type de plaque (voir "Type de plaque" en page 39) puis sélectionnez **Save or Open Protocol**. Les protocoles sont listés selon chaque type de plaque.



 Appuyez sur **OK**.



 Sélectionnez le protocole avec les touches fléchées **HAUT** et **BAS**.

 Appuyez sur **OK** pour accepter la sélection.


Le protocole est maintenant sélectionné.




Note Dans la liste de protocoles, seuls les protocoles pour ce type de plaque sont affichés.




Supprimer un protocole

Pour supprimer un protocole existant pour un type de plaque spécifique, sélectionnez d'abord le type de plaque (voir "Type de plaque" en page 39) puis sélectionnez **Save or Open Protocol**. Les protocoles sont listés selon chaque type de plaque.



 Appuyez sur **OK**.



-  Sélectionnez le protocole avec les touches fléchées **HAUT** et **BAS**.
-  Appuyez sur la touche fléchée **GAUCHE** pour supprimer le protocole sélectionné. Si vous avez sélectionné un protocole comme protocole de démarrage, il ne peut pas être supprimé.
-  Appuyez sur **OK**.

Le protocole est maintenant supprimé.

Démarrage d'un protocole

Vous pouvez démarrer un protocole avec des paramètres que vous avez définis spécifiquement pour lui. Vous pouvez aussi ouvrir un protocole enregistré et le démarrer - voir "Ouvrir un protocole" en page 58.

Pour exécuter un protocole de distribution, procédez comme suit.



Note N'effectuez pas une distribution prolongée sans liquide.

Assurez-vous qu'il reste systématiquement suffisamment de liquide dans le réservoir et que toutes les extrémités de tube se trouvent sous le niveau de liquide. Utilisez le poids de tubulure PEEK fourni.

Vérifiez après et avant chaque distribution que le récipient d'amorçage n'est pas rempli.



Note Assurez-vous que vous avez installé la bonne cassette selon votre protocole et que le cache de protection est fermé.





Note Assurez-vous que la plaque se trouve dans le support de plaques. Assurez-vous que vous utilisez la bonne plaque selon votre protocole.



Note Ne touchez pas les pièces en mouvement si l'instrument est en marche.



Note Ne mettez pas vos doigts sous le cache de rotor si l'instrument est en marche.

-  Assurez-vous d'être dans le menu **Principal**.
-  Sélectionnez le type de plaque. Les protocoles sont listés selon chaque type de plaque.
-  Sélectionnez le protocole de distribution dans la liste de protocoles.
-  Maintenez le bouton **PRIME** enfoncé jusqu'à ce que les tubulures soient complètement remplies.
- Assurez-vous que la plaque est bien placée dans le support de plaques.
-  Appuyez sur le bouton **START** pour débiter le protocole.
-  Lorsque la distribution est terminée, appuyez sur le bouton **EMPTY** pour vider les tubes de distribution. Assurez-vous de nettoyer la cassette correctement.
-  Durant les périodes prolongées en mode veille, conservez la cassette en position de repos.
Retirez la cassette lorsque vous distribuez le nombre maximum de fois recommandé pour le type de plaque spécifique ou quand vous voulez utiliser une cassette différente.
-  Mettez l'instrument hors tension.

Options de l'instrument

Cette section décrit les paramètres de l'instrument. Tous ces paramètres sont définis dans le menu **Options**. Les valeurs affichées dans le menu **Options** restent dans la mémoire de l'instrument. Elles sont spécifiques à l'instrument, pas au protocole.



Note Pour un usage de routine, vous n'avez normalement pas à modifier les options de l'instrument.

Interface d'ordinateur

Il y a deux types d'interfaces d'ordinateur disponibles : RS-232 et USB.

Allez au menu **Options**. Sélectionnez **Computer Interface**.

RS/USB



Appuyez sur **OK**.



Utilisez les touches fléchées **GAUCHE** et **DROITE** pour sélectionner l'interface d'ordinateur à utiliser.




Appuyez sur **OK**.

Démarrage de protocole




Vous pouvez définir le protocole automatiquement sélectionné dans le menu **Principal** lorsque l'instrument est mis sous tension.

Allez au menu **Options**. Sélectionnez **Start-up Protocol**.



Appuyez sur **OK**.

Les protocoles sont listés selon chaque type de plaque.



Utilisez les touches fléchées **HAUT** et **BAS** pour sélectionner le protocole de démarrage. Les protocoles sont listés en groupe et en alinéa sous chaque type de plaque.



Appuyez sur **OK**.


Le protocole de démarrage sélectionné est marqué d'astérisque (*).

Lorsque l'instrument est mis sous tension la fois suivante, le protocole de démarrage sélectionné s'affiche à l'écran.


Avertisseur



Vous pouvez choisir si l'instrument émet une tonalité pour différentes fonctions. Notez que toutes les fonctions émettent un son spécifique. Allez au menu **Options**. Sélectionnez **Sound Settings**.



Appuyez sur **OK**.



Utilisez les touches fléchées **GAUCHE** et **DROITE** pour activer /désactiver l'avertisseur (tonalité audible).



Appuyez sur **OK**.

Étalonnage de cassette




Il est recommandé d'étalonner les cassettes périodiquement (pour les détails, voir "Vérification et nouvel étalonnage de la cassette de distribution" en page 85).

La cassette de distribution SMART+ intègre une *balise RFID* qui contient les informations du dernier étalonnage de la cassette, son type, sa quantité d'usage de distribution depuis le dernier étalonnage et l'usage total. Référez-vous à Antenne, RFID et balise RFID dans le glossaire.

L'instrument Multidrop Combi SMART+ avec les cassettes de distribution SMART+ calcule l'usage de la cassette selon les incréments de rotations de la pompe. Le nombre de rotations est alors comparé avec la valeur de cycle de vie spécifiée pour chaque cassette.




Vous pouvez consulter les données d'étalonnage de la cassette SMART+ en tirant le cache de rotor par-dessus le rotor ou en sélectionnant **Options > Volume Calibration > OK**.




Appuyez sur **OK**.

Les informations de la cassette SMART+ s'affichent sur l'instrument. Le numéro de série de la cassette est indiqué dans la barre de texte d'infos.



Note Si vous n'utilisez pas une *cassette SMART+*, la vue indique uniquement une référence au Manuel utilisateur.



Par exemple, les spécifications de cycle de vie d'une cassette à petit tube indiquent 1000 plaques à 384 puits @ 5 µl. C'est l'équivalent de 60 000 rotations complètes de la pompe


péristaltique. Une plaque à 384 puits @ 5 µl est égale à 60 rotations complètes soit 0,1% de l'usage total.

La valeur en pourcentage **Since last calibration** est remise à zéro à chaque étalonnage de la cassette. La valeur **Total usage** suit le cycle de vie de la cassette. Voir l'affichage des données d'étalonnage à la suite.

Si l'usage total dépasse **100%**, la cassette en question devrait être remplacée pour assurer les performances de distribution. Cependant, la cassette peut continuer à être utilisée mais, en ce cas, l'utilisateur doit surveiller l'usure du tube de cassette avec soin.



Note Le liquide utilisé affecte le cycle de vie de la cassette.



Appuyez sur **OK** pour sortir.

Tableau 4–7. Usage total des cassettes

Cassette à petit tube*	Cassette à tube standard
100% usage 1000 pcs de plaque à 384 puits @ 5 µl	100% usage 3000 pcs de plaque à 96 puits @ 100 µl
50% usage 500 pcs de plaque à 384 puits @ 5 µl	50% usage 1500 pcs de plaque à 96 puits @ 100 µl
25% usage 250 pcs de plaque à 384 puits @ 5 µl	25% usage 750 pcs de plaque à 96 puits @ 100 µl

* Si vous distribuez 1 µl dans des plaques à 1536 puits avec la cassette à petit tube, alors un usage à 100% correspond environ à 1200 plaques.



Note Le liquide utilisé affecte le cycle de vie de la cassette.

Usage du logiciel externe

L'instrument peut aussi être commandé avec un logiciel PC software, le logiciel Thermo Scientific FILLit pour Multidrop Combi. Pour en savoir plus, référez-vous au *Thermo Scientific FILLit Software for Multidrop Combi User Manual* (N° cat. N17561).

Pour télécharger le logiciel Thermo Scientific™ FILLit pour Multidrop Combi, visitez les pages Web de Thermo Fisher Scientific :

thermofisher.com/FILLit

Arrêt

Pour arrêter l'instrument, procédez comme suit :



Avertissement Retirez toutes les microplaques restées sur l'instrument. Mettez au rebut toutes les microplaques et bandes comme des déchets biologiques.



1. Une fois toutes les plaques distribuées, appuyez sur le bouton **EMPTY** pour faire revenir le réactif ou le liquide des tubes dans le réservoir.
2. Lavez la cassette de distribution en l'amorçant avec de l'eau distillée désionisée ou avec un détergent spécial, si nécessaire.
3. Après le lavage et la vidange, rangez la cassette de distribution en position de repos (Figure 4–21).
4. Mettez l'instrument hors tension en appuyant sur l'interrupteur secteur (Figure 2–4) à gauche du panneau arrière de l'instrument sur la position OFF.
5. Essuyez les surfaces de l'instrument avec un chiffon doux ou une serviette en papier imbibée d'eau distillée, d'un détergent doux (SDS, laurylsulfate de sodium) ou d'une solution savonneuse.
6. Si vous avez déversé des agents infectieux sur le distributeur, désinfectez à l'alcool à 70% ou un autre désinfectant (voir "Procédure de décontamination" en page 71).



Note Conservez la cassette de distribution en position de repos (Figure 4–21) ou rangez-la dans sa boîte d'expédition si la cassette de distribution n'est plus utilisée.

Situations d'urgence

En cas de situation anormale durant le fonctionnement, comme un déversement de fluides dans l'instrument, procédez comme suit :

1. Mettez l'instrument hors tension (Figure 2–4).
2. Débranchez immédiatement l'instrument de l'alimentation électrique.
3. Appliquez les mesures de correction appropriées. Cependant, ne démontez pas l'instrument.
4. Si les mesures de correction ne suffisent pas, contactez le service technique agréé ou votre représentant Thermo Fisher Scientific local.

Chapitre 5

Maintenance

Liste des contrôles de maintenance

Action de maintenance	Quotidienne	Hebdomadaire	Annuelle	Au besoin
Assurez un arrêt correct.				•*
Dépoussiérez l'instrument.	•			
Essuyez immédiatement les déversements de solutions salines, solvants, solutions acides ou alcalines des surfaces extérieures pour éviter tout dommage et frottez à l'eau de laboratoire distillée ou désionisée.	•			
Si une surface a été contaminée avec une substance dangereuse, désinfectez avec une solution de stérilisation douce.	•			
Nettoyez le boîtier de l'instrument périodiquement.		•		
Lavez la cassette de distribution après usage.	•			
Vérifiez l'état des aiguilles de cassette de distribution.	•			
Insérez la cassette de distribution en position de repos si elle n'est pas utilisée.	•			
Insérez la protection d'aiguille si la cassette de distribution n'est pas utilisée.	•			
Inspectez /remplacez le kit de tube et la bande d'aiguille pour la cassette de distribution standard.				•
Autoclavez la cassette de distribution.				•
Étalonnez à nouveau la cassette de distribution périodiquement selon l'usage et le type de liquide.		•		•
Nettoyez le récipient d'amorçage et le réservoir de déchet si nécessaire.		•		
Nettoyez le support de plaques et assurez-vous de la liberté de mouvement du levier de verrouillage de plaque.		•		
Décontaminez l'instrument si vous le repositionnez ou le retournez à l'entretien.			•	•
Entretenez l'instrument.			•	

* Pour économiser l'énergie, il est recommandé d'arrêter l'instrument le week-end et pour les périodes prolongées sans usage.

Maintenance d'instrument

Cette section décrit les aspects liés à la maintenance de l'instrument.

Maintenance préventive et régulière

Pour un fonctionnement quotidien fiable, préservez l'instrument de la poussière et des déversements de liquides. Pour éviter des dangers et une usure inutile, respectez les procédures de routine et d'entretien décrites à la suite selon leur fréquence d'application.

Nettoyez l'extérieur de l'instrument périodiquement avec un chiffon imbibé d'eau ou d'un détergent doux, voire d'éthanol à 70% si nécessaire. Essuyez immédiatement les déversements de solutions salines, solvants, solutions acides ou alcalines des surfaces extérieures pour éviter tout dommage.

Les détergents abrasifs ne sont pas recommandés car ils risquent d'endommager le cache plastique de l'instrument.



Précaution Les surfaces peuvent être nettoyées avec la plupart des détergents de laboratoire. Diluez le détergent selon les recommandations du fabricant. N'exposez pas les surfaces à des acides concentrés, des alcalins ou des alcools concentrés pendant des périodes prolongées au risque de les endommager.

Il est recommandé d'effectuer l'entretien de l'instrument au moins une fois par an. Voir "Contrats d'entretien" en page 73.

Si vous pensez que du liquide s'est infiltré dans l'instrument, mettez d'abord l'instrument hors tension (Figure 2–4) puis débranchez-le. Appliquez les mesures de correction. Référez-vous à "Situations d'urgence" en page 68 et à "Procédure de décontamination" en page 71 si vous avez besoin d'aide. Si nécessaire, contactez votre représentant Thermo Fisher Scientific local. Voir "Emballage de l'instrument pour l'entretien" en page 72.



Avertissement Si une quelconque surface est contaminée par une substance biologiquement dangereuse, appliquez une solution de stérilisation douce sur la surface.



Précaution N'utilisez pas d'alcool pour le nettoyage du rotor. Employez plutôt de l'eau.



Précaution N'autoclavez aucune pièce de l'instrument sauf le récipient d'amorçage et les cassettes de distribution.

Procédure de décontamination de l'instrument

En cas de déversements d'agents infectieux sur l'instrument, effectuez la procédure de décontamination.

La décontamination devrait être exécutée selon les procédures de laboratoire normales. Toutes les instructions de décontamination fournies avec les réactifs utilisés devraient être suivies.

Il est vivement recommandé d'exécuter la procédure de décontamination complète avant de déménager l'instrument d'un laboratoire vers un autre.

Exemple de décontaminants :

- Éthanol à 70%
- Solution Virkon® 1–3%
- Solution glutaraldéhyde 4%
- Chloramine T
- Microcide SQ® 1:64
- Decon® 90 min. 4%



Note Pour en savoir plus sur l'usage en toute sécurité du glutaraldéhyde, voir les informations de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) fédérale.



Précaution Si les règles locales ou du laboratoire prescrivent une décontamination régulière, il n'est pas conseillé d'employer du formaldéhyde.



Avertissement La procédure de décontamination devrait être effectuée par un personnel formé et agréé dans une pièce dûment ventilée et portant des gants jetables ainsi que des vêtements et des lunettes de protection.

1. Préparez le décontaminant : par exemple la solution à 1–3% de Virkon ou 200 ml 4% de solution de glutaraldéhyde (ou un autre agent recommandé par votre responsable de la sécurité).
2. Videz le récipient de réactif.
3. Mettez hors tension (Figure 2–4) et déconnectez le câble d'alimentation secteur.
4. Désinfectez l'extérieur de l'instrument avec un chiffon imbibé d'éthanol à 70%.

5. Placez l'instrument dans un grand sac en plastique.
6. Placez un chiffon imbibé de la solution préparée dans le sac. Assurez-vous que le chiffon n'entre pas en contact avec l'instrument.
7. Fermez le sac fermement et laissez l'instrument dans le sac au moins 24 heures.
8. Retirez l'instrument du sac.
9. Nettoyez l'instrument avec un détergent doux.
10. Retirez les taches avec de l'éthanol à 70%.
11. Après avoir effectué la procédure de décontamination, joignez un certificat de décontamination signé et daté dans l'emballage de transport mais aussi joint à l'extérieur de l'emballage (voir Annexe B : "*Certificat de décontamination*").

Emballage de l'instrument pour l'entretien

Afin d'emballer l'instrument pour l'entretien, suivez les consignes présentées à la suite.



Précaution Il est important que l'instrument soit soigneusement décontaminé avant son retrait du laboratoire ou l'exécution d'un quelconque entretien.

Lorsque vous expédiez l'instrument pour son entretien, n'oubliez pas :

- Informez sur l'usage de matériaux biologiques dangereux.
- Décontaminez l'instrument préalablement. Retirez tout élément libre du support de plaques, par exemple les plaques et récipients d'amorçage, avant la décontamination.
- Installez le verrou de transport sur l'instrument. Voir "Serrage du verrou de transport" en page 21.
- Emballez l'instrument selon les instructions d'emballage jointes.

- Utilisez l'emballage initial pour vous assurer qu'aucun dommage n'affecte l'instrument durant le transit. Tout dommage signifie des frais de main-d'œuvre additionnels.
- Joignez un Certificat de décontamination daté et signé (voir Annexe B : "*Certificat de décontamination*") à l'intérieur mais aussi joint à l'extérieur de l'emballage dans lequel vous renvoyez l'instrument (ou d'autres éléments).
- Joignez le numéro d'autorisation de retour (RGA) indiqué par votre représentant Thermo Fisher Scientific local.
- Indiquez la panne après avoir contacté votre représentant Thermo Fisher Scientific local. ou le service technique Thermo Fisher Scientific.

Référez-vous à "Spécifications générales" en page 99 pour les détails des températures de stockage et de transport.

Contrats d'entretien

Il est recommandé de faire assurer la maintenance et l'entretien de l'instrument régulièrement tous les 12 mois sur une base contractuelle par les ingénieurs d'entretien formés du fabricant. C'est l'assurance que le produit bénéficie d'une maintenance correcte pour vous offrir un service sans encombre. Contactez le représentant de l'entretien Thermo Fisher Scientific pour en savoir plus.

Maintenance de cassette de distribution

Cette section décrit les aspects liés à la maintenance des cassettes de distribution.

Lavage de la cassette de distribution

Pour le lavage de la cassette de distribution, procédez comme suit :

1. Lavez les tubes avec une pré-distribution d'eau distillée désionisée. Assurez-vous que tous les tubes sont correctement lavés.
2. Si le nettoyage à l'eau distillée désionisée est insuffisant, utilisez une solution de détergent de laboratoire doux, par exemple 0,2–1% Tween® puis effectuez une pré-distribution avec de grandes quantités d'eau distillée désionisée.
3. Videz les tubulures de la cassette de distribution. La cassette de distribution peut être séchée à température ambiante.

Maintenance

Maintenance de cassette de distribution

- Après le lavage, rangez la cassette de distribution en position de repos.




Figure 5–29. Position de repos de la cassette de distribution

- Si l'instrument n'est pas utilisé pendant quelques heures, insérez la cassette de distribution dans sa position de repos (Figure 5–29). Voir "Arrêt" en page 67. Manipulez la cassette de distribution avec un soin extrême de sorte à ne pas endommager les tubes et les aiguilles de distribution. Ces facteurs affectent la vie utile de la cassette de distribution.



Précaution Avec les cassettes à petit tube, assurez-vous que le liquide ou le réactif ne contient aucune particule > 50 µm et que le conteneur de liquide est couvert. Évitez la poussière et les particules > 50 µm lorsque vous travaillez avec une cassette de distribution.

Nettoyage des aiguilles



Les instructions suivantes sont valides pour la *cassette de distribution à aiguille plastique à petit tube* et la *Cassette de distribution à tube standard*. Si une ou des aiguilles sont obstruées, tentez d'abord les procédures alternatives suivantes pour éliminer le blocage.



- Appuyez sur le bouton **EMPTY** pendant quelques secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton **PRIME** pendant quelques secondes.



- Placez un réservoir de liquide rempli d'eau distillée désionisée sous les aiguilles de cassette de sorte que les aiguilles soient immergées dans le liquide et appuyez sur le bouton **EMPTY**.

3. Nettoyez les aiguilles selon la procédure décrite à la suite (cassette à aiguille métallique grise uniquement). Utilisez l'outil de nettoyage fourni.



Note Pour éviter que les particules ne rentrent dans le réactif, placez le poids d'extrémité de tubulure dans un récipient distinct pendant la vidange de la tubulure.

Nettoyage des aiguilles métalliques



Les instructions de nettoyage suivantes sont uniquement valides pour la *Cassette de distribution à aiguille métallique à petit tube*.

1. Défaites les 4 vis du cache.
2. Détachez la tubulure des aiguilles et retirez le support d'aiguilles de la Cassette de distribution à aiguille métallique à petit tube (N° cat. 24073295). Évitez de toucher l'entrée de l'aiguille.
3. Remplissez la seringue de 20 ml (fournie avec la cassette) d'eau distillée désionisée, d'éthanol ou d'un autre liquide adapté.
4. Fixez la seringue avec une unité de filtre rond (fournie) puis fixez l'adaptateur rose avec la tubulure courte (fourni) sur l'unité de filtre.
5. Pressez le liquide à travers la seringue pour rincer toutes les particules de la tubulure.
6. Fixez la tubulure courte sur la sortie de l'aiguille et pressez le liquide à travers la seringue (Figure 5–30).




Figure 5–30. Pression du liquide à travers l'aiguille

7. Pour vérifier le nettoyage, retirez la tubulure de la sortie d'aiguille et fixez-la sur l'entrée. Pressez le liquide à travers

l'aiguille et observez le jet sortant de la sortie d'aiguille par le petit orifice.

8. Insérez à nouveau la tubulure sur les aiguilles et remettez le support d'aiguilles dans la cassette. Assurez-vous que la tubulure ne se torde pas. Évitez le contact avec les entrées d'aiguille.
9. Fermez le cache en serrant les quatre vis.

Autoclavage de la cassette de distribution

Les deux cassettes à petit tube peuvent être autoclavées 10 fois et la cassette à tube standard 50 fois, en fonction du réactif utilisé.

Les conditions d'autoclavage des cassettes de distribution sont les suivantes :

Pression 1 bar à 121°C pendant 20 minutes.



Avertissement Après l'autoclavage, la cassette de distribution doit refroidir au moins 2 heures à température ambiante avant son usage.

Changement de kit de tubulure

Avec la *Cassette de distribution à tube standard*, il est possible de changer le kit de tubulure selon les instructions à la suite. La bande d'aiguilles est changée en premier puis le kit de tubulure neuf est installé.

Changement de bande d'aiguilles

1. Placez la cassette de distribution sur le banc de laboratoire avec les aiguilles de distribution dirigées vers le bas.
2. Défaites les quatre vis de retenue de cache de la partie inférieure de la cassette de distribution (Figure 5–31).




Figure 5–31. Retrait de la plaque de cache de la partie inférieure de la cassette de distribution

3. Retirez la bande d'aiguilles, les fixations de tube et le reste de la tubulure de la partie inférieure de la cassette de distribution. Détachez ensuite la bande d'aiguilles de la tubulure en tirant les tubes à l'écart de la bande d'aiguilles (Figure 5–32).




Figure 5-32. Retrait de l'ancienne bande d'aiguilles

4. Remplacez la bande d'aiguilles (Figure 5-33). Les aiguilles de la bande d'aiguilles doivent être propres pour fonctionner correctement (Figure 5-34).




Figure 5-33. Bande d'aiguilles retirée





Figure 5-34. Nouvelle bande d'aiguilles

Ajustement du nouveau kit de tubulure pas à pas

1. Placez d'abord le nouveau kit de tubulure sur le banc de laboratoire avec la bande d'aiguilles fixée (Figure 5-35). Assurez-vous de disposer des huit vis d'étalonnage et du poids de tubulure PEEK du précédent kit de tubulure.



Plaque d'identification de tubulure avec numéro de lot de tube

Figure 5-35. Nouveau kit de tubulure avec bande d'aiguilles fixée

2. Retirez les quatre vis de retenue de cache sur la partie inférieure de la cassette de distribution ; les tubes avec les fixations de tube et la bande d'aiguilles avec les aiguilles ; les trois vis de retenue de cache sur la partie supérieure de la cassette de distribution ; les deux fils de limitation de tension ; les vis d'étalonnage (Figure 5–50) et les tubes avec les fixations de tube. Conservez les vis d'étalonnage et le poids de tubulure PEEK pour installation sur le nouveau kit de tubulure.
3. Insérez la bande d'aiguilles de sorte que les aiguilles traversent les orifices de la partie inférieure de la cassette de distribution (Figure 5–36). Guidez les tubes à travers les huit ouvertures dans la paroi latérale en pressant les petites fixations de tube cubiques en place (Figure 5–37). Assurez-vous que chaque tube est dans l'ouverture qui lui correspond (Figure 5–38).




Figure 5–36. Insertion de la bande d'aiguilles dans la partie inférieure de la cassette de distribution




Figure 5–37. Pression des fixations de tube en place




Figure 5–38. Nouvelle tubulure insérée dans la partie inférieure de la cassette de distribution

4. Fixez les fils de limitation de tension dans leurs logements (Figure 5–39).




Figure 5–39. Fils de limitation de tension fixés

5. Serrez les quatre vis de retenue de cache de la partie inférieure de la cassette de distribution (Figure 5–40).




Figure 5–40. Mise en place du cache de la partie inférieure de la cassette de distribution

6. Une fois la partie inférieure de la cassette de distribution ajustée, placez le reste des pièces appartenant à la partie supérieure de la cassette de distribution sur le banc de laboratoire (Figure 5–41).



Figure 5–41. Pièces appartenant à la partie supérieure de la cassette de distribution

7. Placez le regard plastique avec les rainures pointées vers le haut sur le cache du fond de la partie supérieure de la cassette de distribution, s'il n'est pas déjà en place (Figure 5–42).

Maintenance

Maintenance de cassette de distribution




Figure 5-42. Placement du regard

8. Pressez la plaque d'identification de tubulure blanche en place sur la droite du cache du fond de la partie supérieure de la cassette de distribution (Figure 5-43).




Figure 5-43. Pression de la plaque d'identification de tubulure en place

9. Pressez chaque fixation de tube en place dans sa rainure sur le regard plastique (Figure 5-44).




Figure 5-44. Pression des fixations de tube en place

10. Serrez les vis d'étalonnage de la précédente tubulure en place avec un tournevis hex (Figure 5-45).




Figure 5-45. Serrage des vis d'étalonnage

11. Insérez les fils de limitation de tension dans leurs logements de la partie supérieure de la cassette de distribution (Figure 5-46).




Figure 5-46. Vis d'étalonnage serrées

12. Remettez le cache de la partie inférieure de la cassette de distribution (Figure 5-47).




Figure 5-47. Mise en place du cache de la partie supérieure de la cassette de distribution

13. Assurez-vous que la tubulure n'est pas piégée ou tordue entre le fond et le cache supérieur de la partie supérieure de la cassette de distribution (Figure 5-48).

Maintenance

Maintenance de cassette de distribution




Figure 5-48. Vérification que la tubulure n'est pas piégée

14. Serrez les trois vis de retenue de cache de la partie supérieure de la cassette de distribution en laissant la vis avant légèrement ouverte (Figure 5-49).




Figure 5-49. Serrage des vis de retenue de cache

15. Insérez le cache de vis d'étalonnage facilement en levant ou tordant légèrement le cache supérieur (Figure 5-50).




Figure 5-50. Insertion du cache sur les vis d'étalonnage

16. Serrez la vis de retenue du cache avant (Figure 5-51).



Figure 5-51. Parties supérieure et inférieure de la cassette de distribution ajustées

17. Tournez la cassette de distribution de sorte que les huit bandes de regard soient visibles (Figure 5-52). Observez les huit bandes de regard dans la partie supérieure de la cassette de distribution. Vous remarquerez que les tubes ne sont encore étalonnés. Ouvrez d'abord le cache des vis d'étalonnage. Pour l'étalonnage préalable de la cassette de distribution, ajustez les fixations de tube dans les bandes de regard à peu près sur le milieu avec un tournevis hex (Figure 5-53).




Figure 5-52. Cassette de distribution avant étalonnage




Figure 5-53. Étalonnage préalable de la cassette de distribution

18. Lorsque les fixations de tube ont toutes été ajustées à peu près sur le milieu des bandes de regard, fermez le cache des vis d'étalonnage (Figure 5-54).

Maintenance

Maintenance de cassette de distribution




Figure 5–54. Cassette de distribution déjà étalonnées

19. Insérez les huit tubes dans le poids de tubulure PEEK à ce stade ou plus tôt (Figure 5–55). Le nouveau kit de tubulure a été correctement ajusté.




Figure 5–55. Insertion des tubes dans le poids de tubulure PEEK

20. Étalonnez la cassette de distribution selon les instructions du chapitre 6 : "*Étalonnage de la cassette de distribution*".

Chapitre 6

Étalonnage de la cassette de distribution

Vérification et nouvel étalonnage de la cassette de distribution

Vérification d'exactitude (gravimétrique)

Les instructions de vérification et de nouvel étalonnage couvrent les trois sections suivantes avec les méthodes mentionnées : vérification d'exactitude (gravimétrique), vérification de précision (photométrique) et étalonnage (gravimétrique).

La cassette de distribution a été étalonnée par le fabricant avec de l'eau distillée désionisée à $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. Il est recommandé d'étalonner à nouveau les cassettes de distribution périodiquement, selon la fréquence d'usage et les liquides utilisés. Il est recommandé d'étalonner à nouveau la cassette de distribution si vous l'oubliez dans l'instrument sous tension pendant une période prolongée. Vous devriez aussi vérifier l'étalonnage quand d'autres types de liquide que l'eau sont utilisés.

Pour la vérification d'exactitude, utilisez le tableau d'exemple (Tableau 6–9) comme modèle pour renseigner les résultats dans le tableau vide joint (Tableau 6–10) de la fiche de vérification d'exactitude.

Le facteur de conversion de volume (Z) de l'eau pour convertir les poids en volumes à différentes températures est présenté en Tableau 6–8.

La méthode gravimétrique de vérification d'exactitude vous fait peser chaque bande individuelle contenant de l'eau à distribuer par l'instrument. La balance analytique que vous utilisez devrait être bien entretenue, étalonnée avec un jeu de poids certifiés appropriés et capable de lire avec une résolution d'au moins 0,1 mg mais de préférence 0,01 mg. La méthode gravimétrique nécessite également un thermomètre qui devrait être étalonné et assurer une précision de lecture de $0,5^{\circ}\text{C}$.

Matériel et équipement nécessaires pour la vérification d'exactitude

Le matériel et l'équipement suivants sont nécessaires pour la vérification d'exactitude :

- L'instrument avec la cassette de distribution à vérifier insérée

Étalonnage de la cassette de distribution

Vérification et nouvel étalonnage de la cassette de distribution

- Balance analytique (résolution d'au moins 0,1 mg mais de préférence 0,01 mg)
- Thermomètre étalonné (précision de lecture de 0,5°C)
- Plaque à 96 puits avec microbandes 8 x 12 puits (voir Tableau 10–19 en page 106 pour une liste des plaques avec bandes compatibles)
- Gants jetables
- Eau ultrapure (eau distillée désionisée)
- Photocopie de la fiche de vérification d'exactitude de ce manuel (p. 88)

Procédure de vérification d'exactitude

1. Installez la cassette de distribution (voir "Installation de la cassette" en page 26).
2. Tirez le cache de rotor sur le rotor.
3. Assurez-vous que le récipient d'amorçage est installé.
4. Réglez les paramètres de l'instrument comme suit (voir "Paramètres de distribution" en page 38) :

Type de plaque : 96 standard (15mm)

Volume de distribution et cassette :

10 µl (cassette à petit tube)/100 µl (cassette à tube standard)

Colonnes sélectionnées : 1–10

5. Marquez et pesez chaque bande séparément à l'avance (colonne Tare). Utilisez des gants jetables pour la manipulation et la pesée des bandes. Référez-vous à Tableau 6–10.
6. Placez la plaque à 96 puits avec les 8 x microbandes à 12 puits sur le support de plaques de l'instrument.






Figure 6–56. Plaque à 96 puits avec microbandes

-  7. Utilisez de l'eau ultrapure. Appuyez sur le bouton **PRIME** jusqu'à ce que les huit canaux soient distribués en continu dans le récipient d'amorçage.
-  8. Appuyez sur le bouton **START** pour débiter la première distribution. Attendez que les 10 colonnes aient été distribuées. Répétez cette étape jusqu'à ce que la distribution se soit déroulée à 5 reprises en tout avec la cassette à petit tube (volume final par puits ~ 50 µl) ou une fois avec la cassette à tube standard (volume final par puits ~ 100 µl).
9. Pesez chaque bande distribuée (Colonne Gross) immédiatement après la distribution pour éviter l'évaporation. L'eau que vous utilisez pour la méthode gravimétrique peut être sujette à évaporation selon les conditions environnementales durant la vérification d'exactitude. Référez-vous à Tableau 6–8.
10. Calculez les poids nets des bandes distribuées (Colonne Net), le volume distribué par puits en mg (Colonne Dispensed weight per well (mg)), le volume distribué par puits en µl (Colonne Measured volume (µl)) et le pourcentage d'inexactitude (Colonne Inaccuracy %) comme dans le tableau d'exemple. Référez-vous à Tableau 6–9.
11. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi calculer le volume distribué et le pourcentage d'inexactitude moyens pour toute la plaque.
12. Selon les résultats obtenus, effectuez l'étalonnage décrit à la suite ("Vérification de précision (photométrie)" en page 89). Voir le Chapitre 7 : "*Spécifications techniques*".

Fiche de vérification d'exactitude **Date :**
Température :
Ns cassette de distribution :

Tableau 6–8. Facteur de conversion de volume

Facteur de conversion de volume d'eau (Z) avec pression de 1013 mbar	
Température d'eau °C	Facteur de conversion
16,0	1,0021
18,0	1,0025
20,0	1,0029
22,0	1,0033
24,0	1,0038
26,0	1,0043
28,0	1,0048

Tableau 6–9. Exemple de vérification d'exactitude mesurée avec une cassette à petit tube à 22°C

Canal/ Bande	Poids de bande (g)			Poids distribué pour une distribution par puits (mg)	Volume mesuré (µl)	Inexactitude %
	Tare	Brut	Net	$\frac{\text{Net bande} \times 1000}{10 \times 5}$	Poids par puits x facteur de conversion (Z)	$\frac{\text{Volume mesuré} - \text{Volume réglé}}{\text{Volume réglé}} \times 100$
A	3,8707	4,3876	0,5169	10,3383	10,37	3,72
B	3,8699	4,3832	0,5133	10,2667	10,30	3,01
C	3,8623	4,3752	0,5129	10,2583	10,29	2,92
D	3,8643	4,3925	0,5282	10,5633	10,60	5,98
E	3,8635	4,3848	0,5213	10,4250	10,46	4,59
F	3,8717	4,3911	0,5194	10,3883	10,42	4,23
G	3,8718	4,3861	0,5143	10,2850	10,32	3,19
H	3,8722	4,3972	0,5250	10,5000	10,53	5,35
Moyenne (Plaque complète /Moyenne des canaux A – H)					10,41	4,12

Tableau 6–10. Résultats de vérification d'exactitude

Canal/ Bande	Poids de bande (g)			Poids distribué pour une distribution par puits (mg)	Volume mesuré (µl)	Inexactitude %
	Tare	Brut	Net	$\frac{\text{Net bande} \times 1000}{10 \times 5}$ (cassette petite)/ 10×1 (cassette standard)	Poids par puits x facteur de conversion (Z)	(Volume mesuré – Volume réglé) x 100 / Volume réglé
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						
H						
Moyenne (Plaque complète /Moyenne des canaux A – H)						

Vérification de précision (photométrie)

Cette section décrit le matériel et les étapes nécessaires pour une vérification de précision.

Matériel et équipement nécessaires pour la vérification de précision

Le matériel et l'équipement suivants sont nécessaires pour la vérification de précision :

- Photomètre à microplaque réglé pour la mesure d'absorbance à 540 nm (plage de mesure 0–2 Abs, résolution 0,001 Abs)
- Deux plaque à 96 puits par exemple 96 puits NUNC 96F Non-traitée sans couvercle (N° cat. 260836)
- Réactif Ponceau S (Produit BDH # 341362T ou équivalent) ; il vous faudra des solutions de base à 0,4% et 0,08% (cassette à petit tube)/0,04% et 0,008% (cassette à tube standard) (absorbance d'environ 1 à 540 nm) (voir Tableau 6–11). Utilisez un réactif filtré et de préférence frais.



Note Avec les cassettes à petit tube, assurez-vous que le liquide distribué ne contient pas de particules > 50 µm.

- Une solution v/v à 0,02% de Tween (Fluka® ou équivalent) dans de l'eau distillée désionisée

Procédure de vérification de précision

Effectuez la procédure suivante avec deux volumes de test de 2 µl et 10 µl (cassette à petit tube)/20 µl et 100 µl (cassette à tube standard) (Tableau 6–11).

Tableau 6–11. Données de procédure de vérification de précision

Type de cassette	Concentration de solution de base Ponceau S (p/v)	Solution de base Ponceau S Volume distribué par puits	Tween (0,02% v/v) Volume distribué par puits
Cassette à petit tube	0,4%	2 µl	200 µl
	0,08%	10 µl	190 µl
Cassette à tube standard	0,04%	20 µl	180 µl
	0,008%	100 µl	100 µl

1. Installez la cassette de distribution en position de travail de sorte que les parties supérieure et inférieure de la cassette de distribution soient insérées dans leurs logements.
2. Tirez le cache de rotor sur le rotor.
3. Assurez-vous que le récipient d'amorçage est installé.
4. Réglez l'instrument pour administrer la solution Ponceau S en insérant les huit tubes de canal dans le premier des deux récipients de solution de base Ponceau S.
5. Réglez l'instrument pour administrer le premier volume de Ponceau S. Sélectionnez la plaque standard à 96 puits (15mm).
6. Appuyez sur le bouton **PRIME** pour débiter la pré-distribution des tubes.
7. Insérez la première plaque à 96 puits vide (Microplaque A) dans le support de plaques. Distribuez le premier volume dans chaque puits de la plaque.
8. Videz la tubulure de la première solution de base et insérez les huit tubes à canal dans le second récipient de solution de base Ponceau S.



Prime

9. Réglez l'instrument pour administrer le second volume de Ponceau S. Appuyez sur le bouton **PRIME** pour débiter la pré-distribution des tubes. Insérez la seconde plaque à 96 puits vide (Microplaque B) dans le support de plaques. Distribuez le second volume dans chaque puits de la plaque (Tableau 6–12).
10. Pré-distribuez l'instrument avec le Tween (0,02% v/v). Distribuez la solution Tween dans chaque puits des deux microplaques. Pour cette étape, utilisez la vitesse de distribution *Low* afin de réduire le moussage. Distribuez le volume approprié selon le Tableau 6–11. Notez que le volume maximum avec la cassette à petit tube est de 50 µl. Vous devez distribuer les aliquotes appropriées à plusieurs reprises. Si vous utilisez la cassette à tube standard, vous pouvez distribuer tout le volume en une seule fois.
11. Agitez la plaque pendant 15 secondes avant la mesure dans le lecteur de microplaque ou l'instrument. Mesurez Abs_{test} , l'absorbance de chaque puits à 540 nm, dans les deux microplaques avec un photomètre à microplaque pour une plage de mesure de 0 à 2 Abs et une résolution de 0,001 Abs. Joignez un tableau des valeurs Abs_{test} au Tableau 6–12.
12. Calculez l'absorbance moyenne pour chacune des deux microplaques :
$$Abs_{moy} = \text{absorbance moyenne de chaque puits} = \sum Abs_{test} \div 96$$
13. Consignez la valeur Abs_{moy} pour chacune des deux microplaques dans le Tableau 6–12.
14. Calculez les résultats de déviation standard obtenus pour chaque microplaque à l'aide de l'équation suivant ou de la fonction STDEVP de Microsoft® Excel® ou encore la fonction σ d'une calculatrice scientifique et consignez les résultats dans le Tableau 6–12.
$$\text{Déviation standard} = \sqrt{((\sum (Abs_{test} - Abs_{moy})^2) / 96)}$$
15. Calculez le coefficient de variation, CV%, pour la déviation standard obtenue pour chaque microplaque et consignez les résultats dans le Tableau 6–12. Comparez les valeurs CV% avec les critères du Tableau 6–11.

$$CV\% = (\text{Déviation standard } Abs_{test} / Abs_{moy}) \times 100$$

Tableau 6–12. Données de test photométrique

	Microplaque A : Volume 1	Microplaque B : Volume 2
Volume de distribution réglé	µl	µl
Absorbance moyenne /puits (Abs_{moy}) :		
Déviati on standard (SD) des valeurs Ab_{test} :		
$CV\% = (DS\ Ab_{test} / Abs_{moy}) \times 100$:		

Étalonnage Si nécessaire, l'étalonnage est exécuté après avoir effectué la vérification d'exactitude décrite auparavant.



Note Il est recommandé de laisser la cassette de distribution au repos un minimum de 10 heures avant d'étalonner à nouveau selon le réactif utilisé.

Matériel et équipement nécessaires pour l'étalonnage

Le matériel et l'équipement suivants sont nécessaires pour l'étalonnage :

- L'instrument avec la cassette de distribution à vérifier insérée
- Balance analytique (résolution d'au moins 0,1 mg mais de préférence 0,01 mg)
- Thermomètre étalonné (précision de lecture de 0,5°C)
- Plaque à 96 puits avec 8 x microbandes à 12 puits (bandes incluant 12 puits, voir le Chapitre "Informations de commande" en page 105)
- Gants jetables
- Eau ultrapure (eau distillée désionisée)

Procédure d'étalonnage

1. Installez la cassette de distribution (Figure 6–57).



Figure 6–57. Cassette de distribution correctement installée

2. Tirez le cache de rotor sur le rotor.



Figure 6–58. Traction du cache de rotor sur le rotor



Note Ne mettez pas vos doigts sous le cache de rotor si l'instrument est en marche.

3. Si vous utilisez le Multidrop Combi SMART+ avec une cassette SMART+ installée, la fenêtre des données d'étalonnage s'affiche et les données d'étalonnage sont visibles.



Appuyez sur le bouton **OK** ou **STOP** pour désactiver la fenêtre de données d'étalonnage.

4. Assurez-vous que le récipient d'amorçage est installé.
5. Réglez les paramètres de l'instrument comme suit (voir "Paramètres de distribution" en page 38) :

Étalonnage de la cassette de distribution

Vérification et nouvel étalonnage de la cassette de distribution

Type de plaque : 96 standard (15mm)

Volume de distribution et cassette :

10 µl (cassette à petit tube)/100 µl (cassette à tube standard)

Colonnes sélectionnées : 1–10

6. Ouvrez le cache des vis d'étalonnage (Figure 6–60) sur la partie supérieure de la cassette.




Figure 6–59. Cache de vis d'étalonnage ouvert

7. Utilisez de l'eau ultrapure. Placez le tube du canal A (Figure 11–62 en page 111) dans le réservoir avec de l'eau à température ambiante (température de service).



8. Appuyez sur le bouton **PRIME** jusqu'à ce que le canal soit distribué en continu dans le récipient d'amorçage.

9. Effectuez la tare à 0 d'une balance analytique avec 1 x microbande à 12 puits vide et sèche. Utilisez des gants jetables pour la manipulation et la pesée des bandes.

10. Placez la microbande dans le châssis de microplaque sur la ligne correspondant au canal à étalonner à nouveau (de A à H).



11. Appuyez sur le bouton **START** pour débuter la distribution.

12. Pesez la microbande remplie (Figure 6–60). La balance devrait indiquer maintenant 100 mg ± 5 mg (cassette à petit tube)/1000 mg ± 20 mg (cassette à tube standard).




Figure 6–60. Retrait de la microbande à peser

13. Si la balance indique < 100 mg (cassette à petit tube)/ < 1000 mg (cassette à tube standard), tournez la vis d'étalonnage dans le sens antihoraire, un tour correspondant à environ $0,1 \mu\text{l}$ (cassette à petit tube)/ $1 \mu\text{l}$ (cassette à tube standard). Si la balance indique > 100 mg, tournez dans le sens opposé (Figure 6–61). Revérifiez le résultat après chaque ajustement selon les étapes 8 à 10. Trois étalonnages acceptables doivent être obtenus.




Figure 6–61. Serrage d'une vis d'étalonnage selon les résultats de l'étalonnage


14. Faites de même avec chaque canal jusqu'à ce que les huit canaux soient étalonnés à nouveau et fermez le cache des vis d'étalonnage.
15. Si vous utilisez le Multidrop Combi SMART+ avec une cassette SMART+ installée, continuez pour régler la date d'étalonnage.



Sélectionnez **Volume Calibration > Gravimetric > OK.**

Étalonnage de la cassette de distribution

Vérification et nouvel étalonnage de la cassette de distribution



Utilisez les touches fléchées **GAUCHE** et **DROITE** pour sélectionner le jour, le mois et l'année.



Utilisez les touches fléchées **HAUT** et **BAS** pour saisir la date d'étalonnage en temps réel.



Appuyez sur **OK**.

La cassette contient désormais la nouvelle date d'étalonnage. **Since last calibration** indique 0% mais le champ **Total usage** reste inchangé et est systématiquement additionné.

Chapitre 7

Mise au rebut

Suivez les instructions de ce chapitre pour la mise au rebut des matériaux, des cassettes et de l'instrument lui-même.

Mise au rebut des matériaux

Respectez les procédures spécifiques au laboratoire et au pays pour la mise au rebut des déchets biologiques et radioactifs. Référez-vous à la réglementation locale pour la mise au rebut des substances infectieuses.



Avertissement Les échantillons sont potentiellement infectieux. Mettez au rebut tous les matériaux selon les bonnes pratiques de laboratoire comme des déchets biologiques.

Mise au rebut de la cassette de distribution

Mettez au rebut la cassette de distribution selon la législation édictée par les autorités locales concernant la reprise des matériaux susmentionnés. Les propositions de procédures varient selon le pays.



Avertissement La cassette de distribution peut contenir des déchets biologiques selon son usage. Notamment : PEEK, silicone, acier inox, PA (polyamide) et PP (polypropylène).

Mise au rebut de l'instrument



Si l'instrument doit être mis au rebut, procédez selon les consignes suivantes.

Avertissement Décontaminez l'instrument avant sa mise au rebut. Voir "Procédure de décontamination" en page 71.

Respectez les procédures spécifiques au laboratoire et au pays pour la mise au rebut des déchets biologiques et radioactifs.

Mise au rebut

Mise au rebut de l'instrument



Mettez au rebut l'instrument selon la législation édictée par les autorités locales concernant la reprise des déchets et équipements électroniques. Les propositions de procédures varient selon le pays.

Degré de pollution

2

Méthode de mise au rebut

Déchet électronique
Déchet contaminé
(Déchet infectieux)

Pour l'emballage d'origine et les matériaux d'emballage, rendez-vous à la déchetterie locale.

Pour en savoir plus, contactez votre représentant Thermo Fisher Scientific local.

Chapitre 8

Spécifications techniques

Spécifications générales

Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de modifier toute spécification sans préavis dans le cadre de notre programme développement continu des produits.

Tableau 8–13. Spécifications générales du Multidrop Combi+ et du Multidrop Combi SMART+

Spécifications générales					
Dimensions hors tout	355 mm (14 in.) (L) x 330 mm (12,9 in.) (P) x 220 mm (8,6 in.) (H)				
Poids (total)	<table border="0"> <tr> <td>Instrument</td> <td>Cassette de distribution</td> </tr> <tr> <td>9,1 kg (20,1 lbs.)</td> <td>128 g (0,3 lb.)</td> </tr> </table>	Instrument	Cassette de distribution	9,1 kg (20,1 lbs.)	128 g (0,3 lb.)
Instrument	Cassette de distribution				
9,1 kg (20,1 lbs.)	128 g (0,3 lb.)				
Alimentation secteur	100–240 Vca, 50/60 Hz, nominale (plage de service 90–256 Vca)				
Consommation électrique	100 VA max.				
Dissipation thermique	341 BTU max.				
Fusibles	sans				
Conditions de service (usage intérieur)	+10°C à +40°C ; humidité relative maximum 80% pour des températures atteignant 31°C diminuant linéairement à 50% d'humidité relative à 40°C. Usage à l'intérieur uniquement.				
Conditions de transport	-40°C à +70°C, conditionné dans l'emballage de transport				
Conditions de stockage	-25°C à +50°C, conditionné dans l'emballage de transport				
Conditions d'autoclavage de la cassette de distribution et du récipient d'amorçage	pression : 1 bar température : 121°C temps : 20 min autoclavages : 10 fois (cassette à petit tube)/ 50 fois (cassette à tube standard)				
Panneau de commande	Touches : touches fléchées, OK , START , STOP , PRIME , EMPTY et SHAKE				
Interface	Série RS-232C, USB 2.0				
Cassette de distribution à petit tube					
Volume de distribution	0,5–50 µl par incréments de 0,5 µl				

Spécifications générales

Vitesse de distribution	6 s/1 µl dans 384 puits
	9 s/5 µl dans 384 puits
	13 s/10 µl dans 384 puits
	21 s/20 µl dans 384 puits
	45 s/50 µl dans 384 puits
	15 s/1 µl dans 1536 puits
	28 s/5 µl dans 1536 puits
Exactitude de distribution *	2 µl : ± 10%
	10 µl : ± 5%

Précision de distribution *	2 µl : CV ≤ 5%
	10 µl : CV ≤ 3%

Cassette de distribution à tube standard

Volume de distribution	5-2500 µl par incréments de 5 µl
------------------------	----------------------------------

Vitesse de distribution	5 s/10 µl dans 96 puits	6 s/5 µl dans 384 puits
	5 s/20 µl dans 96 puits	7 s/10 µl dans 384 puits
	10 s/100 µl dans 96 puits	10 s/20 µl dans 384 puits
	23 s/300 µl dans 96 puits	

Exactitude de distribution *	20 µl : ± 2%
	100 µl : ± 1%

Précision de distribution *	20 µl : CV ≤ 1,5%
	100 µl : CV ≤ 1%

* La précision et l'exactitude de distribution sont valides à 22°C ± 2°C avec de l'eau distillée désionisée.

Tableau 8–14. Spécifications de transducteur RF du Multidrop Combi SMART+


Lecteur RFID

Description	Module RFID 9CD 3.0 avec interface RS232	
Fréquence	13,56 MHz	Fréquence
Modulation	ASK	
Puissance de transmission	65,52 dBµV/m à 3m	
Antenne	L'antenne ATH consiste en une carte de circuits imprimés (ATH). Elle est dépourvue de boîtier. La taille de la boucle d'antenne sur la carte est de 29 x 29mm et elle dispose de 9 spires de fil.	
Tension d'alimentation	10-30VCC	

Télécommande de l'instrument

L'instrument peut être utilisé dans le cadre d'un système d'automatisation.

Lorsque l'instrument est en mode distant, la vue est la suivante. Pour en savoir plus, référez-vous au document *Thermo Scientific Multidrop Combi+ and Multidrop Combi SMART+ Remote Control Command Sets* (N° cat. 100110379). Contactez votre représentant Thermo Fisher Scientific local pour obtenir ce document.



L'instrument offre deux interfaces d'ordinateur alternatives : RS232 et USB.




Note Il est recommandé d'utiliser l'USB pour améliorer la fiabilité du trafic dans les applications robotiques.

L'interface à utiliser est sélectionnée dans l'interface utilisateur de l'instrument. Voir "Interface d'ordinateur" en page 62.



Il est possible de désactiver le mode distant en appuyant sur le bouton **STOP** de l'instrument.

Le menu **Principal** s'affiche.



Chapitre 9

Guide de dépannage



Note N'utilisez pas l'instrument s'il semble dysfonctionner.


Codes d'erreur et d'avertissement

Si une erreur est détectée, l'opération en cours est interrompue. Après une erreur, il est préférable d'abandonner l'exécution en cours et de redémarrer depuis le début une fois le problème corrigé. Le logiciel interne de l'instrument comporte les messages d'erreur suivants (Tableau 9–15).


Tableau 9–15. Messages d'erreur signalés

Code	Erreur	Cause	Action
4	Erreur de position de pompe.	La pompe péristaltique n'arrive pas à tourner	Mettez hors puis sous tension (ou contactez l'entretien).
5	Erreur de position X de la plaque.	Le support de plaques ne bouge pas	Mettez hors puis sous tension (ou contactez l'entretien).
6	Erreur de position Y de la plaque.	Le support de plaques ne bouge pas	Mettez hors puis sous tension (ou contactez l'entretien).
7	Erreur de position de Z.	Le mécanisme de levage de pompe ne bouge pas	Mettez hors puis sous tension (ou contactez l'entretien).
11	Plus de mémoire pour le stockage des données utilisateur.	Trop de protocoles enregistrés	Supprimez les protocoles qui ne sont pas en usage.
14	Distribution impossible si la pompe n'est pas amorcée.	Aucune pré-distribution	Appuyez sur le bouton PRIME .
15	Réceptacle d'amorçage manquant.	Réceptacle d'amorçage manquant	Insérez le réceptacle d'amorçage.
16	Écran de rotor pas en place.	Cache de rotor pas en place	Tirez le cache de rotor sur la pompe.


Des exemples de quelques *messages d'erreur* du logiciel interne s'affichant dans la vue de l'instrument sont indiqués à la suite.



Appuyez sur **OK** pour accepter l'erreur puis appuyez sur **PRIME**.




Appuyez sur **OK** pour accepter l'erreur puis insérez le récipient d'amorçage.



Appuyez sur **OK** pour accepter l'erreur puis tirez le cache de rotor sur le rotor.

Un exemple de *message d'avertissement* s'affichant dans la vue de l'instrument est indiqué à la suite.



Appuyez sur **OK** pour accepter l'avertissement et continuer la distribution ou appuyez sur **STOP** pour annuler puis sélectionnez à nouveau le volume de distribution.

Chapitre 10

Informations de commande

Contactez votre représentant Thermo Fisher Scientific local pour les informations de commande et d'entretien.

Instrument

Tableau 10–16. Numéro de catalogue de l'instrument

Code	Instrument / Système
5840330	Multidrop Combi+, 100–240 V, 50/60 Hz
5840340	Multidrop Combi SMART+, 100–240 V, 50/60 Hz

Cassettes de distribution

Tableau 10–17. Codes des cassettes de distribution

Code	Élément
CASSETTES DE DISTRIBUTION À TUBE STANDARD (pour volumes 5 µl – 2500 µl)	
24072670	Cassette de distribution à tube standard
24072671	Cassette de distribution à tube standard - pack de 5
24072672	Cassette de distribution à tube standard - pack de 10
24072677	Cassette de distribution à tube standard long (longueur de tubulure 200 cm)
CASSETTES DE DISTRIBUTION À PETIT TUBE (pour volumes 0,5 µl – 50 µl)	
24073290	Cassette de distribution à aiguilles plastiques à petit tube
24073291	Cassette de distribution à aiguilles plastiques à petit tube - pack de 5
24073295	Cassette de distribution à aiguilles métalliques à petit tube
24073296	Cassette de distribution à aiguilles métalliques à petit tube - pack de 5
24073293	Cassette de distribution à aiguilles plastiques à petit tube long (longueur de tubulure 200 cm)
24073298	Cassette de distribution à aiguilles métalliques à petit tube long (longueur de tubulure 200 cm)
CASSETTES DE DISTRIBUTION SMART+ POUR INSTRUMENTS MULTIDROP COMBI SMART+	
N22700	Cassette de distribution à aiguilles plastiques à petit tube SMART+
N22702	Cassette de distribution à aiguilles métalliques à petit tube SMART+
N22704	Cassette de distribution à tube standard SMART+
N22706	Cassette de distribution à tube standard long (longueur de tubulure 200 cm) SMART+

Code	Élément
KITS DE TUBULURE (pour cassettes de distribution à tube standard)	
24070290	Kit de tubulure pour cassette de distribution (longueur de tubulure 40 cm)
24070297	Kit de tubulure long pour cassette de distribution à tube standard (longueur de tubulure 200 cm)
ACCESSOIRES ASSOCIÉS AUX CASSETTES DE DISTRIBUTION POUR CASSETTE DE DISTRIBUTION À TUBE STANDARD	
1046200	Collecteur d'aiguille de tubulure
N12928	Filtre à réactif, cassette à 8 tubes petits
N12929	Filtre à réactif, cassette à petit tube long
N13131	Filtre à réactif, cassette à 8 tubes petits - pack de 5
N13132	Filtre à réactif, cassette à petit tube long - pack de 5
N06118	Poids de tubulure standard
N06119	Poids de petite tubulure

Liste des accessoires

Tableau 10–18. Codes pour les accessoires

Code	Élément
N08336	Récepteur d'amorçage, bleu
N05843	Capuchon et assemblage de tube de récepteur d'amorçage
1210550	Cordon secteur EURO
1210520	Cordon secteur UL/CSA
2305290	Câble série F9/F25
N04001	Câble de dispositif USB A-B
030003	Outil Clé Allen 3mm DIN911 manuelle

Liste de plaques de bande pour étalonnage

Ce tableau liste les plaques de bande utilisables durant l'étalonnage (une bande inclut 12 puits).

Tableau 10–19. Plaques de bande pour étalonnage

Code	Lien vers article
473709	https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/473709
6310	https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/6310
473717	https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/473717
6309	https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/6309
6405	https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/6405

Chapitre 11

Questions fréquentes

Q&R

Q : Combien de fois les cassettes de distribution peuvent-elles être autoclavées ?

R : Les cassettes de distribution à tube standard 50 fois et les cassettes de distribution à petit tube 10 fois.

Q : Les cassettes de distribution SMART+ peuvent-elles être autoclavées ?

R : Oui. Autant de fois que les cassettes sans balise RFID.

Q : Quelles sont les conditions d'autoclavage des cassettes de distribution ?

R : Les conditions d'autoclavage sont les suivantes : Pression 1 bar à 121°C pendant 20 minutes.

Q : Quel est le volume mort des cassettes de distribution avec une tubulure de 40 cm ?

R : Le volume mort approche 1,0 ml avec les cassettes de distribution à petit tube. Cependant, le volume mort est < 7 ml avec les cassettes de distribution à tube standard. Note : il est possible de vidanger le réactif dans le réservoir d'origine pour éviter le gaspillage d'un réactif coûteux.

Q : La cassette de distribution inclut-elle un certificat d'étalonnage ?

R : Oui. Toutes les cassettes de distribution incluent un rapport d'étalonnage en usine.

Q : Quel est le liquide recommandé pour le lavage des cassettes de distribution ?

R : Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée désionisée ou des solutions de détergent, par exemple Tween à 0,2–1% suivie d'eau distillée désionisée.

Q : Quand faut-il étalonner les cassettes de distribution ?

R : Il est recommandé d'étalonner à nouveau les cassettes de distribution périodiquement, selon la fréquence d'usage et les liquides utilisés.

Q : Les cassettes de distribution peuvent-elles être étalonnées à nouveau ?

R : Oui. C'est possible.

Q : Quel est le diamètre intérieur des aiguilles des cassettes de distribution ?

R : La cassette de distribution à aiguilles métalliques ou plastiques à petit tube présente un diamètre intérieur d'aiguille de 0,22 mm.

La cassette de distribution à tube standard présente un diamètre intérieur d'aiguille de 0,5 mm.

Q : Les particules dans le réactif affectent-elles la distribution ?

R : C'est possible. Il est recommandé de s'assurer de l'absence de particules > 50 µm dans le réactif pour éviter tout blocage des aiguilles, spécialement pour travailler avec des cassettes de distribution à petit tube.

Q : Quels sont les matériaux qui entrent en contact avec les liquides à distribuer ?

R : La cassette de distribution à aiguilles plastiques à petit tube et la cassette de distribution à tube standard sont composées de : PEEK, silicone et PP (polypropylène).

La cassette de distribution à aiguilles métalliques à petit tube est composée de : PEEK, silicone, rubis et acier inox.

Q : Que devriez-vous faire si le liquide mousse durant la distribution ?

R : Certains liquides moussent plus que d'autres. Une option consiste à réduire la vitesse du rotor de pompe. Trois vitesses de distribution sont disponibles : *High*, *Medium* et *Low*.

Q : Avez-vous besoin d'adaptateurs de plaque spécifiques pour l'instrument ?

R : Non. L'instrument dispose d'un adaptateur de plaque fixe et n'a besoin d'aucun adaptateur de plaque externe.

Q : Quel est le matériau du récipient d'amorçage ?

R : Le récipient d'amorçage est en polypropylène (PP) bleu.

Q : Le récipient d'amorçage est-il autoclavable ?

R : Oui. Il peut être autoclavé.

Q : Où se trouve le numéro de version du logiciel interne de l'instrument ?

R : Lors de la mise sous tension de l'instrument, le numéro de version s'affiche en bas de l'écran uniquement durant l'animation du démarrage.

Q : Les cassettes de distribution SMART+ avec balise RFID peuvent-elles être utilisées avec le Multidrop Combi+ standard ?

R : Oui mais les données d'étalonnage ne peuvent alors pas être affichées et les informations relatives à la cassette ne sont pas mises à jour.

Q : Les cassettes de distribution sans balise SMART peuvent-elles être utilisées avec le Multidrop Combi SMART+ ?

R : Oui mais aucune information SMART n'est affichée.

Q : Quelle est la longueur de tubulure des cassettes de distribution à tube standard et des cassettes de distribution à petit tube ?

R : La tubulure est longue de 40 cm.

Q : Quelle est la longueur de tubulure des cassettes de distribution à tube standard long et des cassettes de distribution à petit tube long ?

R : La tubulure est longue de 200 cm.

Q : Existe-t-il un kit de tubulure ou une bande d'aiguilles pour la cassette de distribution à tube standard ?

R : Oui. Voir Informations de commande en page 105.

Q : Existe-t-il un kit de tubulure ou une bande d'aiguilles pour la cassette de distribution à petit tube ?

R : Non.







Annexe A

Instructions de distribution de plaque à 6–48 puits








Distribution dans une plaque à 6, 12, 24 ou 48 puits

Pour une distribution dans une plaque à 6, 12, 24 ou 48 puits, laissez quelques canaux vides de liquide et sélectionnez uniquement quelques colonnes.

Distribution dans une plaque à 6, 12, 24 ou 48 puits :

-  Mettez l'instrument sous tension.
-  Insérez la bonne cassette de distribution et le récipient d'amorçage. Fermez le cache de rotor.
-  Assurez-vous d'être dans le menu **Principal**.
-  Sélectionnez **96** comme type de plaque (voir "Type de plaque" en page 39) et insérez la plaque à 6, 12, 24 ou 48 puits.
-  Activez le réglage **6 – 48 well plate** dans le menu **Réglages** (voir "Plaque à 6 – 48 puits" en page 54).
-  Retirez manuellement du poids de tubulure les tubes des canaux que vous laissez vides. Conservez les tubes retirés hors de la bouteille de réactif pendant la distribution.

Pour en savoir plus sur les réglages de canaux (Figure 11–62), voir les sections à la suite.

7.  Sélectionnez d'abord le type de cassette puis le volume de distribution.
8.  Sélectionnez les colonnes. Pour en savoir plus sur les réglages de colonne, voir les sections à la suite.
9.  Placez le poids de tubulure dans le récipient de réactif et appuyez sur le bouton **PRIME** jusqu'à ce que les tubes soient complètement remplis.
10.  Appuyez sur le bouton **START** pour débiter le protocole. L'instrument commence alors la distribution du réactif dans la plaque.
11.  Lorsque la distribution est terminée, appuyez sur le bouton **EMPTY** pour vider les tubes de distribution. Assurez-vous de nettoyer la cassette correctement.
12.  Durant les périodes prolongées en mode veille, conservez la cassette en position de repos.
Retirez la cassette lorsque vous avez distribué le nombre maximum de fois recommandé pour le type de plaque spécifique ou quand vous voulez changer de type de cassette.
13.  Mettez l'instrument hors tension.




Figure 11–62. Ordre des tubes dans la cassette de distribution

Pour en savoir plus sur les réglages de tubulure, voir les sections à la suite pour les réglages de plaque à plaque à 6, 12, 24 ou 48 puits.

Réglages de plaque à 6 puits

Sélectionnez d'abord une plaque à 96 puits d'une hauteur appropriée. Voir Tableau 4–3.




Figure A–63. Colonnes et canaux pour configuration de plaque à 6 puits

Tableau A–20. Réglages de canaux et colonnes pour une plaque à 6 puits

Cassette de distribution : Réglages de canaux		Instrument : Réglages de colonnes	
Chaîne	Tube dans poids de tubulure	Colonne	Sélection
A	retiré	1	désélectionné
B	en place	2	sélectionné
C	retiré	3	désélectionné
D	retiré	4	désélectionné
E	retiré	5	désélectionné
F	en place	6	sélectionné
G	retiré	7	désélectionné
H	retiré	8	désélectionné
		9	désélectionné
		10	désélectionné
		11	sélectionné
		12	désélectionné

ATTENTION
Rotating mechanism.
Close the rotcr
cover before use.
Release the tubings
after use.

TUBINGS
D C B A
● ● ● ●
● ● ● ●
H G F E

N05913-01

Réglages de plaque à 12 puits

Sélectionnez d'abord une plaque à 96 puits d'une hauteur appropriée. Voir Tableau 4–3.




Figure A–64. Colonnes et canaux pour configuration de plaque à 12 puits

Tableau A–21. Réglages de canaux et colonnes pour une plaque à 12 puits

Cassette de distribution : Réglages de canaux		Instrument : Réglages de colonnes	
Chaîne	Tube dans poids de tubulure	Colonne	Sélection
A	retiré	1	désélectionné
B	en place	2	sélectionné
C	retiré	3	désélectionné
D	en place	4	désélectionné
E	retiré	5	sélectionné
F	retiré	6	désélectionné
G	en place	7	désélectionné
H	retiré	8	sélectionné
		9	désélectionné
		10	désélectionné
		11	sélectionné
		12	désélectionné

ATTENTION
Rotating mechanism. Close the rotor cover before use. Release the tubings after use.

TUBINGS
D C B A
● ● ● ●
● ● ● ●
H G F E

N05913-01

Réglages de plaque à 24 puits

Sélectionnez d'abord une plaque à 96 puits d'une hauteur appropriée. Voir Tableau 4–3.




Figure A–65. Colonnes et canaux pour configuration de plaque à 24 puits

Tableau A–22. Réglages de canaux et colonnes pour une plaque à 24 puits

Cassette de distribution : Réglages de canaux		Instrument : Réglages de colonnes	
Chaîne	Tube dans poids de tubulure	Colonne	Sélection
A	en place	1	sélectionné
B	retiré	2	désélectionné
C	en place	3	sélectionné
D	retiré	4	désélectionné
E	retiré	5	sélectionné
F	en place	6	désélectionné
G	retiré	7	désélectionné
H	en place	8	sélectionné
		9	désélectionné
		10	sélectionné
		11	désélectionné
		12	sélectionné

ATTENTION
Rotating mechanism.
Close the rotcr
cover before use.
Release the tubings
after use.

TUBINGS
D C B A
● ● ● ●
● ● ● ●
H G F E

N05913-01

Réglages de plaque à 48 puits

Sélectionnez d'abord une plaque à 96 puits d'une hauteur appropriée. Voir Tableau 4–3.




Figure A–66. Colonnes et canaux pour configuration de plaque à 48 puits

Tableau A–23. Réglages de canaux et colonnes pour une plaque à 48 puits

Cassette de distribution : Réglages de canaux		Instrument : Réglages de colonnes	
Chaîne	Tube dans poids de tubulure	Colonne	Sélection
A	en place	1	sélectionné
B	en place	2	désélectionné
C	retiré	3	sélectionné
D	en place	4	sélectionné
E	en place	5	désélectionné
F	retiré	6	sélectionné
G	en place	7	sélectionné
H	en place	8	désélectionné
		9	sélectionné
		10	sélectionné
		11	désélectionné
		12	sélectionné

ATTENTION
Rotating mechanism.
Close the rotor
cover before use.
Release the tubings
after use.

TUBINGS
D C B A
● ● ● ●
● ● ● ●
H G F E

N05913-01

Annexe B

Certificat de décontamination

Pour assurer la sécurité de vos collègues, du personnel de transport, des employés de Thermo Fisher Scientific et de quiconque manipule des éléments retournés (ex. instruments, pièces d'instrument, accessoires, emballage réutilisable), il est essentiel que tout contaminant potentiel auquel l'article a été exposé soit identifié et correctement décontaminé. Avant de retourner un quelconque élément à l'usine Thermo Fisher Scientific ou à un centre de recyclage DEEE contractuel (pour réparation, maintenance, échange, prêt ou mise au rebut), ce formulaire doit être renseigné complètement et signé par le client, avec une copie jointe à l'extérieur de l'emballage de transport et une autre copie incluse avec l'élément. De même, avant toute activité d'entretien d'un instrument, ce formulaire doit être renseigné complètement, signé par le client et remis à la personne de contact de Thermo Fisher Scientific.

Identification	
Modèle :	Numéro de série de base :
Description :	Numéro de série de bloc (le cas échéant) :
Raison de retour /entretien :	
Numéro RMA ou RA (si nécessaire) :	
Lieu de collecte	
Nom de société :	
Adresse de société :	
Salle/Service :	
Ville/Rue/CP :	
Nom /Numéro de contact :	
Nom /Numéro de contact alternatif :	

Contaminants potentiels	
MATERIAUX RADIOACTIFS Cet élément a-t-il été exposé à des matériaux radioactifs ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Si OUI, veuillez identifier les isotopes radioactifs :
AGENTS BIOLOGIQUES : Cet élément a-t-il été exposé à des agents biologiques ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Si OUI, veuillez indiquer le ou les agents biologiques viables, leurs groupes de risque et le niveau/catégorie de biosécurité de leur conteneur :
PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX : Cet élément a-t-il été exposé à des produits chimiques très toxiques (en quantités nocives pour le contact humain), cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisant ou pas encore complètement testés ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Si OUI, veuillez identifier les produits chimiques dangereux :

Décontamination (Référez-vous au Manuel utilisateur et à la page 2 de ce formulaire pour des instructions spéciales)
Si vous avez répondu OUI à l'une quelconque des questions précédentes relatives aux contaminants, décrivez les procédures employées pour décontaminer l'élément (joignez des feuilles additionnelles si nécessaire) pour les contaminants biologiques, radioactifs ou autrement dangereux en incluant également les résultats du levé radiométrique, le cas échéant, indiquant les niveaux égaux ou inférieurs au niveau naturel local : (ou, aux États-Unis seulement, pour les travaux d'entretien excluant tout transport, aux niveaux indiqués comme étant propres ou sécurisés énoncés dans le Permis de matériaux radioactifs du site agréé par les autorités du client)

Constat	
Le client comprend et convient que la décontamination est cruciale à des fins d'hygiène et de sécurité et que le fait de remplir scrupuleusement ce certificat est essentiel. Le client reconnaît qu'il a éliminé tous les types d'agents biologiques, de produits chimiques non-dangereux, de produits chimiques dangereux et de matériaux radioactifs des éléments et qu'il a effectué toutes les procédures de décontamination décrites dans ce certificat et complété ce certificat exactement, honnêtement et intégralement. Le client assume ici toute la responsabilité et s'engage à exonérer et protéger Thermo Fisher Scientific envers tout dommage ou blessure de quelque genre que ce soit subi par Thermo Fisher Scientific, ses employés, ses sous-traitants ou ses agents en résultante, directement ou indirectement, du manquement du client à ces déclarations et garantie. Le client accepte que Thermo Fisher Scientific n'a aucune obligation de réparation ou d'entretien pas plus que de transport d'un quelconque produit si ce certificat n'est pas complété intégralement.	

Nom :	Signature :
Société :	Date :
Téléphone :	E-mail :

Exception : Si l'instrument a été envoyé par erreur ou est arrivé endommagé et n'est PAS OUVERT		
Ce formulaire peut être complété et retourné par le personnel interne de Thermo Fisher qui peut attester du fait que l'unité n'a pas été ouverte et ne présente donc aucun contaminant.		
Nom :	Signature :	Date :

1. Matériaux radioactifs

- Appliquez un décontaminant de radioactivité standard industriel (ex. Radiacwash®, Rad-Con® ou équivalent) sur l'élément et essuyez les surfaces selon les instructions du fabricant du décontaminant.
- Effectuez un levé radiométrique de l'élément avec un instrument de mesure de la radioactivité approprié (ex. compteur Geiger ou à scintillation).
- Une décontamination satisfaisante est définie par des résultats de levé à des niveaux égaux ou inférieurs au niveau naturel local ou **aux États-Unis seulement**, pour les travaux d'entretien excluant tout transport, aux niveaux indiqués comme étant propres ou sécurisés énoncés dans le Permis de matériaux radioactifs du site agréé par les autorités du client.

2. Agents biologiques

Le Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) décrit les procédures de décontamination communément utilisées pour la décontamination de l'élément. Le client est tenu de se référer à la version à jour de ce Manuel (disponible à <http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety>) et d'exécuter les procédures de décontamination appropriées. Cependant, le client doit apprécier l'adéquation de ces méthodes pour les agents biologiques spécifiques et le respect de tout avertissement dans le manuel utilisateur de chaque élément. Les agents de décontamination communément employés et prescrits par le précédent manuel incluent :

- Hypochlorite de sodium** L'hypochlorite de sodium (dilution 1:10 dilution d'eau de javel) qui présente une concentration de 5g/l est un désinfectant polyvalent général. Cependant, il doit être préparé frais à chaque usage. Évitez de mélanger de l'eau de javel avec de l'acide ce qui dégagerait un gaz chloré toxique.
- Formaldéhyde** Communément commercialisé comme du Formol, une solution de gaz dans l'eau à une concentration d'environ 37%. Il est efficace pour tous les microorganismes et les spores à des températures > 20°C mais inactif face aux prions. Le formaldéhyde est un carcinogène présumé et des précautions de sécurité doivent être respectées pour travailler avec ce produit chimique.
- Glutaraldéhyde** Généralement fourni sous forme de solution à une concentration d'environ 2%. Il est actif contre les bactéries végétatives, les spores, les champignons et les virus lipidiques/non-lipidiques. Cependant, il lui faut plusieurs heures pour tuer les spores bactériennes. Le glutaraldéhyde est un produit toxique et irritant. Des précautions de sécurité doivent être respectées pour utiliser le produit chimique.
- Composés phénoliques** Actifs contre les bactéries végétatives et les virus lipidiques mais aussi, en cas de formulation appropriée, contre les mycobactéries. Cependant, ils sont inactifs contre les spores et produisent des résultats variables face aux virus non-lipidiques. Certains composés phénoliques peuvent être désactivés par la dureté de l'eau. Les composés phénoliques sont toxiques et peuvent pénétrer sous la peau. Des précautions de sécurité doivent être respectées.
- Alcools** L'éthanol à 70% et l'isopropanol à 70% sont actifs contre les bactéries végétatives, les champignons et les virus lipidiques mais pas contre les spores. Leur action sur les virus non-lipidiques est variable. Les alcools sont inflammables et ne doivent pas être employés à proximité de flammes nues.
- Peroxyde d'hydrogène** Un oxydant fort et potentiellement puissant comme germicide à large spectre. Cependant, une solution à 3-6% de peroxyde d'hydrogène seule est relativement lente et limitée comme germicide. Le peroxyde d'hydrogène peut être corrosif et affecter la peau et les membranes des muqueuses. Des précautions de sécurité doivent être respectées pour utiliser le produit chimique.

Instructions spéciales, Groupe de danger 3 ou 4

- Les éléments de laboratoire relevant d'un Niveau de biosécurité /Niveau de confinement 3 ou 4 doivent être décontaminés par le client selon une procédure de stérilisation bénéficiant d'un agrément international. Le client doit alors transférer l'élément vers un laboratoire présentant un Niveau de confinement 1 ou 2 pour son entretien.
- Il est interdit aux employés Thermo Fisher Scientific d'accéder aux laboratoires relevant d'un Niveau de biosécurité /Niveau de confinement 3 ou 4 sans le consentement préalable de la direction et du service EH&S de3 Thermo Fisher Scientific.
- Thermo Fisher Scientific pourrait être dans l'impossibilité d'assurer l'entretien ou le transport de ces éléments.

3. Produits chimiques dangereux

- Les zones exposées à des produits chimiques dangereux devraient être lavées avec un solvant acceptable comme l'alcool éthylique ou isopropylique.
- Rincez avec un détergent et de l'eau.

Veillez noter que Thermo Fisher Scientific ne peut accepter aucun élément susceptible d'être contaminé par des agents biologiques viables, des quantités nocives de produits chimiques dangereux ou des matériaux radioactifs.

Veillez joindre une copie à l'extérieur de l'emballage de transport et inclure une copie avec l'élément.

Glossaire

AIE : Analyse immuno-enzymatique.

Antenne : L'antenne de balise est l'élément conducteur grâce auquel la balise envoie et reçoit des données. L'énergie RF de l'antenne du lecteur est collectée par l'antenne et utilisée pour alimenter la puce ce qui change alors la charge électrique sur l'antenne pour renvoyer ses propres signaux. Voir RFID et balise RFID.

balise RFID : Une puce fixée sur une antenne conditionnée de sorte à pouvoir être appliquée sur un objet. La balise échange des signaux avec un lecteur. La balise contient des informations comme le numéro de série et les paramètres liés au produit sur lequel elle est fixée. Les balises adoptent de nombreuses formes, comme des étiquettes intelligentes avec un code-barres imprimé, ou peuvent être simplement montées dans un carton ou intégrées dans du plastique. Voir Antenne et RFID.

cassette de distribution : La cassette de distribution contient huit tubes individuels. La cassette de distribution est amovible et jetable.

CEI : Commission électrotechnique internationale.

décontamination : L'élimination ou la neutralisation de la contamination radiologique, bactériologique, chimique ou autre.

distribuer : La distribution du liquide (pipette) dans les puits de la microplaque ou des bandes présélectionnées.

EN : Norme européenne.

fils de limitation de tension : Les fils de limitation de tension (Figure 4–12 et Figure 5–39) sont conçus pour éviter que l'utilisateur ne tire sur les tubes trop fort car une tension excessive risque d'endommager les tubes ou de modifier l'étalonnage de la cassette de distribution.

hauteur de distribution : La position de l'aiguille au sommet de la microplaque. La distance entre la surface du fond du support de plaques jusqu'au bout de l'aiguille de distribution (Tableau 4–3).

Marquage CE : Conformité Européenne. Le marquage CE sur un produit correspond à la déclaration du fabricant que le produit respecte l'essentiel des exigences de la législation européenne pertinente relative à l'hygiène, à la sécurité et à la protection de l'environnement et qu'il peut être légalement mis sur le marché. Le marquage CE assure la liberté de mouvement du produit au sein de l'UE.

PEEK : Abréviation de polyétherétherkétone. Un matériau plastique.

position initiale : Le support de plaques est positionné à fond à droite des rails de transfert.

pré-distribuer : L'opération de remplissage de l'admission d'une pompe avec du fluide pour évacuer l'air.

pré-distribution (amorçage) : Le remplissage complet de la tubulure du distributeur avec un fluide sans bulles pour assurer une action de distribution reproductible et soutenue. L'air dans une ligne qui n'est pas pré-distribuée agit comme un ressort, minorant l'exactitude et la précision.

RFID : L'identification radiofréquence ou RFID est une méthode d'identification automatique reposant sur le stockage et la récupération à distance de données en utilisant des dispositifs nommés balises RFID ou transpondeurs. Une balise RFID est un petit objet qui peut être joint ou intégré dans un produit. Les balises RFID contiennent des puces au silicium et des antennes afin de pouvoir échanger des requêtes radiofréquence depuis un

Glossaire :

transducteur RFID. Voir Antenne et balise RFID.

télécommande : Mode d'exécution autorisant un ordinateur distant à utiliser le distributeur.

UE : Union européenne.

USB : Universal serial bus.

vidange (rétrorinçage) : L'opération de décharge du contenu de la tubulure de fluide.

vis d'étalonnage : Les huit vis sous le cache de vis d'étalonnage qui ajustent la longueur du tube durant l'étalonnage de la cassette de distribution (Figure 6–61).

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

