

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

258277A




La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un endroit propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

Référence	258277A
Conditionnement	1 sachet de 1000
Volume	300 µl
Graduation	10, 50, 100 µl
Longueur	58,5 mm
Couleur	Naturel
Filtre	non
Low Retention	oui
Stérilité	non
Autoclavable	oui



Unités : 1000 Pointes