FICHE TECHNIQUE | **REFERENCE : 258334**

Pipettes de sérologie ClearLine Prime

- Matière : En polystyrène
- Graduation bidirectionnelle
- Filtre de 10 mm
- Stérile (SAL 10-6)
- Volume : 1 ml
- Graduation : 0,01 ml
- Code couleur : Jaune
- Précision : ≤ 2%
- Emballage vrac



Unités :
1000

Dominique DUTSCHER SAS - 2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél : +33 (0)3 88 59 33 90 Fax : +33 (0)3 88 59 33 99 Mail : info@dutscher.com Web : www.dutscher.com