
LEAK TEST

M611-LT

Prima emissione
First emission
24/10/2013



Date	03/12/2018
REF	CL1ARBIPSTS
LOT	18P1099200
Progressive Number	1
Test Number	1

Pressure Fill Set	1000,0	Pressure Fill Real	1031,8
Delta Pressure Set	0,2	Delta Pressure Real	-0,083
Settling Time Set	8,0	Phase Time	0,0
Test Time Set	2,0	Phase Number	10
Test Result	OK		

Quality Controller

Biosigma S.r.l.
Via Valletta, 6
36070 Castelgomberto (VI) Italy
Part. IVA 03328440270
C.F. 82017300249
Tel. 0426 302224 - Fax 0426 302228