
**Biosigma SpA**
**a Dominique Dutscher Company**
Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |
www.biosigma.it



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

# Low Binding DNA CLEARLock® CLEARLine® Microtubes









I microtubi Low Binding sono progettati per ridurre al minimo la possibile perdita del materiale soprattutto quando si lavora con basse concentrazioni.
I microtubi Low Binding forniscono la soluzione ideale sia per la preparazione che per la conservazione a lungo termine dei campioni.
Ogni lotto è certificato privo di DNA umano, DNasi, RNasi, ATP, endotossine e inibitori della PCR.
*The Low Binding microtubes are designed to minimize sample loss especially when working with low concentrations.*
*The Low Binding microtubes provide the ideal solution for both sample preparation and long-term storage.*
*Each batch is certified free from human DNA, DNase, RNase, ATP, endotoxins, and PCR inhibitors.*

Caratteristiche Principali:

- Elevato recupero di Acidi Nucleici
- Il tappo di sicurezza impedisce qualsiasi apertura involontaria durante l'uso
- La chiusura ermetica evita l'evaporazione durante la conservazione a lungo termine
- Tappo scrivibile e perforabile
- Graduati con area di scrittura
- Trasparenza eccellente
- Centrifugazione massima 30.000g
- Intervallo di temperatura da -80°C a + 100°C
- Autoclavabili a +121°C per 20 minuti
- Liberi da Metalli
- Confezionati in buste con sistema di apertura e chiusura
- Particolarmente adatti per l'amplificazione degli acidi nucleici (PCR) e altre applicazioni di biologia molecolare
- In Polipropilene medicale, Non Citotossico – Non Emolitico, indicato per la conservazione dei campioni chimici e biologi
- Lotti certificati* privi di DNA umano, DNasi, RNasi, endotossine, ATP, e inibitori della PCR
Certificato di analisi scaricabile dal nostro sito web www.biosigma.it
- Smaltimento del prodotto: i prodotti NON utilizzati sono considerati non pericolosi e possono essere riciclati previo opportuni trattamenti.

*Main features:*

- *High recovery of Nucleic Acids*
- *The safety cap prevents any accidental opening during use*
- *Hermetic closure prevents evaporation during long-term storage*
- *Writable and pierceable cap*
- *Graduates with writing area*
- *Excellent transparency*
- *Maximum centrifugation 30.000g*
- *Temperature range from -80°C to +100°C*
- *Autoclavable at +121°C for 20 minutes*
- *Metals Free*
- *Packaged in bags with an opening and closing system*
- *Especially suited for nucleic acid amplification (PCR) and other molecular biology applications*
- *In Polypropylene medical grade, Non Cytotoxic - Non Hemolytic, suitable for the conservation of chemical and biological samples*
- *Certified batches* free from human DNA, DNase, RNase, endotoxins, ATP, and PCR inhibitors*
*Certificate of analysis downloadable from our website* www.biosigma.com
- *Product disposal: the products NOT used are considered non-hazardous and can be recycled after appropriate treatment. Used devices are to be*

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

I dispositivi usati sono da considerarsi potenzialmente infetti (rifiuti pericolosi) e smaltiti secondo le vigenti normative.

■ Smaltimento dell'imballaggio: raccogliere il materiale di imballaggio e gettarlo negli appositi contenitori di raccolta presso la propria organizzazione


*considered potentially infectious (hazardous waste) and disposed of according to current regulations.*

■ *Packaging disposal: collect the packing material and place it in the appropriate collection containers at your organization.*

# Microtubi, Low Binding DNA

**Informazioni per l'ordine/*Ordering information*:**


| **Codice - *Part no*** | **Descrizione-*Description*** | **Conf. interna** ***Inner pack*** | **Conf. est.** ***Box*** |
|---|---|---|---|
| **CL05.0100DLB** | Low Binding DNA CLEARLock® CLEARLine® Microtubes 0.5 ml | bag/100 | 500 |
| **CL15.0050DLB** | Low Binding DNA CLEARLock® CLEARLine® Microtubes 1.5 ml | bag/50 | 200 |
| **CL20.0050DLB** | Low Binding DNA CLEARLock® CLEARLine® Microtubes 2 ml | bag/50 | 200 |




**RECUPERO DI DNA CON I MICROTUBI LOW BINDING CLEARLOCK® CLEARLINE® A CONFRONTO CON ALTRI FABBRICANTI DI MICROTUBI LOW BINDING E STANDARD**

***DNA RECOVERY WITH CLEARLOCK® CLEARLINE® LOW BINDING MICROTUBES COMPARED WITH OTHER LOW BINDING AND STANDARD MICROTUBE SUPPLIERS***

**Dimensioni / *Dimensions***




**FABBRICANTE:** *BIOSIGMA SpA Via Valletta, 6 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY*
**MANUFACTURER:** *Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228 E-mail: info@biosigma.com*
*http://www. biosigma.com*