TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Item **Articolo**	Pasteur Pipette Pipette Pasteur
Description **Descrizione**	Disposable PE pipette with bulb and graduation. The slender tip guarantes precision tranfer of the sample. Pipette monouso in PE dotate di pompetta di aspirazione e graduazione. La punta sottile garantisce una precisa dispensazione del campione
Use (use destination) **Utilizzo(destinazione d'uso)**	Device for professional use in laboratory analysis Allows the withdrawal and subsequent dispensing of variable quantities of liquids. Dispositivo per uso professionale in laboratori di analisi. Permette il prelievo e la successiva erogazione di quantità variabili di liquidi.
Material - Materia prima	PE
automated (or not) - automatizzato (o no)	not automated - non automatizzato.
Type of speciment required **Tipo di campione richiesto**	sample may contain different substances Il campione può contenere diverse sostanze
IFU **Istruzioni per l'uso**	Pasteur Pipettes • Keep out of flame or heat sources which might damage the article • report to the product distributor any defects that prevent the use of the pipettes • dispose of the pipettes according to the provisions of current legislation. • wear gloves and appropriate DPI when using potentially contaminated samples • Keep out of reach of children • Disposable device • Check technical manual/chemical resistances of the current catalogue for resistance to any particular substance. Pipette Pasteur • Non avvicinare l'articolo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare • segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscano l'utilizzo delle pipette • eliminare le pipette secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. • Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di campioni potenzialmente contaminati. • Tenere lontano dalla portata dei bambini • Articolo monouso. • Verificare la resistenza a specifiche sostanze nella sezione Tecnica / resistenze chimiche del catalogo in vigore.
Other Features **Altre Caratteristiche**	Graduated to give an indication of the quantity of liquid being taken up. It cannot be used for precise but only approximate measurements. Graduate per dare un'indicazione della quantità di liquido aspirata. Non può essere utilizzata per misure precise ma solo approssimative.

CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Code	Description/ Descrizione	Dimensional specifications/specifiche dimensionali	Packaging/confezionamento
329/1	PASTEUR pipettes, sterile capillary Pipetta PASTEUR capillare sterilizzata	Total length/lunghezza totale: 150 mm Stem out Ø/Ø esterno stelo: 2.5 mm Drops for ml/gocce per ml: 28 +/- 1 Capacity/capacità: 4 ml ml Bulb capacity/capacità bulbo: 3.55 ml +/- 0.50 ml Bulb Ø/Ø bulbo: 13 mm	single packed paper film/ confezione singola carta film
330/1	PASTEUR pipettes, sterile 1 ml Pipetta PASTEUR 1 ml sterilizzata	Total length/lunghezza totale: 150 mm Stem out Ø/Ø esterno stelo: 5 mm Drops for ml/gocce per ml: 23 Capacity/capacità: 5 ml Bulb capacity/capacità bulbo: 4 ml Graduated up to/graduato fino a: 1.0 ml Graduation interval/intervallo di graduazione: 0.25 ml Bulb Ø/Ø bulbo: 12.60 mm Tip Ø/Ø punta: 2.7 mm +/- 5%	single packed paper film/ confezione singola carta film
334/1	PASTEUR pipettes, sterile 3 ml Pipetta PASTEUR 3 ml sterilizzata	Total length/lunghezza totale: 150.00 mm +/- 1.50 mm Stem Ø/Ø stelo: 7.80 mm +/- 0.30 mm Drops for ml/gocce per ml: 21 Total capacity/capacità totale: about 7 ml/7 ml circa Bulb capacity: about 4 ml/circa 4 ml Graduated up to/graduato fino a: 3.0 ml Graduation interval/intervallo di graduazione: 0.50 ml Bulb Ø/Ø bulbo: 12 mm	single packed paper film/ confezione singola carta film
88335/1	PASTEUR pipettes, capillary Pipetta PASTEUR capillare	Total length/lunghezza totale: 150 mm Stem out Ø/Ø esterno stelo: 2.5 mm Drops for ml/gocce per ml: 28 +/- 1 Capacity/capacità: 4 ml ml Bulb capacity/capacità bulbo: 3.55 ml +/- 0.50 ml Bulb Ø/Ø bulbo: 13 mm	Bulk 500 pcs/sfusi 500 pz
88336/1	PASTEUR pipettes, 1 ml Pipetta PASTEUR 1 ml	Total length/lunghezza totale: 150 mm Stem out Ø/Ø esterno stelo: 5 mm Drops for ml/gocce per ml: 23 Capacity/capacità: 5 ml Bulb capacity/capacità bulbo: 4 ml Graduated up to/graduato fino a: 1.0 ml Graduation interval/intervallo di graduazione: 0.25 ml Bulb Ø/Ø bulbo: 12.60 mm Tip Ø/Ø punta: 2.7 mm +/- 5%	Bulk 500 pcs/sfusi 500 pz
88337/1	PASTEUR pipettes, 3 ml Pipetta PASTEUR 3 ml	Total length/lunghezza totale: 150.00 mm +/- 1.50 mm Stem Ø/Ø stelo: 7.80 mm +/- 0.30 mm Drops for ml/gocce per ml: 21 Total capacity/capacità totale: about 7 ml/7 ml circa Bulb capacity: about 4 ml/circa 4 ml Graduated up to/graduato fino a: 3.0 ml Graduation interval/intervallo di graduazione: 0.50 ml Bulb Ø/Ø bulbo: 12 mm Tip Ø/Ø punta: 3.3 mm +/- 0.30 mm	Bulk 500 pcs/sfusi 500 pz



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

GENERAL REQUIREMENTS/CONFORMITIES – PROPRIETA' GENERALI / CONFORMITA'

CE IVDR	No
Sterile ß ray – Sterile ß ray	See table above/vedi tabella sopra
Shelf life/ Validità del prodotto	3 years if sterile/3 anni se sterili – 5 years NOT sterile / 5 anni se NON sterili

CHEMICAL RESISTANCE PE – RESISTENZE CHIMICHE PE

Categories of substances **Categorie di sostanze**	Reference Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
Inorganic Acid **Acido inorganico**	Sulphuric acid Acido Solforico	98	B	B	B
Organic Acid **Acido Organico**	Benzoic acid Acido Benzoico	100	A	A	A
Alcohol **Alcole**	Ethanol Etanolo	100	A	B	B
Aldehydes **Aldeide**	Acetaldehyde Acetaldeide	100	B	C	
Inorganic alkali **Base inorganica**	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	C		
Organic alkali **Base organica**	Aniline Anilina	100	A	B	C
Ketone **Chetone**	Acetone Acetone	100	B	C	
Esther **Estere**	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	B	C	
Hydrocarbons, halogenated **Idrocarburo Idrogenato**	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	C		
Hydrocarbons, aromatic **Idrocarburo Aromatico**	Benzene Benzene	100	B	C	
Hydrocarbons, linear **Idrocarburo Lineare**	Hexane Esano	100	C		
Supersolvent **Supersolvente**	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	B	B	C

Legenda (not applicable if neglected):
Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- A: fair resistance; exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage.
- A: ottima resistenza: l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- B: sufficient resistance; exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary.
- B: buona resistenza: l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- C: poor resistance; exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- C: scarsa resistenza; non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use it is recommended to carry out preliminary testing. I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE CODICE	MINIMUM PACK PCS CONFEZIONAMENTO MINIMO PZ	CASE PCS SCATOLA PZ
329/1	1	500
330/1	1	500
334/1	1	500
88335/1	500	6 x 500
88336/1	500	6 x 500
88337/1	500	6 x 500

DOMINIQUE DUTSCHER SAS