Biosigma SpA
a Dominique Dutscher Company
Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSM470

PROVETTA CILINDRICA DA 10ML, NON GRADUATE, CON TAPPO A VITE DI COLORE ROSSO - STERILE

10ML CYLINDRICAL TEST TUBE, NOT GRADUATED, WITH SCREW CAP COLOUR RED - STERILE



Prodotto con marchio CE - *CE Marked product*

Fabbricante	**APTACA SpA**	***Manufacturer***
CODICE del Fabbricante	**10361/SG**	*Manufacturer ITEM CODE*
Stato microbiologico	**STERILE / STERILE**	*Microbilogical status*
Materiale impiegato provetta	**POLISTIROLO / POLYSTYRENE**	*Raw material – test tube*
Materiale impiegato tappo	**POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE**	*Raw material - cap*
Volume	**10 ML**	*Volume*
Dimensioni provetta (mm)	**Ø 16 X 100**	*Dimensions - test tube (mm)*
Dimensione tappo (mm)	**Ø 20,5 X 16**	*Dimensions – cap (mm)*
Temperature tollerate provetta	**MIN -10°C MAX +70°C**	*Temperature range test tube*
Temperature tollerate tappo	**MIN -10°C MAX +120°C**	*Temperature range cap*
Peso provetta (gr.)	**4,6**	*Weight test tube (gr)*
Peso tappo (gr.)	**1,6**	*Weight – cap (gr.)*
Validità del prodotto	**5 ANNI / YEARS**	*Shelf life*
Quantità (pz):	**1200**	*Quantity (pcs):*
Confezione interna (pz):	**200**	*Internal packing (pcs):*

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "**DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO**" atto a contenere un campione biologico umano (per esempio urina, sangue, sperma, saliva, espettorato, pus, etc) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio. **Il dispositivo in oggetto è destinato Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W050301020102** esclusivamente ad uso professionale. Classificazione (Provette senza additivi in materiale plastico per analisi) Classificazione **EDMA > 51091001** - Other containers for samples of human origin.

*Intended purpose is **"IN VITRO MEDICAL DEVICE"** adapted to contain a human biological sample (for example urine, blood, semen, saliva, sputum, pus, etc) in order to perform diagnostic analysis laboratory. For professional use only. National classification of medical devices **(CND - For Italian law) > W050301020102** (Samples analyses, plastic tubes without additives). **EDMA code > 51091001** - Other containers for samples of human origin.*

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C ma x +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di r.p.m 3.000 (R.C.F. min 1.500 x g)per un massimo di 20 min.
For a maximum centrifuge speed of r.p.m 3.000 (R.C.F. min 1.500 x g) m to be kept for 20" max

DOMINIQUE DUTSCHER SAS