

EU Declaration of Conformity			EU-overensstemmelseerklæring		
Type: FRONTIER laboratory centrifuge; Models FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Manufacturer: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the following European directives and standards or normative documents:			Type: FRONTIER laboratoriecentrifuge; Modeller FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Producent: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Denne overensstemmelseerklæring er udstedt under producentens eneansvar. Genstanden for den ovenfor beskrevne erklæring er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver og standarder eller normative dokumenter:		
Marking	Directive	Harmonized standards / Normative documents	Mærkning	Direktiv	Harmoniserede standarder / Normative dokumenter
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018
Place: Parsippany, NJ 07054, USA			Sted: Parsippany, NJ 07054, USA		
Issued: 2022-05-20			Udstedt: 2022-05-20		

Declaración de conformidad UE			Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ		
Tipo: Centrifuga de laboratorio FRONTIER; Modelos FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Fabricante: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America La presente declaración de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante. El objeto de la declaración descrita anteriormente cumple las siguientes directivas y normas o documentos normativos europeos:			Τύπος: FRONTIER φυγόκεντρο εργαστηρίου; Μοντέλα FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Κατασκευαστής: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. Το αντικείμενο της δήλωσης το οποίο περιγράφεται παραπάνω συνάδει με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα ή κανονιστικά έγγραφα:		
Marcado	Directiva	Normas armonizadas / Documentos normativos	Σήμανση	Οδηγία	Εναρμονισμένα πρότυπα / Κανονιστικά έγγραφα
	EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		EMC: 2014/30/EE LVD: 2014/35/EE RoHS: 2011/65/EE, (EE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018
Lugar: Parsippany, NJ 07054, USA			Τόπος: Parsippany, NJ 07054, USA		
Publicado: 2022-05-20			Έκδοση: 2022-05-20		

Déclaration de conformité UE			EL vastavusdeklaratsioon		
Type : Centrifugeuse de laboratoire FRONTIER; Modèles FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Fabricant : OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant. L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme aux directives, normes et documents européens suivants :			Tüüp: FRONTIER laboritsentrifuugis; Mudelid FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Tootja: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Käesolev vastavusdeklaratsioon väljastatakse tootja ainuiskulisel vastutusel. Ühainetatud deklaratsiooni objekt on vastavuses järgmistele Euroopa direktiividega ja standardite või normatiivdokumentidega:		
Marquage	Directive	Harmonisation des normes / Documents normatifs	Tähis	Direktiiv	Ühtlustatud standardid / Normatiivdokumendid
	EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		EMC: 2014/30/EL LVD: 2014/35/EL RoHS: 2011/65/EL, (EL) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018
Lieu : Parsippany, NJ 07054, USA			Koh: Parsippany, NJ 07054, USA		
Délivré le : 2022-05-20			Välja antud: 2022-05-20		

EU-Konformitätserklärung			EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus		
Typ: FRONTIER Laborzentrifuge; Modelle FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Hersteller: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung. Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung stimmt mit den folgenden europäischen Richtlinien und Normen oder Vorschriften überein:			Tyyppi: FRONTIER laboratoriosentrifugi; Mallit FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Valmistaja: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu ainoastaan valmistajan vastuulla. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on yhdenmukainen seuraavien EU-direktiivien ja standardien tai ohjeellisten asiakirjojen kanssa:		
Kennzeichnung	Richtlinie	Harmonisierte Normen / Vorschriften	Merkintä	Direktiivi	Yhdenmukaistetut standardit / Ohjeelliset asiakirjat
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018
Ort: Parsippany, NJ 07054, USA			Paikka: Parsippany, NJ 07054, USA		
Ausgestellt: 2022-05-20			Julkaistu: 2022-05-20		

Dichiarazione di conformità UE			EU Izjava o sukladnosti		
Tipo: Centrifuga da laboratorio FRONTIER; Modelli FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Produttore: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore. L'oggetto della presente dichiarazione è conforme con le seguenti direttive e con i documenti normativi o standard dell'Unione Europea:			Vrsta: FRONTIER laboratorijska centrifuga; Modeli FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Proizvođač: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Ova deklaracija o sukladnosti izdaje se pod punom odgovornošću proizvođača. Gore navedeni predmet deklaracije sukladan je sa sljedećim europskim direktivama i standardima odnosno normativnim dokumentima:		
Marchio	Direttiva	Standard armonizzati / Documenti normativi	Oznaka	Direktiva	Usuglašeni standardi / Normativni dokumenti
	EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018
Luogo: Parsippany, NJ 07054, USA			Mjesto: Parsippany, NJ 07054, USA		
Data di rilascio: 2022-05-20			Izdano: 2022-05-20		

Декларация за съответствие на ЕС			EU megfeleléségi nyilatkozat		
Тип: Лабораторна центрофуга FRONTIER; Модели FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Производител: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Настоящата декларация за съответствие е издадена на пълната отговорност на производителя. Предметът на декларацията, описан по-горе е в съответствие със следните европейски директиви и стандарти или нормативни документи:			Típus: FRONTIER laboratóriumi centrifugák; Modellek FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Gyártó: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Ezen megfeleléségi nyilatkozat kiadása a gyártó kizárólagos felelőssége mellett történt. A nyilatkozat fent leírt tárgya megfelel az alábbi európai irányelveknek és szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:		
Маркировка	Директива	Хармонизирани стандарти / Нормативни документи	Jelölés	Direktíva	Harmonizált szabványok / Normatív dokumentumok
	EMC: 2014/30/EC LVD: 2014/35/EC RoHS: 2011/65/EC, (EC) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		EMC: 2014/30/EC LVD: 2014/35/EC RoHS: 2011/65/EC, (EC) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018
Място: Parsippany, NJ 07054, USA			Hely: Parsippany, NJ 07054, USA		
Издадено на: 2022-05-20			Kiadva: 2022-05-20		

EU – Prohlášení o shodě			ES atitikties deklaracija		
Typ: Laboratorní centrifuga FRONTIER; Modely FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Výrobce: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Za toto prohlášení o shodě nese odpovědnost pouze výrobce. Předmět prohlášení popsany výše je ve shodě s následujícími evropskými směrnici a normami nebo normativními dokumenty:			Tipas: FRONTIER laboratorinė centrifuga; Modeliai FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Gamintojas: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo išimtinai atsakomybe. Aukščiau apibūdintas deklaracijos objektas atitinka šių Europos direktyvų ir standartų ar normatyvinių dokumentų reikalavimus:		
Značka	Směrnice	Harmonizované normy / Normativní dokumenty	Ženklas	Direktiva	Darnieji standartai / Normatyviniai dokumentai
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		EMC: 2014/30/ES LVD: 2014/35/ES RoHS: 2011/65/ES, (ES) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018
Místo: Parsippany, NJ 07054, USA			Vieta: Parsippany, NJ 07054, USA		
Vydáno: 2022-05-20			Išduotas: 2022-05-20		



ES Atbilstības deklarācija		iv		Declaração de Conformidade UE		pt	
Veids: FRONTIER laboratorijas centrifuga; Modeļi FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Ražotājs: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst šādām Eiropas direktīvām un standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:				Tip: Centrifugadora laboratorial FRONTIER; Modelos FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Fabricante: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante. O objeto da declaração acima descrita está em conformidade com as diretivas e normas europeias ou documentos normativos seguintes:			
Markējšana Direktīva CE EMC: 2014/30/ES LVD: 2014/35/ES RoHS: 2011/65/ES, (ES) 2015/863		Saskaņotie standarti / Normatīvie dokumenti EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		Marcação Direktīva CE EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863		Normas harmonizadas / Documentos normativos EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018	
Vieta: Parsippany, NJ 07054, USA				Local: Parsippany, NJ 07054, USA		Emiteo em: 2022-05-20	

Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE		mt		Declarația UE de conformitate		ro	
Tip: Centrifuga tal-laboratorju FRONTIER; Mudelli FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Manifattur: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Din id-Dikjarazzjoni ta' Konformità hija mahruġa bir-responsabbiltà unika tal-manifattur. L-iskop tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq hija l-konformità mad-direttivi u standards Ewropej li ġejjin jew dokumenti normativi:				Tip: Centrifuga de laborator FRONTIER; Modele FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Producător: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de conformitate revine exclusiv producătorului. Obiectul declarației de mai sus este în conformitate cu următoarele directive și standarde europene sau documente normative:			
Markar Direktiva CE EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863		Standards armonizati / Documenti normativi EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		Marcaj Directiva CE EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863		Standarde armonizate / Documente normative EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018	
Post: Parsippany, NJ 07054, USA				Mahruġ: 2022-05-20		Locul: Parsippany, NJ 07054, USA	
						Emis la: 2022-05-20	

EU-conformiteitsverklaring		nl		EÜ Vyhlášení o zhode		sk	
Type: FRONTIER-laboratoriumcentrifuge; Modellen FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Fabrikant: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend afgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is conform de volgende Europese richtlijnen en normen of normatieve documenten:				Typ: Laboratórna odstredivka FRONTIER; Modele FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Výrobca: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Za toto vyhlášení o zhode nesie zodpovednosť iba výrobca. Za toto vyhlášení o skladnosti opísaný vyššie je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami a normami alebo normatívnymi dokumentami:			
Markering Richtlijn CE EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863		Geharmoniseerde normen / Normatieve documenten EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		Značka Smernica CE EMC: 2014/30/EÚ LVD: 2014/35/EÚ RoHS: 2011/65/EÚ, (EÚ) 2015/863		Harmonizované normy / Normatívne dokumenty EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018	
Plaats: Parsippany, NJ 07054, USA				Afgegeven: 2022-05-20		Miesto: Parsippany, NJ 07054, USA	
						Vydané: 2022-05-20	

EU-samsvarserklæring		no		Izjava EU o skladnosti		sl	
Type: FRONTIER laboratoriesentrifuge; Modeller FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Produsent: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Denne samsvarserklæringen er utstedt under eget ansvar av produsenten. Formålet med erklæringen som er beskrevet ovenfor er samsvar med følgende EU-direktiver og standarder eller normative dokumenter:				Tip: FRONTIER laboratorijska centrifuga; Modeli FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Proizvajalec: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Za to izjavo o skladnosti odgovarja izključno proizvajalec. Predmet izjave, ki je opisan zgoraj, je skladen z naslednjimi evropskimi direktivami in standardi ali normativnimi dokumenti:			
Merking Direktiv CE EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863		Harmoniserte standarder / Normative dokumenter EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		Oznaka Direktiva CE EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863		Harmonizirani standardi / Normativni dokumenti EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018	
Stede: Parsippany, NJ 07054, USA				Utgitt: 2022-05-20		Kraj: Parsippany, NJ 07054, USA	
						Datum izdaje: 2022-05-20	

UE Deklaracja Zgodności		pl		EU-försäkran om överensstämmelse		sv	
Typ: Wirówka laboratoryjna FRONTIER; Modele FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Producent: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. Przedmiot deklaracji opisany powyżej pozostaje w zgodności z następującymi europejskimi dyrektywami i normami unijnymi, lub też z dokumentami normatywnymi:				Typ: FRONTIER laboratoriecentrifug; Modeller FC5513, FC5707, FC5916, FC5916R Tillverkare: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. Föremålen för försäkran beskrivna ovan överensstämmer med följande europeiska direktiv och standarder eller normativa dokument:			
Oznaczenie Dyrektywa CE EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863		Zharmonizowane normy / Dokumenty normatywne EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018		Märkning Direktiv CE EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/UE, (EU) 2015/863		Harmoniserade standarder / Normativa dokument EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 +A1:2019, EN 61010-2-020:2017 EN IEC 63000:2018	
Miejsce: Parsippany, NJ 07054, USA				Wydano: 2022-05-20		Plats: Parsippany, NJ 07054, USA	
						Utgiven: 2022-05-20	

In case of translation errors, the English version of the EU Declaration of Conformity should be taken as the official version.



Ted Xia
President



Gavin Cao
Compliance Manager

